



# WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

51-124 Wrocław, ul. H. Kamińskiego 73a  
telefony: centrala 71 32 70 100, fax 71 32 54 101  
[www.wssk.wroc.pl](http://www.wssk.wroc.pl)

Wrocław, dn. 04.02.2016r.

*Znak postępowania: Szp/FZ – 5/2016*

## SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  
w trybie przetargu nieograniczonego  
prowadzonego  
przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu  
z siedzibą we Wrocławiu przy ul. H. Kamińskiego 73a  
zgodnie z art. 39 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

## DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH STOSOWANYCH W PRACOWNI HEMODYNAMIKI

RADCA PRAWNY

.....*Krzyszyna Michalska*.....  
Sprawdzono pod względem prawnym

ZATWIERDZIŁAM  
Z-ca Dyrektora  
ds. Finansów i Zarządzania

*mgr inż. Jolanta Raziuk*.....

Zatwierdzam

## **ROZDZIAŁ I INFORMACJE OGÓLNE**

1. Zamawiającym jest:  
*Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu przy ul. H. Kamińskiego 73A, 51-124 Wrocław*  
adres do korespondencji:  
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu  
Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych  
ul. H. Kamińskiego 73A, 51-124 Wrocław
2. Ogłoszenie zostanie zamieszczone na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu od dnia przekazania ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej do upływu terminu składania ofert.
3. Godziny urzędowania Zamawiającego: od poniedziałku do piątku od godz. 7:30 do 14:35.
4. Jako podstawowy dokument do sporządzenia oferty należy traktować niniejszą SIWZ.
5. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawcę stosować się będzie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej.

## **ROZDZIAŁ II TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego przy wartości zamówienia powyżej 209 000,00 euro.
2. Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
  - 1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164), zwana dalej Pzp,
  - 2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231),
  - 3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2254),
  - 4) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2015 r. poz., 2263),
  - 5) Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.)
  - 6) Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o Wyrobach Medycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 896)

## **ROZDZIAŁ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wyrobów medycznych stosowanych w Pracowni Hemodynamiki do magazynu Apteki Szpitalnej Zamawiającego zwanych dalej „produktami”.
2. Rodzaj, minimalne parametry techniczno - użytkowe oraz ilości określają formularze asortymentowo-cenowe 1.1 ÷ 1.38 stanowiące załączniki do formularza ofertowego.
3. Przedmiot zamówienia obejmuje:
  - a) dostawę przedmiotu zamówienia określonego w pakietach 2-13, 15-28, 31-35, 37,
  - b) powierzenie Zamawiającemu w depozyt przedmiotu zamówienia określonego w pakietach nr 1; 14; 29; 30; 36; 38 oraz jego sprzedaż w ilościach niezbędnych do uzupełnienia depozytu na zasadach określonych w projekcie umowy stanowiącej załącznik nr 2 do SIWZ,
  - c) użyczenie Zamawiającemu konsoli rotablatora do zakładania cewnika do aterektomii rotacyjnej, określonego w pakiecie nr 29, uruchomienia oraz udzielenia instruktażu w zakresie obsługi osobom wskazanym przez Zamawiającego w terminie 7 dni od daty podpisania umowy.
4. Termin ważności oferowanych produktów nie może być krótszy niż 12 miesięcy liczony od daty dostawy.

5. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy przedmiotu zamówienia wraz z informacją (instrukcją obsługi/użytkowania) w języku polskim.
6. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych przy zachowaniu norm, parametrów i standardów, jakimi charakteryzuje się opisany przez Zamawiającego przedmiot zamówienia. Opisane parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum jakościowe wymagane przez Zamawiającego.
7. Wskazanie przez Zamawiającego marki lub nazwy handlowej określa klasę produktu, będącego przedmiotem zamówienia i służy ustaleniu standardu, a nie wskazuje na konkretny wyrób lub konkretnego producenta. Oryginalne nazewnictwo lub symbolika podana została w celu prawidłowego określenia przedmiotu zamówienia.
8. Przedmiot zamówienia musi być oznakowany przez producentów w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta.
9. Zamawiający w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących spełnienia parametrów określonych w formularzu asortymentowo-cenowym może żądać dostarczenia próbek oferowanych produktów.
10. Kod CPV: 33 11 17 30-7 – wyroby do angioplastyki

#### **ROZDZIAŁ IV**

##### **DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych - *38 części*. Za część należy rozumieć „pakiet”. Wykonawca może złożyć ofertę na wybrany przez siebie jeden pakiet lub dowolnie wybrane pakiety.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp.
4. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.

#### **ROZDZIAŁ V**

##### **TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA**

1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zrealizował przedmiot zamówienia sukcesywnie przez 12 miesięcy od daty podpisania umowy.
2. W przypadku nie wykorzystania ilości określonej w poszczególnych pakietach, Zamawiający może przedłużyć termin realizacji zamówienia do 3 miesięcy.

#### **ROZDZIAŁ VI**

##### **WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW ORAZ WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
  - 1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 uPzp;
  - 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 uPzp.
2. Wykonawcy muszą złożyć dokumenty lub oświadczenia wymienione w tabeli:

<b>A</b>		<b>WYMAGANE DOKUMENTY LUB OŚWIADCZENIA</b>
	<p style="text-align: center;">W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA WYKONAWCA</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Oświadczenie z art. 24 ust. 1 uPzp – Załącznik nr 4 do SIWZ.</li> <li>2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1</li> </ol>

	SKŁADA NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:	<p>pkt 2 uPzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.</p> <p>3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.</p> <p>4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.</p> <p>5. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 uPzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.</p> <p>6. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 uPzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.</p>
	WARUNEK UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU	DOKUMENTY LUB OŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE WARUNKU
<b>B</b>	W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków określonych w art. 22 ust. 1 uPzp	Oświadczenie z art. 22 ust. 1 uPzp – Załącznik nr 3 do SIWZ
	POTWIERDZENIE, ŻE OFEROWANE DOSTAWY ODPOWIADAJĄ WYMAGANIOM	Opisy, np.: foldery/prospekty/informacje <u>producenta</u> zawierające opisy oferowanego przedmiotu zamówienia potwierdzające spełnianie parametrów technicznych. W przypadku folderu w języku obcym do oferty należy dołączyć

	OKREŚLONYM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO	oryginalny folder wraz z ich tłumaczeniem na język polski.
--	-----------------------------------	--

Niespełnienie jednego z wymienionych w ust. 2 litera A warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania i uznaniem jego oferty za odrzuconą. Niespełnienie warunku wymienionego w ust. 2 litera B warunku skutkować będzie odrzuceniem oferty.

Zamawiający wykluczy z przedmiotowego postępowania Wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności gdy w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać przy pomocy dowolnych środków dowodowych.

3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.
4. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, o których mowa w ust. 3 niniejszego rozdziału odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkody powstałe wskutek nie udostępnienia przywołanych zasobów, chyba, że udowodni, iż nie udostępnienie nie powstało z jego winy.
5. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 uPzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b przywołanej ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. A niniejszego rozdziału.
6. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b uPzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 uPzp, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:
  - 1) ust. 2.A.2 - 4 i 2.A.6 niniejszego rozdziału, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
    - a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
    - b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
    - c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
  - 2) ust. 2.A.5 niniejszego rozdziału, składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 uPzp;
8. Dokumenty, o których mowa w ust.7 pkt 1) lit. a) i c) oraz w pkt 2) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust.7 pkt.1) lit. b) niniejszego rozdziału powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
9. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 7 niniejszego rozdziału, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem.
10. Dokumenty, o których mowa w ust. 2.A.2-6, ust. 2.B niniejszego rozdziału są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku

podmiotów, o których mowa w ust. 5 niniejszego rozdziału, kopię dokumentów dotyczących odpowiedniego Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

## **ROZDZIAŁ VII OFERTA WSPÓLNA**

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia. W przypadku złożenia oferty wspólnej przez kilka podmiotów, każdy z nich zobowiązany jest przedstawić dokumenty wystawione na niego wymienione w rozdziale VI ust. 2.A, natomiast dokumenty wymienione w ust. 2.B przywołanego rozdziału podmioty składają wspólnie tj.: warunki w nich określone są spełnione, gdy podmioty składające ofertę spełniają je łącznie.
2. Oferta wspólna musi zostać przygotowana i złożona w następujący sposób:
  - 1) partnerzy ustanawiają i wskazują Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
  - 2) oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Partnerów;
  - 3) każdy z Partnerów musi złożyć oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 uPzp (Załącznik nr 4) oraz musi złożyć odnoszące się do niego dokumenty, wymienione w pkt 2.A rozdziału VI;
  - 4) partnerzy Konsorcjum muszą udokumentować, że razem spełniają wymagania art. 22 ust. 1 pkt 1- 4 uPzp;
  - 5) wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

## **ROZDZIAŁ VIII INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI**

1. Zgodnie z art. 27 ust. 1 i 2 ustawy Pzp wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje kierowane do Zamawiającego składane będą za pośrednictwem faksu lub drogą elektroniczną zarówno przez Zamawiającego jak i Wykonawcę, z zastrzeżeniem ust. 3 niniejszego rozdziału.
2. Zamawiający lub Wykonawca przekazując oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną na żądanie każdej ze stron niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
3. Forma pisemna zastrzeżona jest do złożenia oferty wraz z załącznikami.
4. Zamawiający nie udziela żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane zapytania.
5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania oferty, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
6. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia.
7. Wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ, sposobu złożenia oferty oraz realizacji zamówienia należy przestać na numer faxu (71) 32 70 425 lub drogą elektroniczną na adres: [zp@wssk.wroc.pl](mailto:zp@wssk.wroc.pl)

Adres do korespondencji listowej:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu

Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych

ul. Kamińskiego 73A 51-124 Wrocław

z dopiskiem: postępowanie nr **Szp/FZ – 5/2016**

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Monika Wadas – st. Inspektor ds. zamówień publicznych tel.71/32 70 491.

## ROZDZIAŁ IX

### WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

1. Wykonawca zobowiązany jest wpłacić wadium w kwocie **84 280,00 zł** (słownie: *osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt złotych 00/100 złotych*). Wadium dla ofert częściowych przedstawia się następująco:

Pakiet	Wysokość kwoty (zł)
1	8 843 zł
2	1 098 zł
3	720 zł
4	380 zł
5	2 505 zł
6	4 500 zł
7	1 800 zł
8	390 zł
9	1 541 zł
10	1 305 zł
11	1 620 zł
12	900 zł
13	840 zł
14	3 300 zł
15	2 700 zł
16	3 960 zł
17	3 640 zł
18	2 520 zł
19	1 728 zł
20	3 308 zł
21	615 zł
22	125 zł
23	2 808 zł
24	1 014 zł
25	607 zł
26	1 848 zł
27	594 zł
28	3 354 zł
29	3 400 zł
30	7 000 zł
31	640 zł
32	340 zł
33	880 zł
34	2 040 zł
35	98 zł
36	7 000 zł
37	820 zł
38	3 500 zł

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
  - 1) pieniądzu,
  - 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
  - 3) gwarancjach bankowych,
  - 4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
  - 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
4. Wadium wniesione w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego prowadzone przez PKO BP SA Regionalny Oddział Korporacyjny we Wrocławiu nr konta 95 1020 5226 0000 6002 0349 8904, z dopiskiem – *Szp/FZ – 5/2016 – pakiet nr ....*
5. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Zamawiającego. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.
6. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniądze należy złożyć w oryginale w Kasie Zamawiającego od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00 – 14:00.
7. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium:
  - 1) wszystkim Wykonawcom po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, za wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, z zastrzeżeniem pkt. 8,
  - 2) na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3 uPzp z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 uPzp pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 uPzp lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 uPzp co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
  - 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
  - 2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, warunki zatrzymania wadium przez Zamawiającego muszą być wyraźnie wymienione.

## **ROZDZIAŁ X**

### **TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ**

1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez **60** dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, jednorazowego zwrócenia się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 2 nie powoduje utraty wadium.
4. Zgoda Wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

## **ROZDZIAŁ XI**

### **OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY**

1. Wymagania podstawowe.



- 1) każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę,
  - 2) oferta musi być jednoznaczna i kompleksowa tj. obejmować cały przedmiot zamówienia lub odpowiednio wybrany pakiet,
  - 3) ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ,
  - 4) oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych, w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby,
  - 5) pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy, zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty oraz podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli pełnomocnictwo takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru), to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza, kopię pełnomocnictwa wystawionego na reprezentanta Wykonawcy przez osoby do tego upoważnione,
  - 6) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości,
  - 7) we wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczętkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego podpisu,
  - 8) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
2. Forma oferty:
- 1) oferta sporządzona zostanie czytelnie w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności,
  - 2) Formularz ofertowy Załącznik Nr 1 napisany będzie na komputerze oraz podpisany przez osobę (-y) uprawnioną (-e) na podstawie odrębnych przepisów do składania oświadczeń woli - reprezentowania firmy na zewnątrz wraz z pieczętką (-ami) imienną (-ymi),
  - 3) zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane oraz aby wszystkie dokumenty załączone do oferty były parafowane przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób) podpisującą (podpisujące) oferty zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa,
  - 4) wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę,
  - 5) wszelkie dokumenty i oświadczenia w językach obcych należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę,
  - 6) dla uznania ważności oferta musi zawierać wszystkie wymagane w SIWZ aktualne dokumenty – oryginały lub czytelne kopie, poświadczone za zgodność z oryginałami przez osobę (-y) uprawnioną (-e) do reprezentowania firmy na zewnątrz – podpisującą (-e) Ofertę wraz z podpisem i pieczętką (-ami) imienną (-ymi) podpisującego (-ych),
  - 7) kopia dokumentu wymaga zapisu „za zgodność z oryginałem”.
3. Zawartość oferty.
- 1) Oferta musi się składać z:
    - a) dokumentów i oświadczeń wymienionych w rozdziale VI SIWZ,
    - b) formularzy asortymentowo – cenowych (załącznik nr 1.1 - 1.38)
    - c) informacji o przynależności do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 5 do SIWZ,
    - d) potwierdzenia wniesienia wadium.

Zaleca się, aby Formularz ofertowy wraz z załącznikami (wszystkie wymagane niniejszą SIWZ dokumenty) był zszyty lub spięty w sposób utrudniający jego zdekompletowanie.

4. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
  - 1) Oferty są jawne od chwili ich otwarcia.
  - 2) Zamawiający nie ujawnia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Pzp, tj.: nazwy i adresu, informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności.
  - 3) Nie wykazanie przez Wykonawcę, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa spowoduje odtajnienie zastrzeżonych informacji.
5. Za wykazanie, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa uważa się udowodnienie spełnienia łącznie następujących warunków:
  - 1) informacja ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub inny posiadający wartość gospodarczą,
  - 2) informacja nie została ujawniona do wiadomości publicznej,
  - 3) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności poprzez wskazanie konkretnych okoliczności, czynności, które zostały podjęte przez Wykonawcę jak np. wykazanie się wewnętrznymi regulaminami, pozwalającymi przypuszczać, iż informacja nie może zostać upubliczniona.
6. W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia odpowiedniego punktu wzoru formularza ofertowego. Zastrzeżone informacje winny być odpowiednio oznaczone na właściwym dokumencie widocznym napisem: „*tajemnica przedsiębiorstwa*” i złożone w odrębnej kopercie wewnętrznej, a na ich miejscu w dokumentacji należy zamieścić stosowne odsyłacze.
7. Jeżeli zastrzeżone przez Wykonawcę informacje nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy (np. art. 86 ust. 4 ustawy), lub odrębnych przepisów, Zamawiający zobowiązany jest do ujawnienia tych informacji w ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
8. W przypadku, gdy w jednym dokumencie Wykonawca zawrze informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa oraz informacje, do ujawnienia których Zamawiający będzie zobowiązany, Zamawiający ujawni cały dokument, zaś Wykonawca ponosić będzie odpowiedzialność za niewłaściwe zabezpieczenie informacji objętych tajemnicą przedsiębiorstwa.

## ROZDZIAŁ XII

### MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami jw. należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej danymi Wykonawcy. Na kopercie należy umieścić informacje:

nazwa i adres Wykonawcy
<u>OFERTA PRZETARGOWA</u>
<i>Szp/FZ – 5/2016</i>
<i>„Dostawa wyrobów medycznych stosowanych w Pracowni Hemodynamiki</i> <i>pakiet nr.....</i>
Uwaga:
Nie otwierać przed dniem <b>24.03.2016r. godz. 10:00</b>
Oferta zawiera ..... kart – ilość kart zastrzeżonych .....

2. Ofertę, sporządzoną zgodnie z wymaganiami niniejszej SIWZ, należy przesłać lub złożyć w Dziale Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a, Budynek nr 10 **do godziny 09:00 do dnia 24.03.2016r.**
3. Celem dokonania zmian bądź poprawek Wykonawca może wycofać wcześniej złożoną ofertę i złożyć ją po modyfikacji ponownie, pod warunkiem zachowania wyznaczonego w SIWZ terminu składania ofert.

4. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty powinno zostać złożone w sposób i formie przewidzianej dla oferty z tym, że koperta powinna być dodatkowo opisana „zmiana” lub „wycofanie”.
5. Po upływie terminu składania ofert Wykonawca nie może dokonać zmian w ofercie.
6. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia oferty Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie.
7. Oferty złożone po wyznaczonym terminie zwraca się niezwłocznie, bez ich otwierania.
8. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.
9. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu **24.03.2016r. o godz. 10:00** w Dziale Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamińskiego 73a.
10. W części jawnej, przy udziale osób zainteresowanych, nastąpi:
  - 1) podanie przez Zamawiającego kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
  - 2) zbadanie nienaruszalności ofert,
  - 3) otwarcie ofert w kolejności ich złożenia,
  - 4) ogłoszenie nazwy i adresu Wykonawców, których oferta jest otwierana oraz ceny.
11. Informacje, o których mowa w ust. 10 pkt 1) i 4) Zamawiający prześle Wykonawcom, którzy nie byli obecni na otwarciu ofert, na ich pisemny wniosek.
12. W dalszej niejawnej części Zamawiający zbada ważność ofert, spełnienie warunków wymaganych od Wykonawców oraz dokona ich oceny w oparciu o przyjęte kryteria.
13. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 96 ust. 3 uPzp oferty składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia; z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca zastrzegł i wykazał nie później niż w terminie składania ofert, że nie mogą one być udostępniane.

## **ROZDZIAŁ XIII**

### **OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY**

1. Ceną oferty jest wartość brutto przedmiotu zamówienia określona w danym pakiecie.
2. Cenę oferty należy podać w PLN wraz z właściwym podatkiem VAT, z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.

**UWAGA:** *Zaokrąglenia cen w złotych należy dokonać do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.*

3. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w projekcie umowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ.
4. Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zawarte w formularzu asortymentowo – cenowym stanowiącym załączniki nr 1.1-1.38 do SIWZ.
5. Wartość brutto pozycji w pakiecie należy liczyć w sposób następujący:

$$\text{cena jednostkowa netto} \times \text{ilość} = \text{wartość netto} + \text{podatek VAT} = \text{wartość brutto}$$

6. Podana cena oferty netto, zamieszczona w „Formularzu ofertowym” (załącznik nr 1 do SIWZ) będzie niezmienna przez cały okres obowiązywania umowy na realizację przedmiotowego zamówienia.

## **ROZDZIAŁ XIV**

### **POPRAWIANIE OMYŁEK W TREŚCI OFERTY**

1. Zamawiający poprawi w tekście oferty:
  - 1) oczywiste omyłki pisarskie;
  - 2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;
  - 3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty,

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
- Przez „oczywistą omyłkę rachunkową” Zamawiający rozumie omyłkę w przeprowadzeniu rachunków na liczbach, dotyczącą obliczenia ceny, przy czym musi mieć ona charakter oczywisty. Jeżeli charakter omyłki i okoliczności jej popełnienia wskazują, iż każdy racjonalnie działający Wykonawca, który składa ofertę z zamiarem uzyskania zamówienia publicznego, złożyłby ofertę o odmiennej (poprawnej) treści Zamawiający uzna, iż omyłka ma charakter „oczywisty”. Jako dopuszczalne oczywiste omyłki rachunkowe Zamawiający uzna:
    - błędne obliczenie kwoty prawidłowo podanej w kalkulacji cenowej stawki podatku od towarów i usług;
    - błędne zsumowanie w kalkulacji cenowej wartości: netto, VAT, brutto.
  - Za omyłkę określoną w ust. 1 pkt 3) Zamawiający uzna m. in. sytuację, w której cena brutto podana słownie nie odpowiada cenie brutto podanej liczbą. Zamawiający przyjmie za właściwą, cenę obliczoną prawidłowo, wynikającą z sumowania wartości netto i podatku VAT.

## ROZDZIAŁ XV

### OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

- Po stwierdzeniu ważności ofert oraz spełnieniu wymagań niniejszej SIWZ, Komisja Przetargowa Zamawiającego dokona oceny merytorycznej ofert w oparciu o kryteria, o których mowa poniżej:

Lp.	Kryteria	Waga (znaczenie) kryterium
1	Cena	90%
2	Termin rozpatrzenia reklamacji	10%
	OGÓLEM:	100 %

- Sposób obliczania wartości punktowej:

#### **Kryterium nr 1 – cena:**

$$\text{Cena} = \frac{C_{\min} \text{ najniższa oferowana cena brutto}}{C_n \text{ cena ocenianej oferty brutto}} \times 90 \% \times 100$$

gdzie:

$C_{\min}$  - najniższa cena ogółem brutto spośród ofert nie odrzuconych w danym pakiecie

$C_n$  - cena ogółem brutto ocenianej oferty w danym pakiecie

gdzie 1 % = 1 pkt

#### **Kryterium nr 2 – termin rozpatrzenia reklamacji**

Wartość punktowa ceny wyliczana będzie według wzoru:  $T = (T_{\min} : T_n) \times 10\% \times 100$

gdzie:

$T_{\min}$  – termin najkrótszy spośród ofert nie odrzuconych w danym pakiecie

$T_n$  – termin ocenianej oferty w danym pakiecie

gdzie 1 % = 1 pkt

**Termin rozpatrzenia reklamacji nie może być krótszy niż 3 dni oraz dłuższy niż 14 dni**

Ostateczna ocena oferty w danym pakiecie będzie wyliczana według wzoru:

$$O = C + T$$

gdzie:

O – ostateczna ocena oferty w danym, pakiecie

C – wartość punktowa uzyskana przez badaną ofertę za kryterium cena w danym pakiecie,

T – wartość punktowa uzyskana przez badaną ofertę za kryterium termin rozpatrzenia reklamacji od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego w danym pakiecie,

3. **W przypadku nie podania w ofercie terminu rozpatrzenia reklamacji, podania dłuższego terminu niż 14 dni lub terminu krótszego niż 3 dni oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.**
4. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień treści złożonych przez nich ofert.
5. Za ofertę najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę z największą ilością punktów.

## **ROZDZIAŁ XVI**

### **INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

1. Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosować będzie wyłącznie zasady i kryteria określone w SIWZ.
2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
3. O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców zgodnie z art. 92 uPzp.
4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1) uPzp, również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
5. W przypadku, gdyby wyłoniona w prowadzonym postępowaniu oferta została złożona przez dwóch lub więcej Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający może zażądać umowy regulującej współpracę tych podmiotów przed przystąpieniem do podpisania umowy o udzielenie zamówienia publicznego.
6. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą, z zastrzeżeniem art. 94 ust.2 pkt 1) lit a) ustawy Pzp.
7. Wybrany Wykonawca zostanie wezwany przez Zamawiającego do podpisania umowy zgodnej z projektem umowy, załączonym do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zał. nr 2 do SIWZ).
8. Niezwłocznie po zawarciu umowy Zamawiający przekaże ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej.

## **ROZDZIAŁ XVII**

### **WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY**

Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

## **ROZDZIAŁ XVIII**

### **PROJEKT UMOWY**

1. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
2. Jako odrębny załącznik nr 2 i 2.1 do SIWZ, Zamawiający zamieścił projekty umów, które określają warunki realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w formie aneksu do umowy w przypadku:
  - 1) zmiany stawki podatku VAT,
  - 2) obniżenia przez Wykonawcę cen asortymentu będącego przedmiotem umowy,
  - 3) zmiany parametrów asortymentu określonego w danym pakiecie, w przypadku zaprzestania produkcji lub wycofania na inny równoważny, dopuszczony do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej o takich samych lub lepszych parametrach techniczno - użytkowych i cenie jednostkowej brutto nie przekraczającej ceny ofertowej,

- 4) nie zrealizowania przedmiotu umowy w terminie określonym w SIWZ Zamawiający może przedłużyć umowę na okres do 3 miesięcy.
  - 5) zmiany ilości i asortymentu przedmiotu umowy powierzonego w depozyt określonego w pakietach nr 1, 14, 29, 30, 36, 38.
4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

## **ROZDZIAŁ XIX**

### **ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ**

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w rozdziale VI uPzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do ich wnoszenia prowadzonej przez Prezesa Urzędu.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany przepisami ustawy.
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądania oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w terminie 10 dni :
  - 1) od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia,
  - 2) od dnia publikacji ogłoszenia w Urzędzie Publikacji Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania.
7. Zamawiający prześle niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od daty otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień siwz, zamieści ją na stronie internetowej wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
8. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
9. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.
10. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.
11. Odwołujący oraz Wykonawca wezwany zgodnie z ust. 7 nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności Zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3 ustawy Pzp.
12. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

Załączniki do SIWZ:

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 1.1- 1.38 – formularze asortymentowo- cenowe

Załącznik nr 2 – projekt umowy

Załącznik nr 2.1- projekt umowy użyczenia

Załącznik nr 3 – oświadczenie Wykonawcy z art. 22.Pzp oraz

Załącznik nr 4 - oświadczenie Wykonawcy z art. 24.Pzp

Załącznik nr 5 – informacja o przynależności do tej samej grupy kapitałowej

....., dn. ....  
miejsowość

**Zamawiający:**  
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu  
ul. H. Kamińskiego 73a  
51-124 Wrocław

## FORMULARZ OFERTOWY

### I. DANE WYKONAWCY

1. Nazwa Wykonawcy: (Pełnomocnika w przypadku Konsorcjum)  
.....
2. Siedziba Wykonawcy:  
ul: ..... kod: ..... miejscowość: .....
3. Adres do korespondencji:  
ul: ..... kod: ..... miejscowość: .....
4. NIP: .....REGON: .....
5. TEL/FAX:.....MAIL: .....
6. OSOBA DO KONTAKTÓW: .....  
TEL/FAX: .....MAIL: .....
7. Konsorcjum z (*jeżeli dotyczy*):
  - 1) Nazwa Partnera: .....
  - 2) Siedziba Partnera:.....  
ul: ..... kod: ..... miejscowość: .....

### II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Składam ofertę na zamówienie publiczne nr Szp/FZ – 5/2016 prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa wyrobów medycznych stosowanych w Pracowni Hemodynamiki”

### III. CENA

1. Cena oferty wynosi:

Pakiet nr .....\*)

Cena netto .....	zł
VAT .....% = .....	zł
Cena brutto .....	zł
Słownie: .....	
<b>Zobowiązuję się rozpatrzyć reklamację w terminie .... dni od momentu zgłoszenia jej przez Zamawiającego.</b>	

\*) wpisać nr pakietu w przypadku przystąpienia do większej ilości pakietów należy powielić ramkę

2. Podatek VAT został doliczony do ceny netto zgodnie z obowiązującymi przepisami o podatkach.
3. Wykonawca zobowiązuje się do użyczenia nieodpłatnie Zamawiającemu konsoli rotablatora do zakładania cewnika do aterektomii rotacyjnej, określonego w pakiecie nr 29, uruchomienia oraz udzielenia instruktażu w zakresie obsługi osobom wskazanym przez Zamawiającego w terminie 7 dni od daty podpisania umowy.



#### IV. POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMOGÓW ZAMAWIAJĄCEGO

1. Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami zawartymi w SIWZ, ze wszystkimi załącznikami do SIWZ, akceptuję je bez zastrzeżeń oraz uzyskałem informacje konieczne do przygotowania oferty.
2. Zobowiązuję się w przypadku przyznania zamówienia do zawarcia umowy na warunkach określonych w projekcie umowy.
3. Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, na potwierdzenie powyższego posiadam ważne dokumenty zgodnie z obowiązującym prawem oraz dostarczę je do wglądu na każde żądanie Zamawiającego.
4. Oświadczam, że termin ważności oferowanych produktów nie będzie krótszy niż 12 miesięcy liczone od daty dostawy.
5. Wszystkie wymagane w niniejszym postępowaniu przetargowym oświadczenia złożyłem ze świadomością odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń w celu uzyskania korzyści majątkowych.
6. Osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu zamówienia ze strony Wykonawcy będzie:  
.....tel. .... fax. ....

#### V. POTWIERDZAM WPLATĘ WADIUM

WPLATA WADIUM		
WYSOKOŚĆ WADIUM	DATA WNIESIENIA	FORMA WADIUM
Pakiet nr..... Pakiet nr.....		
<b>ZWROT WADIUM, którego dokonuje Zamawiający</b>		
<b>NAZWA BANKU I NUMER KONTA.....</b>		

#### VI. PODWYKONAWCY (wypełnić, jeżeli dotyczy)

\*)Dostawy objęte przedmiotowym zamówieniem zamierzam wykonać samodzielnie / wykonać przy udziale podwykonawców.

\*\*)Przy realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązuję się do zawarcia umowy z podwykonawcami:

- 1) .....w zakresie .....

#### VII. TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA

KORZYSTAJĄC z uprawnienia nadanego treścią art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. zastrzegam, że informacje:

.....  
(wymienić czego dotyczy)

zawarte są w następujących dokumentach:.....,

które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie z definicją zawartą w treści art. 11 ust. 4 ustawy z 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, (Dz. U. z 2003 roku. nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) i nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania.

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do niniejszej oferty załączam:

.....  
Na ..... kolejno ponumerowanych stronach składam całość oferty.

.....  
(podpis i pieczęć imienna osoby  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## UMOWA - PROJEKT

W dniu ..... we Wrocławiu, pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a działającym na podstawie wpisu do KRS nr 0000101546 w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP 895-16-45-574, REGON 000977893, reprezentowanym przez:

prof. dr hab. Wojciecha Witkiewicza - Dyrektora  
zwanym dalej „Zamawiający”

a:

..... –  
prowadzącą działalność na podstawie..... NIP ....., REGON .....

.....  
zwanym dalej „Wykonawca”

została zawarta umowa o następującej treści

### § 1

#### PRZEDMIOT UMOWY

1. W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej w trybie przetargu nieograniczonego (sygnatura sprawy Szp/FZ – 5/2016) zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego *wyroby medyczne stosowane w Pracowni Hemodynamiki* określone w pakiecie nr ..... w asortymencie, w ilości oraz cenach jednostkowych zgodnie z ofertą będącą załącznikiem nr 1 do umowy.
2. \*)Wykonawca powierzy Zamawiającemu w depozyt przedmiot umowy określony w pakiecie nr .....
3. \*)Wykonawca zobowiązuje się do użyczenia nieodpłatnie Zamawiającemu konsoli rotablatora do zakładania cewnika do ateryktomii rotacyjnej, określonego w pakiecie nr 29, jej uruchomienia oraz udzielenia instruktażu w zakresie jej obsługi osobom wskazanym przez Zamawiającego w terminie 7 dni od daty podpisania umowy. Warunki użyczenia określone zostały w odrębnej umowie.

\*) *niepotrzebne skreślić*

### § 2

#### TERMIN DOSTAWY

1. Dostawa towaru odbywać się będzie partiami sukcesywnie i stosownie do potrzeb Zamawiającego począwszy od dnia ..... r. do dnia ..... r.
2. Asortyment, ilość i termin dostawy każdej partii towaru określać będzie każdorazowo protokół zużycia lub zamówienie Zamawiającego przekazane faxem.

### § 3

#### ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy przedmiotu umowy z terminem ważności nie krótszym niż 12 miesięcy liczonym od daty dostawy.
2. \*)Wykonawca zobowiązuje się powierzyć Zamawiającemu w depozyt przedmiot umowy określony w pakiecie nr ..... w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy.
3. \*)Wykonawca przed złożeniem depozytu zobowiązuje się uzgodnić z Zamawiającym ilości, typy powierzonego przedmiotu umowy oraz uzupełniać depozyt do stanu wyjściowego.
4. \*)Powierzony w depozyt przedmiot umowy stanowi własność Wykonawcy.
5. \*)Wykonawcy przysługuje prawo do kontroli depozytu oraz warunków jego przechowywania.

6. \*)Wykonawcy przysługuje prawo wystawienia Zamawiającemu faktury na brakujący lub uszkodzony przedmiot umowy złożony w depozycie.
7. \*)Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić depozyt według ilości i właściwości pobranego i zużytego przedmiotu umowy.
8. \*)Osobą odpowiedzialną za depozyt przedmiotu umowy po stronie Zamawiającego jest: .....  
po stronie Wykonawcy jest: .....
9. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy wraz z fakturą najpóźniej w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania od Zamawiającego protokołu zużycia lub zamówienia przekazanego faxem.
10. Wykonawca winien dostarczyć Zamawiającemu fakturę zgodnie z formatem schematu faktury przesyłanej drogą elektroniczną, stanowiącej załącznik nr 2.1 do umowy lub w innym formacie uzgodnionym z Działem Informatyki Zamawiającego (tel. 71/32-70-407 lub p. Henrykiem Galantem tel. 664 762 297). Wykonawca w nieprzekraczalnym terminie 3-ch miesięcy od dnia podpisania umowy wdroży uzgodniony format schematu faktury przesyłanej drogą elektroniczną.

\*) *niepotrzebne skreślić*

#### § 4

#### ZOBOWIĄZANIA ZAMAWIAJĄCEGO

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy cenę jednostkową za przedmiot umowy zgodnie z ofertą przetargową.
2. \*) Zamawiający zobowiązuje się do przechowywania przedmiotu umowy złożonego w depozyt we właściwych warunkach, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, zniszczeniem i kradzieżą.
3. \*) Zamawiający zobowiązuje się do zużywania powierzonego w depozyt przedmiotu umowy począwszy od materiałów o najkrótszej dacie ważności w ramach danego asortymentu.
4. \*) Zamawiający po wygaśnięciu umowy zobowiązuje się do wydania Wykonawcy powierzonego w depozyt przedmiotu umowy.
5. \*) Zamawiający zobowiązuje się umożliwić Wykonawcy na każde żądanie przeprowadzenie inwentaryzacji i sprawdzenie warunków przechowywania przedmiotu umowy złożonego w depozyt.
6. \*) Zamawiający może wystąpić do Wykonawcy o wymianę materiału o dłuższej dacie ważności najpóźniej na rok przed upływem daty ważności materiału wytypowanego do wymiany. W przypadku nie wyrażenia zgody na wymianę Wykonawca wystawi fakturę na materiały, które przeterminowały się w siedzibie Zamawiającego, bądź w chwili likwidacji depozytu jeżeli okres ich przydatności do użycia jest krótszy niż 12 miesięcy.

\*) *niepotrzebne skreślić*

#### § 5

#### WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

1. Strony ustalają łączną wartość przedmiotu umowy w wysokości:

.....zł netto

(słownie:.....).

.....zł brutto

(słownie .....).

w tym:

Pakiet nr .....

..... zł netto

(słownie: .....).

..... zł brutto

(słownie: .....).

2. Podatek VAT został doliczony do ceny netto zgodnie z obowiązującymi przepisami o podatkach.
3. Wykonawca gwarantuje stałe i niezmiennie ceny przez okres trwania umowy z zastrzeżeniem postanowień określonych w § 12 ust. 1 pkt 1) i 2) umowy.

4. \*) Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie protokół zużycia przedmiotu umowy powierzzonego w depozyt, o którym mowa w §1 ust 2 umowy.
  5. \*)Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę dla pakietu nr ....będzie odbiór towaru.
  6. Zapłata nastąpi przelewem bankowym w terminie 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.
  7. Za termin zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
  8. W przypadku zamówienia przez Zamawiającego mniejszej ilości przedmiotu umowy niż określona w § 1 umowy, Wykonawcy nie przysługuje prawo żądania wynagrodzenia o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.
- \*) *niepotrzebne skreślić*

## § 6

### WARUNKI DOSTAWY

1. Wykonawca dostarczać będzie towar wraz z fakturą na swój koszt i ryzyko do magazynu Apteki Szpitalnej Zamawiającego.
2. Dostawa towaru przez Wykonawcę bez potwierdzenia jego zamówienia jest dokonywana na własne ryzyko Wykonawcy i nie wiąże Zamawiającego co do przyjęcia towaru i zapłaty należności.

## § 7

### ODBIÓR TOWARU

1. Odbiór ilościowy towaru nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu dostarczenia towaru przez Wykonawcę.
2. Jeżeli z przyczyn niezależnych od Zamawiającego nie dokonano odbioru ilościowego w terminie o którym mowa w ust.1 niniejszego paragrafu Zamawiający może złożyć reklamację w terminie 7 dni roboczych licząc od daty przyjęcia towaru.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo do składania reklamacji dotyczących jakości dostarczonego przedmiotu umowy w okresie trwania umowy lub w terminie ważności dostarczonego przedmiotu umowy.
4. Wykonawca rozpatrzy reklamację dotyczącą jakości dostarczonego przedmiotu umowy w terminie .... dni od daty otrzymania jej od Zamawiającego.

## § 8

### OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW

Do koordynowania i dokonywania zamówień dostaw, reklamacji oraz bieżących kontaktów strony wyznaczają:

- 1) ze strony Zamawiającego – Halina Suliga, tel. 71 32 70 744.
- 2) ze strony Wykonawcy ..... tel. ....

## § 9

### KARY UMOWNE

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne:
  - 1) za zwłokę w dostarczeniu partii towaru w wysokości 0,5 % wartości umowy brutto dostarczonej ze zwłoką partii towaru za każdy dzień zwłoki,
  - 2) z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy w wysokości 10% wartości umowy brutto niezrealizowanej części umowy.
2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego w wysokości 10% wartości umowy brutto niezrealizowanej części umowy.
3. W przypadku zwłoki w uzupełnieniu depozytu Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 5% wartości brutto nie uzupełnionego depozytu.
4. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

## § 10

### PODWYKONAWCY

1. \*)Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy we własnym zakresie \*) lub przy pomocy podwykonawców \*): ..... w zakresie .....

\*) *niepotrzebne skreślić*

## § 11

### ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
2. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu
3. W przypadkach, o których mowa w ust.1 niniejszego paragrafu Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy.

## § 12

### ZMIANY UMOWY

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w formie aneksu do umowy w przypadku:
  - 1) zmiany stawki podatku VAT,
  - 2) obniżenia przez Wykonawcę ceny asortymentu będącego przedmiotem umowy,
  - 3) zmiany parametrów asortymentu określonego w danym pakiecie, w przypadku zaprzestania produkcji lub wycofania na inny równoważny, dopuszczony do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej o takich samych lub lepszych parametrach techniczno - użytkowych i cenie jednostkowej brutto nie przekraczającej ceny ofertowej,
  - 4) nie zrealizowania przedmiotu umowy w terminie określonym w § 3 ust. 9 niniejszej umowy Zamawiający może przedłużyć umowę na okres do 3 miesięcy.
  - 5) zmiany ilości i asortymentu przedmiotu umowy powierzonego w depozyt określonego w pakietach nr .....
2. W przypadku zmiany stawki podatku VAT o której mowa w ust 1 pkt 1 niniejszego paragrafu Wykonawca do ceny netto doliczy wysokość stawki podatku VAT obowiązującej w dniu wystawienia faktury.

## § 13

### POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.
2. Wszelkie zmiany do umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Spory wynikłe w związku z niniejszą umową rozstrzygał będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

#### **Załączniki:**

Załącznik nr 1 – oferta

Załącznik nr 2.1 – format schematu faktury

**ZAMAWIAJĄCY**

**WYKONAWCA**

## UMOWA UŻYCZENIA

W dniu ..... we Wrocławiu, pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kamińskiego 73a działającym na podstawie wpisu do KRS nr 0000101546 w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP 895-16-45-574, REGON 000977893, reprezentowanym przez:

prof. dr hab. Wojciecha Witkiewicza - Dyrektora  
zwanym dalej „Biorący do używania”

a:

.....zwanym dalej „Użyczający” reprezentowanym przez:

.....

została zawarta umowa użyczenia o następującej treści :

### § 1

Użyczający oświadcza, że jest właścicielem konsoli rotablatora typ ..... pomocnej przy wykonaniu zabiegów zestawami do rotablacji określonym w pakiecie nr 29.

### § 2

1. Użyczający oddaje nieodpłatnie Biorącemu do używania konsolę rotablatora typ ..... pomocnej przy wykonaniu zabiegów zestawami do rotablacji określonym w pakiecie wymienionym w § 1 umowy.
2. Użyczający przekazuje Biorącemu do używania konsolę rotablatora najpóźniej w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy z dnia ..... z Wykonawcą na dostarczenie wyrobów medycznych jednorazowego użytku stosowanych w Pracowni Hemodynamiki.

### § 3

Biorący do używania potwierdza odbiór przedmiotu umowy protokołem odbioru.

### § 4

Biorący do używania zobowiązuje się używać konsolę rotablatora zgodnie z przeznaczeniem i nie oddawać do korzystania osobom trzecim bez zgody Użyczającego.

### § 5

Biorący do używania jest odpowiedzialny za utratę lub uszkodzenie rzeczy, jeżeli używa jej w sposób niezgodny z umową.

### § 6

Użyczający zobowiązany jest do bezpłatnego serwisowania i naprawy przedmiotu umowy, o ile uszkodzenie wyniknie z jego prawidłowej, zgodnej z przeznaczeniem eksploatacji przez okres trwania umowy.

### § 7

1. Umowa zostaje zawarta od dnia ..... r. do dnia ..... r.
2. Niniejsza umowa ulegnie rozwiązaniu z dniem odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w przypadkach określonych w umowie z dnia ..... na dostarczenie wyrobów medycznych stosowanych w Pracowni Hemodynamiki.
3. Zamawiający po rozwiązaniu umowy z Wykonawcą zobowiązuje się do zwrotu Wykonawcy oddanej w użyczenie konsoli rotablatora.

**§ 8**

Po wygaśnięciu umowy Biorący do używania zobowiązuje się zwrócić Użyczającemu konsolę rotablatora w terminie 14 dni od daty wygaśnięcia umowy w stanie nie pogorszonym niż wynika z eksploatacji.

**§ 9**

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

**§ 10**

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem ich nieważności.

**§ 11**

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

**BIORĄCY DO UŻYWANIA**

**UŻYCZAJĄCY**

***FORMAT SCHEMATU FAKTURY PRZESYLANEJ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ - WZÓR***



Format danych pliku zawierającego dostawę w formacie EAN-TXT:

Plik jest w formacie tekstowym o polach stałej długości. Rekordy zakończone są znakiem końca linii. Każda linia musi zaczynać się z następujących znaków:

- Kropki (chr(46)) - zawierającej komentarz
- Minusa (chr(45)) - zawierającej definicje pól
- Spacji (chr(32)) - zawierającej dane.

Linia danych musi być poprzedzona linia definicji pól. Linia definicji pól zaczyna się od znaku minusa, a następnie nazw pól oddzielonych znakami minus, które są dopełnieniem nazwy pola. Początkiem danego pola jest pierwszy znak nazwy pola a ostatnim ostatni znak minus za nazwa. Separatorem części dziesiętnej jest znak kropki (chr(46)). Plik składa się z dwóch sekcji:

- - Nagłówka, który zawiera:
  - Kod dostawcy w systemie APTEKA,
  - Kod nabywcy (nie wykorzystywany),
  - Symbol dokumentu (FV),
  - Numer faktury,
  - Datę faktury w formacie RRRRMMDD,
  - Datę płatności w formacie RRRRMMDD,
  - Numer zamówienia,
  - Datę zamówienia w formacie RRRRMMDD.
- - Części szczegółowej, która zawiera:
  - Kod EAN13 – opcjonalnie,
  - Identyfikator leku (kod BLOZ-12),
  - Nazwa towaru (nazwa postać, dawka, ilość w opakowaniu),
  - Ilość,
  - Datę ważności w formacie RRRRMMDD,
  - Nazwę serii,
  - Symbol PKWiU,
  - Cenę,
  - Cenę brutto,
  - wyróżnik ceny transakcji (B-brutto, N-netto)
  - Stawkę VAT,

Format danych pliku zawierającego dostawę w formacie KAMSOFT-TXT:

Plik jest w formacie tekstowym o polach stałej długości. Rekordy zakończone są znakiem końca linii. Każda linia musi zaczynać się z następujących znaków:

- Kropki (chr(46)) - zawierającej komentarz
- Minusa (chr(45)) - zawierającej definicje pól
- Spacji (chr(32)) - zawierającej dane.

Linia danych musi być poprzedzona linia definicji pól. Linia definicji pól zaczyna się od znaku minusa, a następnie nazw pól oddzielonych znakami minus, które są dopełnieniem nazwy pola. Początkiem danego pola jest pierwszy znak nazwy pola a ostatnim ostatni znak minus za nazwa. Separatorem części dziesiętnej jest znak kropki (chr(46)). Plik składa się z dwóch sekcji:

- Nagłówka, który zawiera:
  - Datę wystawienia faktury w formacie RR.MM.DD,

- Datę sprzedaży w formacie RR.MM.DD,
- Kod dostawcy ,
- Kod nabywcy (nie wykorzystywany),
- Datę płatności faktury w formacie RR.MM.DD,
- Standard polskich znaków,
- Numer faktury.
- Części szczegółowej, która zawiera:
  - Identyfikator leku (kod BLOZ-12),
  - Nazwa towaru (nazwa postać, dawka, ilość w opakowaniu),
  - Cenę brutto,
  - Cenę transakcji,
  - Ilość,
  - Stawkę VAT,
  - Cenę detal.,
  - Datę ważności w formacie RR.MM.DD,
  - Nazwę serii,
  - Symbol PKWiU,
  - Cenę brutto bez upustu,
  - Cenę transakcji bez upusu,
  - Wyróżnik ceny transakcji (B-brutto, N-netto)
  - Kod EAN13 – opcjonalnie.

Format danych pliku zawierającego dostawę w formacie KAMSOFT-DBF:

Plik w formacie DBF. Zawiera tylko rekordy z pozycjami faktury.

FKNK	C(7)	7 znakowy kod BLOZ
FKIL	N(10,3)	Ilość
FKVT	N(4,1)	Stawka Vat
FKCZ	N(12,2)	Cena zakupu
FKCP	N(12,2)	Cena z rabatem
FKCD	N(12,2)	Cena detaliczna
FKDW	D(8)	Data ważności
FKSR	C(12)	Nazwa serii
FKWW	C(14)	SWW
FKZB	N(12,2)	Cena zakupu brutto
FKPB	N(12,2)	Cena z rabatem brutto
FKDB	N(12,2)	Cena detaliczna brutto
FKRC	C(1)	Rodzaj ceny

Format ten jest już niezalecany ze względu na swoje ograniczenia.

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY z art. 22 ust. 1 uPzp**

*(Wypełnia Wykonawca lub Pełnomocnik w przypadku Konsorcjum  
albo upoważniona osoba przez Wykonawcę)*

1. Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

*„Dostawa wyrobów medycznych stosowanych w Pracowni Hemodynamiki”*

2. Nazwa i adres Wykonawcy (Pełnomocnika w przypadku Konsorcjum):

.....  
.....

Nazwa i adres Partnera/-ów: (w przypadku Konsorcjum)

.....  
.....

Niniejszym, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych oświadczam, że spełniam warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj.:

1. posiadam uprawnienia do wykonywania określonej zamówieniem działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2. posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie;
3. dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

*Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 k.k.*

....., dnia .....

.....  
*(podpis i pieczęć imienna osoby  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)*

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 uPzp**

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

*„Dostawa wyrobów medycznych stosowanych w Pracowni Hemodynamiki”*

Pełna nazwa i adres Wykonawcy:

.....  
.....  
.....

Niniejszym oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

*Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 k.k.*

....., dnia .....

.....  
(podpis i pieczęć imienna osoby  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

**INFORMACJA O PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ**

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

*„Dostawa wyrobów medycznych stosowanych w Pracowni Hemodynamiki”*

Informuję, że **należę\*** / **nie należę\*** do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r poz. 184).

*\*) wybrać odpowiednio*

W przypadku zaznaczenia słowa „należę” konieczne jest dołączenie wykazu podmiotów wchodzących w skład tej samej grupy kapitałowej.

*Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 k.k.*

....., dnia .....

.....  
*(podpis i pieczęć imienna osoby  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)*

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Pakiet nr 1 - Stenty do angioplastyk bifurkacji o różnicowanej średnicy z środkiem antyproliferacyjnym

Lp	Asortyment	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	producent kod/nazwa własna
1	2 Wymagane parametry techniczne: - stent wiercowy typu „slotet tube” wykonany z biokompatybilnego stopu kobaltu, pokryty biodegradowalnym polimerem uwalniającym lek antyproliferacyjny – sirolimus - maksymalna średnica komórki rozprężonego stentu 3mm dla średnicy 3 mm - maksymalna średnica dostępu do bocznego naczynia 2.1mm dla stentu 3mm - fabrycznie montowany na cewniku balonowym typu „monorail”, „semi-compliant” - największe ciśnienia NP – 8 atm, RBP – 16 atm - system dostawczy: • długość systemu - od 140 cm, • profil stentu – nie większy niż 0,034” dla średnicy 3,0 mm, • shaft proksymalny nie większy niż 1,8 F, dystalny nie większy niż 2,5 F - kompatybilny z cewnikiem 5F (nie większy niż 0,056”) - długość stentów w zakresie od 8 mm do 25 mm, dla średnicy w zakresie 2,0 mm do 2,25 mm minimum 7 długości - długość stentów w zakresie od 8 mm do 34 mm, dla średnicy w zakresie 2,5 mm do 2,75 mm minimum 9 długości - długość stentów w zakresie od 8 mm do 40 mm, dla średnicy w zakresie 3,0 mm do 4,50 mm minimum 12 długości - średnica stentów w zakresie od 2,0 mm do 4,5 mm, w zakresie od 2,25 mm do 4,0 mm wymagane średnice nominalne stentów co 0,25 mm, pozostałe 0,5 mm - skrócenie stentu po rozprężeniu < 0,5%	3	4 szt.	5 420	6	7	8	9	10	11
2.	Wymagane parametry techniczne: - stent dedykowany do bifurkacji naczyń, wykonany ze stali 316 L, w technologii slotet tube, montowany na balonie wysokociśnieniowym o różnicowanej średnicy - RBP – 16 atm - średnica proksymalna 3,5 mm - 4,50 mm; dystalna 2,5 mm - 3,75 mm - długości 15, 18, 23 mm - pokryty biodegradowalnym polimerem uwalniającym lek antyproliferacyjny - paklitaksel lub sirolimus (na życzenie zamawiającego) - system doprowadzający wykorzystujący tylko jeden przewodnik - 3 markery pozycjonujące - w miejscu boczny powiększona komórka, umożliwiająca dostęp stentem lub balonem bez predylatacji			40 szt.						

słownie brutto: .....  
data: .....

.....  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy  
(podpis i pieczęćka imienna osoby)

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Pakiet nr 2 - Stenty do angioplastyki wieńcowych, chromowo - kobaltowe do krętych naczyń i bifurkacji

Lp	Asortyment	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	producent kod/nazwa własna
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	<p>Wymagane parametry techniczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- stent wieńcowy, ze stopu chromowo - kobaltowego typu „slotted tube”</li> <li>- konstrukcja stentu umożliwiająca łatwe przechodzenie przez kręte naczynia bez efektu „ryblej łuski”: (doskonala elastycznosc przy zachowaniu odpowiedniej sily radialnej)</li> <li>• grubość strutów stentu 0,0024” dla stentu 3,0mm</li> <li>• stosunek metaliczności naczynia pokrytego przez stent – nie więcej niż 13% dla stentu 3,0mm;</li> <li>- stent pokryty obojętną substancją ograniczającą wykrzepianie na jego powierzchni</li> <li>- fabrycznie montowany na cewniku balonowym typu „monorail”, „semi-compliant” NP – 9 atm, RBP – 16 atm dla stentu 3,0mm;</li> <li>- system dostawczy:</li> <li>• długość systemu - minimum 140 cm,</li> <li>• profil stentu – nie większy niż 0,037” dla średnicy 3,0 mm,</li> <li>• profil wejścia 0,017”</li> <li>- kompatybilny z cewnikiem 5F (nie większy niż 0,056”) dla średnic 3,0 mm</li> <li>- długość stentów w zakresie od 9 mm do 40 mm, minimum 8 długości dla średnic 3,0 mm</li> <li>- średnica stentów w zakresie od 2,0 mm do 5,0 mm, w zakresie do 2,0 mm do 3,0 mm wymagane średnice nominalne stentów co 0,25 mm, pozostałe 0,5 mm</li> <li>- skrócenie stentu po rozprężeniu – 0% dla stentu 3,0mm;</li> </ul>		szt.	90						

słownie brutto: .....

data: .....

.....  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy  
(podpis i pieczęćka imienna osoby)

.....  
pieczęćka nagłówkowa Wykonawcy

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY**  
**Pakiet nr 3 - Stenty do angioplastyk wieńcowych, chromowo – kobaltowe do naczyń rozgałęzionych i bifurkacji**

Lp	Asortyment	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	producent kod/nazwa własna
1	2 Wymagane parametry techniczne: - Stenty kobaltowo-chromowe o konstrukcji spiralno - sinusoidalnej montowane na balonie typu „monorail”, „semi-compliant” NP – 9 atm, RBP – 16 atm, MBP – 31 atm - konstrukcja stentu umożliwiająca rozszerzenie każdego z oczek stentu nie mniej niż 4,5 mm średnicy dla wszystkich rozmiarów stentu przy zachowaniu odpowiedniej elastyczności i siły radialnej: • siła radialna $\geq$ 26 PSI dla średnicy 3,0 mm • grubość strułów stentu nie większa niż 0,0032” • stosunek metal/tętnica naczynia pokrytego przez stent – nie więcej niż 14% - system dostawczy: • długość systemu - min 138 cm, • profil stentu – nie większy niż 0,038” dla średnicy 3,0 mm, • shaft proksymalny 2,3 F; dystalny 2,9 F - kompatybilny z cewnikiem 5F (nie większy jak 0,056”) - długość stentów w zakresie od 9 mm do 33 mm, minimum 7 długości - średnica stentów w zakresie od 2,5 mm do 4,0 mm, w zakresie do 2,5 mm do 3,0 mm wymagane średnice nominalne stentów co 0,25 mm, pozostałe co 0,5 mm	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			szt.	50						

słownie brutto: .....

data: .....

.....  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy  
(podpis i pieczęćka imienna osoby)



.....  
pieczęćka nagłówkowa Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Pakiet nr 4 - Stenty do angioplastyk wieńcowych – do bezpośredniego stentowania

Lp	Asortyment	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	producent kod/nazwa własna
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	(skład konsygnacyjny) Wymagane parametry techniczne: - stent wieńcowy, ze stopu chromowo - kobaltowego typu continuous sinusoid (ciągła sinusoida), montowane na balonie typu „monorail”, „semi-compliant” NP –7 atm, RBP – 16 atm, IWBP minimum 18 atm - konstrukcja stentu zapewniająca odpowiednią giętkość i łatwość przy przechodzeniu przez kręte i ciasne odcinki naczyń wieńcowych - siła radialna > 29 PSI • grubość strułów stentu nie większa niż 0,0036” - system dostawczy: • długość systemu - od 140 cm, • profil stentu – nie większy niż 0,041” dla średnicy 3,0 mm, • shaft maksymalny nie większy niż 2,1 F; dystalny nie większy niż 2,7 F - kompatybilny z cewnikiem 5F (nie większy jak 0,056”) - długość stentów w zakresie od minimum 10 mm do minimum, minimum 7 długości - średnica stentów w zakresie od 2,25 mm do 4,0 mm, w zakresie od 2,25 mm do 3,0 mm wymagane średnice nominalne stentów co 0,25 mm, pozostałe co 0,5 mm - skrócenie stentu po rozprężeniu – nie więcej niż 0,5% dla średnicy 3,0		szt.	50						

słownie brutto: .....

data:

.....  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy  
(podpis i pieczęćka imienna osoby)

pieczęćka nagłówkowa Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Pakiet nr 5 - Stenty do angioplastyki wieńcowych, uwalniające lek (DES) - do zmian prostych i krętych

Lp	Asortyment	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	producent kod/nazwa własna
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	<p>Wymagane parametry techniczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- stent wieńcowy typu „slotted tube” wykonany z biokompatybilnego stopu kobaltu, pokryty biodegradowalnym polimerem uwalniającym lek antyproliferacyjny – paklitaksel</li> <li>- fabrycznie montowany na cewniku balonowym typu „monorail”, „semi-compliant”</li> <li>- największe ciśnienia NP – 8 atm, RBP – 16 atm</li> <li>- system dostawczy:</li> <li>• długość systemu - od 140 cm,</li> <li>• profil stentu – większy niż 0,034” dla średnicy 3,0 mm,</li> <li>• shaft proksymalny większy niż 1,8 F, dystalny większy niż 2,5 F</li> <li>- kompatybilny z cewnikiem 5F (nie większy niż 0,056”)</li> <li>- długość stentów w zakresie od 8 mm do 25 mm, dla średnicy w zakresie 2,0 mm do 2,25 mm minimum 7 długości</li> <li>- długość stentów w zakresie od 8 mm do 34 mm, dla średnicy w zakresie 2,5 mm do 2,75 mm minimum 9 długości</li> <li>- długość stentów w zakresie od 8 mm do 40 mm, dla średnicy w zakresie 3,0 mm do 4,50 mm minimum 12 długości</li> <li>- średnica stentów w zakresie od 2,0 mm do 4,5 mm, w zakresie od 2,25 mm do 4,0 mm wymagane średnice nominalne stentów co 0,25 mm, pozostałe 0,5 mm</li> <li>- skrócenie stentu po rozprężeniu &lt; 0,5%</li> </ul>		szt.	150						

słownie brutto: .....

data:

.....  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy  
(podpis i pieczęćka imienna osoby)

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Pakiet nr 6 - Stenty do angioplastyki wieńcowych, uwalnijące lek (DES) - do naczyń krętych i małych

Lp	Asortyment	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	producent kod/nazwa własna
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	<p>Wymagane parametry techniczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- stent wieńcowy, ze stopu chromowo - kobaltowego typu continuous sinusoid (ciągła sinusoida), pokryty biodegradowalnym polimerem uwalnijącym lek antyproliferacyjny – sirolimus lub jego pochodną</li> <li>- fabrycznie montowany na cewniku balonowym typu „monorail”, „semi-compliant” NP –12 atm, RBP – 18 atm</li> <li>- konstrukcja stentu zapewniająca odpowiednią giętkość i łatwość przy przechodzeniu przez kręte i ciasne odcinki naczyń wieńcowych przy zachowaniu odpowiedniej siły radialnej:</li> <li>• siła radialna &gt; 29 PSI</li> <li>• grubość strułów stentu większa niż 0,0033"</li> <li>- system dostawczy:</li> <li>• długość systemu - od 140 cm,</li> <li>• profil stentu – niewiększy niż 0,037" dla średnicy 3,0 mm,</li> <li>• profil wejścia 0,017"</li> <li>• shaft proksymalny 2,1 F; dystalny 2,7 F (dla stentów o średnicy 4,5-5,0mm 3,2F)</li> <li>- kompatybilny z cewnikiem 5F (nie większy jak 0,056")</li> <li>- długość stentów w zakresie od minimum 8 mm do minimum 38 mm, minimum 7 długości</li> <li>- średnica stentów w zakresie od 2,0 mm do 5,0 mm, w zakresie od 2,0 mm do 3,0 mm wymagane średnice nominalne stentów co 0,25 mm, pozostałe co 0,5 mm</li> <li>- skrócenie stentu po rozprężeniu – nie więcej niż 0,5% dla średnicy 3,0 mm</li> <li>- badania kliniczne z minimum 9 – miesięczną obserwacją potwierdzającą bezpieczeństwo i skuteczność systemu stentowego uwalnijącego lek</li> </ul>		szt.	150						

słownie brutto: .....

data: .....

.....  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy  
(podpis i pieczęćka imienna osoby)

Załącznik nr 1.7  
do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanych w Pracowni Hemodynamiki  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu  
Szp/FZ-5/5016

.....  
pieczęćka nagłówkowa Wykonawcy

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY**

**Pakiet nr 7 - Stenty do angioplastyk wieńcowych, pokrywane substancją przyspieszającą endotelializację wewnątrznaczyniową**

Lp	Asortyment	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	producent kod/nazwa własna
1	<p>2</p> <p>Wymagane parametry techniczne:                      - Stenty kobaltowo-chromowe o konstrukcji spiralno – sinusoidalnej, pokrywane przeciwciętami anty-CD34+, przyspieszającymi proces endotelializacji wewnątrznaczyniowej                      - fabrycznie montowane na cewniku balonowym typu „monorail”, „semi-compliant” NP 8 – 10 atm, RBP 16 – 18 atm, ABP &gt; 28 atm                      - konstrukcja stentu umożliwiająca bezpieczny pasaż przez naczynie przy zachowaniu odpowiedniej elastyczności i siły radialnej:                      • siła radialna ≥ 26 PSI dla średnicy 3,0 mm                      • grubość strutów stentu nie większa niż 0,0032”                      • stosunek metal/łutnica naczynia pokrytego przez stent – nie więcej niż 14%                      - system dostawczy:                      • długość systemu – min 138 cm,                      • profil stentu – nie większy niż 0,038” dla średnicy 3,0 mm,                      • shaft proksymalny 2,3 F; dystalny 2,9 F                      - kompatybilny z cewnikami 5F (nie większy jak 0,056”)                      - długość stentów w zakresie od 9 mm, do 33 mm, minimum 7 długości                      - średnica stentów od 2,5 mm do 4,0 mm, w zakresie od 2,5 mm do 3,0 mm                      wymagane średnice nominalne co 0,25 mm, pozostałe co 0,5 mm</p>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			szt.	30						

słownie brutto: .....  
data:

.....  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)  
(podpis i pieczęćka imienna osoby)

.....  
pieczęćka nagłówkowa Wykonawcy

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY**

**Pakiet nr 8 - Stentgraft do naczyń wieńcowych**

Lp	Asortyment	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	producent kod/nazwa własna
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Wymagane parametry techniczne: - stentgraft wieńcowy, montowany na balonie wysokociśnieniowym, pokryty materiałem uszczelniającym (poliuretan) - długości stentgraftów – od 15 do 26 mm - średnica stentgraftów – od 2,5 mm do 5 mm		szt.	5						

słownie brutto: .....

data:

.....  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy  
(podpis i pieczęćka imienna osoby)

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Pakiet nr 9 - Cewnik balonowy do angioplastyk wieńcowych, niskoprofilowy

Lp	Asortyment	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	producent kod/nazwa własna	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	<p>Wymagane parametry techniczne: Cewnik balonowy niskoprofilowy, typ „rapid – exchange”, „semi compliant”, jednorazowego użytku, do ciastnych zwężek; - wykonany z materiałów wyjątkowo odpornych na załamania i urazy mechaniczne, z powłoką ułatwiającą przejście przez ciasne zwężenia, z giętą, atraumatyczną końcówką i sposobem pokrycia zapewniającym odpowiednią śliskość przy przechodzeniu przez kręte i ciasne odcinki naczyń a równocześnie zapobiegające przemieszczaniu się balonu w trakcie rozprężania; - system doprowadzający; * długość użytkowa cewnika minimum 135cm; * znaczniki na trzonie cewnika umożliwiające precyzyjne określenie położenia balonu z dostępu promieniowego lub udowego * wytrzymanie ciśnienia – NP nie więcej niż 7 atm, RBP minimum 14 atm, - średnice cewnika balonowego od 1,25 do 4,0 mm; - długość cewnika balonowego od 6 do 30 mm, minimum 5 długości dla średnic 3,0 mm; -proksymalna średnica trzonu równa 2F; dystalna średnica trzonu dla średnic 1,25-2,0 mm równa 2,6F dla 2,5-3,5 mm równa 2,7 F oraz dla 4,0 mm równa 2,9F - dwa dobrze widoczne w fluoroskopii znaczniki; dla najmniejszych średnic (1,25 mm i 1,5 mm) jeden, pojedynczy marker na środku balonu; - kompatybilność w pełnym zakresie rozmiarów z cewnikami prowadzącym 5F; - przyrost średnic od NP do RBP dla 3,0 mm o minimum 0,42 mm; - konstrukcja dystalnej części cewnika zwiększająca popychalność balonu (opisać);</p>			szk.	335						

słownie brutto: .....

data:

.....  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy  
(podpis i pieczęćka inna osoba)

Załącznik nr 1.10  
do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanych w Pracowni Hemodynamiki  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu  
Szp/FZ-5/5016

.....  
pieczęćka nagłówkowa Wykonawcy

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY**

**Pakiet nr 10 - Cewnik balonowy do angioplastyk wieńcowych, standardowy**

Lp	Asortyment	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	producent kod/nazwa własna
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	<p>Wymagane parametry techniczne:            Cewnik balonowy, typu „rapid – exchange”, „semi compliant”, jednorazowego użytku do predilatacji i zabezpieczenia bocznych gałęzi            - wykonany z trwałego i odpornego na uszkodzenia materiału, nie odkształcającego się po wypełnieniu i zapewniającego stabilną pozycję balonu w trakcie rozprężenia            - system doprowadzający:            • długość użytkowa cewnika minimum 140 cm            • shaft proksymalny nie większy niż 2,1 F, dystalny nie większy niż 2,5 F            • wymagane ciśnienia – NP nie więcej niż 8 atm, RBP minimum 14 atm,            - średnice cewnika balonowego od 1,25 do 4,0 mm, w całym zakresie wymagane średnice nominalne balonów co 0,25 mm            - długość cewnika balonowego od 6 do 30 mm, minimum 7 długości            - crossing profile dla balonu 3 mm nie większy niż 0,023", dla balonu 1,5 mm nie większy niż 0,021" i dla balonu 1,25 mm nie większy niż 0,020"            - profil wejścia dla średnicy 3,0 mm nie większy niż 0,016"            - dwa dobrze widoczne w fluoroskopii znaczniki, dla najmniejszych średnic (1,25 mm i 1,5 mm) jeden, pojedynczy marker na środku balonu            - kompatybilność w pełnym zakresie rozmiarów z cewnikami prowadzącym 5F            - możliwość wykonania KBT dla cewnika prowadzącego 6F dla dwóch balonów niemniejszych niż 3,0 mm</p>		szt.	225						

słownie brutto: .....

data: .....

.....  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy  
(podpis i pieczęćka imienna osoby)

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Pakiet nr 11 - Cewnik balonowy do angioplastyki wieńcowych, wysokociśnieniowy

Lp	Asortyment	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	producent kod/nazwa własna
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	<p>Wymagane parametry techniczne: Cewnik balonowy wysokociśnieniowy, typu „non compliant” jednorazowego użytku, do twardej zmian zwężających i doprężeń stenów</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wykonany z twardego i odpornego na uszkodzenia materiału, nie odkształcającego się po wypełnieniu i zapewniającego stabilną pozycję balonu w trakcie rozprężenia, jednocześnie gwarantując doskonałą trakcyjność w najcięższych zmianach (składanie 3 – zakładkowe)</li> <li>- system doprowadzający:</li> <li>• długość użytkowa cewnika minimum 140 cm</li> <li>• shafti proksymalny niewiększy niż 1,9 F, dystalny niewiększy niż 2,7 F</li> <li>• wymagane ciśnienia – NP nie mniej niż 12 atm, RBP minimum 22 atm (dla balonów 2,0 do 4,0), MBP minimum - 30 atm</li> <li>- średnice balonu od 2,0 do 5,0 mm, w zakresie 2,0 do 4,0 mm wymagane średnice nominalne balonów co 0,25 mm, w pozostałym zakresie co 0,5 mm</li> <li>- długość balonu od minimum 8 do minimum 18 mm, w zakresie od 8 mm do 12 mm wymagane nominalne długości co 2 mm- crossing profile dla balonu 3 mm niewiększy niż 0,029”</li> <li>- kontrolowany przyrost średnicy balonu w zakresie ciśnień 10 – 20 atm – niewięcej niż 0,6%/atm</li> <li>- kompatybilność w pełnym zakresie rozmiarów z cewnikami prowadzącym 5F</li> </ul>		szt.	300						

słownie brutto: .....

data:

.....  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy  
(podpis i pieczęć imienna osoby)



Załącznik nr 1.12  
do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanych w Pracowni Hemodynamiki  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu  
Szp/FZ-5/5016

.....  
pieczęćka nagłówkowa Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Pakiet nr 12 - Cewnik balonowy tnący do angioplastyk wienicowych

Lp	Asortyment	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	producent kod/nazwa własna
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	<p>Wymagane parametry techniczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- cewnik balonowy, typu „rapid – exchange”, „semi compliant” – wyposażony w elastyczne ostre oplatające balon, konstrukcji spiralnej, uczestniczące w procesie dyatacji, do zmian twardych, niepodatnych standardowym technikom poszerzania - uwapnionych zwężeń i restenoz w stencie</li> <li>- system doprowadzający:</li> <li>• długość użytkowa cewnika minimum 135 cm</li> <li>• wymagane ciśnienia – NP maximum 8 atm, RBP minimum 18 atm dla średnic 3,0 mm</li> <li>- średnice balonu od 2,0 do minimum 3,5 mm</li> <li>- długość balonu od 10 do minimum 20 mm dla średni 3,0 mm</li> <li>- w każdej wymaganej długości balon posiada dwa znaczniki określającą część roboczą</li> <li>- kompatybilność w pełnym zakresie rozmiarów z cewnikiem prowadzącym 6F</li> </ul>		szk.	30						

słownie brutto: .....

data:

.....  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy  
(podpis i pieczęćka imienna osoby)

Załącznik nr 1.13  
do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanych w Pracowni Hemodynamiki  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu  
Szp/FZ-5/5016

.....  
pieczęćka nagłówkowa Wykonawcy

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY**

**Pakiet nr 13 - Cewnik balonowy niskociśnieniowy do predylatacji i CTO**

Lp	Asortyment	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	producent kod/nazwa własna
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	<p>Wymagane parametry techniczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- cewnik balonowy do angioplastyk wieńcowych, dostępny w dwóch rodzajach sztywności do zmian krętych i CTO (push) w średnicy 1,2 oraz 1,5 mm;</li> <li>- dostępne dwa typy balonów : monorail i OTW we wszystkich rozmiarach;</li> <li>- wymagane ciśnienia – NP nie więcej niż 6 atm, RBP minimum 18 atm dla 1,20mm, 14 atm dla 1,5-3,25mm oraz 12 atm dla 3,50mm do 4,00mm</li> <li>- średnica balonu 1,2mm do minimum 4,0mm;</li> <li>- długość balonu 8-30 mm, w tym 8mm, 12mm, 15mm, 20mm dla średnic 1,20 do 4,0mm, oraz dodatkowo 30mm dla średnic od 2,00mm do 4,00mm</li> <li>- wymagany profil końcówki natarcia 0,017" dla wszystkich rozmiarów ;</li> <li>- hydrofilne pokrycie szafu;</li> <li>- możliwość zwiększenia średnicy balonu ponad nominalną w ramach RBP &gt;6% dla wszystkich rozmiarów;</li> </ul>		szt.	200						

słownie brutto: .....

data:

.....  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy  
(podpis i pieczęćka imienna osoby)

.....  
pieczęćka nagłówkowa Wykonawcy

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY**

**Pakiet nr 14 - Cewnik balonowy do angioplastyk wieńcowych, uwalniający substancję antymitotyczną**

Lp	Asortyment	parametry oferowane	j.m	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	producent kod/nazwa własna
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	<p>Wymagane parametry techniczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- cewnik balonowy typu „rapid – exchange”, „semi compliant”, uwalniający w sposób kontrolowany pakietaksel lub jego pochodną, do leczenia restenozy wewnątrz stentów</li> <li>- system doprowadzający;</li> <li>- długość użytkowa cewnika minimum 140 cm;</li> <li>- wymagane ciśnienia – NP maximum 7 atm, RBP minimum 12 atm dla wszystkich rozmiarów;</li> <li>- średnica balonu od 2,0 mm do 4,0 mm;</li> <li>- długość balonu 10-30 mm, wymagane minimum 5 długości dla wszystkich rozmiarów;</li> <li>- profil wejścia maximum 0,017" dla średnic 3,0 mm</li> <li>- kompatybilność w pełnym zakresie rozmiarów z cewnikami prowadzącym 5F;</li> <li>- sposób nanoszenia substancji czynnej na cewnik balonowy gwarantujący dostarczenie pełnej dawki do ściany naczyń, bez straty w trakcie rozprężanie balonu;</li> <li>- udowodnione (w załączeniu odpowiednie pozycje literatury) utrzymywanie się skutecznej dawki leku w ścianie naczyń przez minimum 6 dni;</li> <li>- skuteczność potwierdzona badaniami w minimum 12 miesięcznej obserwacji, LLL mniejszy niż 0,08 mm w minimum 6 miesięcznej obserwacji;</li> </ul>		szt.	50						

słownie brutto: .....

data:

.....  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy  
(podpis i pieczęćka imienna osoby)

Załącznik nr 1.15  
do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanych w Pracowni Hemodynamiki  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu  
Szp/FZ-5/5016

.....  
pieczęćka nagłówkowa Wykonawcy

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY**

**Pakiet nr 15 - Cewniki do pomiaru gradientu przezściennej (FFR)**

Lp	Asortyment	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	producent kod/nazwa własna
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	- współpraca ze sterylnymi przewodnikami pomiarowymi jednorazowego użytku; - PTFE na części sztywnej; - powłoka hydrofilna na części elastycznej; - hydrofobowa końcówka proksymalna (3 wyki) wstępnie osadzona w konektorze do aparatu (możliwość demontażu i zastosowania przewodnika pomiarowego jako przewodnika angioplastycznego 0,014"); - końcówka dystalna platynowa dobrze widoczna w obrazie RTG do manualnego kształtowania 3 cm; - długość przewodnika 175cm; - przewodniki przystosowane do pomiaru FFR, CFR oraz temperatury wewnątrznicynowej; - przewodnik pomiarowy zbudowany na bazie przewodnika angioplastycznego typu Ballance Middle Weight (BMW); - przewodniki kompatybilne z posiadanym przez szpital aparatem do wykonywania pomiarów FFR		szt.	50						

słownie brutto: .....

data:

.....  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy  
(podpis i pieczęćka imienna osoby)

.....  
pieczęćka nagłówkowa Wykonawcy

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY**

**Pakiet nr 16 - Prowadnik wieńcowy**

Lp	Asortyment	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	producent kod/nazwa własna
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	<p>Wymagane parametry techniczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zestaw prowadników o różnorodnej konstrukcji, zapewniającą ciągłość i bezpieczeństwo zabiegu, ułatwiającą manewrowalność, dającą bardzo dobrą popychalność i podparcie oraz gładkie przejście do części dystalnej naczynia</li> <li>• dostępność w zestawie prowadników o stalowym rdzeniu</li> <li>• dostępność w zestawie prowadników o rdzeniu dystalnym nitynolowym wzbogaconym chromem - ułatwiające przeniesienie momentu obrotowego na końcówkę prowadnika,</li> <li>• wymagane pokrycie prowadnika substancją ułatwiającą wprowadzenie, w wybranych wariantach dystalne pokrycie hydrofobowe i hydrofile</li> <li>- średnic zewnętrzna 0,014"</li> <li>- długość prowadnika minimum 180 cm (dostępność prowadnika 300 mm)</li> <li>- dostępne końcówki prowadnika o profilu prostym i „J”</li> <li>- dostępne wersje podparcia: standard oraz extra suport</li> <li>- dostępne zakresy sztywności końcówki w danej rodzinie prowadników: bardzo giętki, giętki, pośredni,</li> </ul>		szk.	1200						

słownie brutto: .....

data: .....

.....  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy  
(podpis i pieczęćka imienna osoby)

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Pakiet nr 17 - Cewnik prowadzący do angioplastyki wieńcowych

Lp	Asortyment	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	producent kod/nazwa własna
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Wymagane parametry techniczne: - cewniki odpowiednio zbrojone - podwójne metalowe zbrojenie (minimum 16 płaskich drutów) zachowujące niezmienną światło wewnątrz na całej długości cewnika , - oferowane średnice: od 5F do 8F, - wymagane zakresy krzywizn typowych i nietypowych dostępnych obecnie na rynku – minimum 89 rodzajów krzywizn w każdej średnicy, - średnica wewnętrzna cewnika: • minimum 0,090" dla 8F • minimum 0,081" dla 7F • minimum 0,071" dla 6F • minimum 0,058" dla 5F - Wymagane pokrycie hydrofilne z zachowaniem 7cm końca dystalnego i 25cm końca proksymalnego od ww pokrycia, -konstrukcja nylonowa zapewniająca dużą siłę podparcia, dostępne cewniki z otworami bocznymi i krzywizną 3D right.		szt.	1300						

słownie brutto: .....

data:

.....  
 uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy  
 (podpis i pieczęćka imienna osoby)

.....  
 pieczęćka nagłówekowa Wykonawcy  
 Załącznik nr 1.18  
 do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanych w Pracowni Hemodynamiki  
 dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu  
 Szp/FZ-5/5016

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Pakiet nr 18 - Cewniki diagnostyczne

Lp	Asortyment	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	producent kod/nazwa własna
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	<p>Wymagane parametry techniczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- cewnik jednorodnie podwójnie zbrojony na całej długości zbrojony na całej długości o dobrej rotacyjności, odporny na załamania i temperaturę,</li> <li>- miękkie pienwsze zagłecie oraz atraumatyczna końcówka dobrze widoczna w skopii</li> <li>- rozmiary - od 5F do 7F</li> <li>- dostępne długości - od 80 do 125</li> <li>- światło wewnętrzne cewnika:</li> <li>• dla 5F - dwie różne średnice przy 5F do prawej i lewej tętnicy</li> <li>• dla 6F - minimum 0,056"</li> <li>• dla 7F - minimum 0,064"</li> </ul> <p>pełny wybór krzywizn dostępnych na rynku do lewej i prawej tętnicy wieńcowe oraz do pomostów aortalno-wieńcowych</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• minimum 7 różnych krzywizn dostępnych na rynku dla cewników z dostępu promieniowego</li> <li>• Konstrukcja strefowa: przynajmniej 4 strefy sztywności na długości cewnika;</li> </ul>		szt.	4500						

słownie brutto: .....

data:

.....  
 uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)  
 (podpis i pieczęćka imienna osoby)

Załącznik nr 1.19  
do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanych w Pracowni Hemodynamiki  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu  
Szp/FZ-5/5016

.....  
pieczęćka nagłówkowa Wykonawcy

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY**

**Pakiet nr 19 - Cewnik do trombektomii aspiracyjnej**

LP	Asortyment	parametry oferowane	j.m	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	producent kod/nazwa własna
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	<p>Wymagane parametry techniczne: Kompatybilny z cewnikami prowadzącym 6F (≥0,070"/1,78mm)                      Współpraca z guidewire ≤0,014"/0,36mm                      Długość użytkowa 140 cm                      Długość segmentu rapid exchange 20 cm                      Marker umieszczony 2 mm od końcówki (dwa markery na cewniku umieszczone 95 i 105cm proksymalnie od końca dystalnego)                      Strzykawka 30 ml (2szt.)                      Powierzchnia światła ekstrakcji 0,93 mm<sup>2</sup> ; filtr koszykowy 70µm                      Prędkość aspiracji 1,71cc/s                      crossing profile 0,065"</p> <p>Kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 6F (≥0,070"/1,78mm)                      Współpraca z guidewire ≤0,014"/0,36mm                      Długość użytkowa 140 cm                      Długość segmentu rapid exchange 20 cm                      Marker umieszczony 2 mm od końcówki (dwa markery na cewniku umieszczone 95 i 105cm proksymalnie od końca dystalnego)                      Strzykawka 30 ml (2szt.)                      Powierzchnia światła ekstrakcji 0,93 mm<sup>2</sup> ; filtr koszykowy 70µm                      Prędkość aspiracji 1,71cc/s                      crossing profile 0,065"</p>		szt.	120						

słownie brutto: .....

data: .....

.....  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy  
(podpis i pieczęćka imienna osoby)



Załącznik nr 1.20  
do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanych w Pracowni Hemodynamiki  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu  
Szp/FZ-5/5016

pieczęćka nagłówkowa Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Pakiet nr 20 - Zestaw do PTCA

Lp	Asortyment	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	producent kod/nazwa własna
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	<p>Wymagane parametry techniczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- strzykawka ciśnieniowa z manometrem, nie zawiera latexu, pojemność 20 ml,</li> <li>-zakres ciśnień 30 atm,</li> <li>-podwójny system mierzenia ciśnienia w atm i psi,</li> <li>-ergonomiczny kształt urządzenia ułatwiający obsługę,</li> <li>-mechanizm blokujący w formie przycisku,</li> <li>-skala pomiarowa dobrze widoczna w przyciemnionym pomieszczeniu,</li> <li>-kryształicznie przezroczysty cylinder ułatwiający kontrolę wizualną i odpowietrzanie,</li> <li>-wysokociśnieniowy dren z trójdrożnym kranikiem i adapterem rotacyjnym,</li> <li>-całość o dł 35,5 cm</li> </ul>		szt.	1000						

<p>Y-connector; Wymagania techniczne: -z adapterem rotacyjnym i podwójną zastawką hemostatyczną silikonową, której otwarcie jest kontrolowane przyciskiem, -możliwość obsługi jednoręcznej poprzez naciśnięcie przycisku, możliwość pracy, manewrowania drutem przy zamkniętej zastawce, -posiada zintegrowany dren o dł. 15 cm, -posiada kranik, -średnica przejścia 9F (0,118")</p>		szt.	1200				
<p>Stent uwalniający substancję antyproliferacyjną Sirolimus ( DES ) Warunki techniczne: - substancja czynna: sirolimus (1,2 µg/mm<sup>2</sup>) -pokrycie stentu substancją czynną w technologii abluminalnej -brak powłoki polimerowej -platforma: stent kobaltowo-chromowy -minimalny zakres średnic: 2,0 - 4,0 mm -minimalny zakres długości: 9 – 32 mm -długość systemu doprowadzającego: 145 cm -grubość ściany stentu 0,0020" dla średnic 2,0 – 2,5 mm oraz 0,0024" dla wszystkich pozostałych rozmiarów - shaft proksymalny 1,9F (dla wszystkich rozmiarów) - shaft dystalny 2,5F (dla wszystkich rozmiarów) - profil wejścia ≤ 0,016" - profil przejścia dla średnicy 3.0 mm ≤ 0.035" - ciśnienie RBP 18 atm. - dla średnic od 2,0 mm do 3,5 mm - ciśnienie nominalne rozprężenia stentu 10 atm</p>		szt.	50				

data:

.....  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)  
(podpis i pieczęćka imienna osoby)

Załącznik nr 1.21  
do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanych w Pracowni Hemodynamiki  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu  
Szp/FZ-5/5016

.....  
pieczęćka nagłówkowa Wykonawcy

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY**

**Pakiet nr 21 - System dystalnej protekcji pomostów aortalno – wieńcowych**

Lp	Asortyment	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	producent kod/nazwa własna
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Wymagane parametry techniczne: - system protekcji dystalnej typu filtr, monorail z niezależnym przewodnikiem, do wyboru różne twardości przewodników – minimum 3 - dostępne rozmiary – dla naczyń od minimum 3 mm do minimum 7 mm (min. 5 rozmiarów) - średnica otworów w filtrze – nie więcej niż 100 micronów		szt.	15						

słownie brutto: .....

data:

.....  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy  
(podpis i pieczęćka imienna osoby)

.....  
Załącznik nr 1.22

pieczęćka nagłówkowa Wykonawcy

do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanych w Pracowni Hemodynamiki  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu  
Szp/FZ-5/5016

### FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Pakiet nr 22 - System do uwalniania ciał obcych (pętle)

Lp	Asortyment	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	producent kod/nazwa własna
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Wymagane parametry techniczne: - dostępne średnice od 5 do 35 mm									

słownie brutto: .....

data:

.....  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy  
(podpis i pieczęćka imienna osoby)

Załącznik nr 1.23  
do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanych w Pracowni Hemodynamiki  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu  
Szp/FZ-5/5016

.....  
pieczęćka nagłówkowa Wykonawcy

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY**

**Pakiet nr 23 - Zamykacze do naczyń metodą szycia lub/i klipsowania**

Lp	Asortyment	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	producent kod/nazwa własna
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Zamykanie tętnic po wkłuciach 5-8F. Zamykacze w 2 rozmiarach: 6F dla wkłucia 5-6F i 8F dla wkłucia 7-8F. 2 mechanizmy homeostatyczne: mechaniczny (kanapka) i biochemiczny (kolagen). Zamykanie naczyń od wewnątrz (kotwica) i zewnątrz (kolagen). 3 komponenty zamykacza: poliuretanowa kotwica, szew, kolagen. Wszystkie komponenty wchłaniające do 90 dni. W sterylnym opakowaniu: urządzenie zamykające, koszułka, lokalizator arteriotomii, prowadnik.		szt.	360						

słownie brutto: .....

data:

.....  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)  
(podpis i pieczęćka imienna osoby)

Załącznik nr 1.24  
do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanych w Pracowni Hemodynamiki  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu  
Szp/FZ-5/5016

.....  
pieczęćka nagłówkowa Wykonawcy

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY**

**Pakiet nr 24 - Prowadniki diagnostyczne**

Lp	Asortyment	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	producent kod/nazwa własna
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	<p>Wymagane parametry techniczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- prowadnik naczyniowy służący do wymiany kateterów, wykonany ze stali nierdzewnej</li> <li>- opcjonalnie pokryty teflonem lub substancją hydrofilną;</li> <li>- wymagane średnice nie mniej niż 0,018" do minimum 0,038";</li> <li>- wymagane długości: 150 +/- 5 cm, 180 +/- 5 cm, 200 +/- 5 cm, 260 +/- 5 cm;</li> <li>- giętki, z atraumatycznym zakończeniem, odporny na zatamania, ze zmienną giętkością (do wyboru zamawiającego);</li> <li>- typ zakończeń – prosty lub J dla każdej długości i średnicy.</li> </ul>		szt.	3000						

słownie brutto: .....

data:

.....  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)  
(podpis i pieczęćka imienna osoby)

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Pakiet nr 25 - Zestaw pomocniczy do zabiegów wewnątrznaczyniowych - terapeutycznych i diagnostycznych

Lp	Asortyment	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% V/A T	cena jedn. brutto	wartość brutto	producent kod/nazwa własna
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	rampy trójdrożne: - rampa trójdrożna, wysokociśnieniowa, minimum 500 psi; - adapter rotacyjny, miękki, z łącznikiem Luer Lock;		szt.	1350						
2.	torquety: - łatwość założenia i trwałość zapięcia na prowadniku wieńcowym		szt.	1000						
3.	Łącznik niskociśnieniowy: - dostępne długości 30 – 60 cm; - dostępne średnice 2-4 mm;		szt.	1500						
4.	Przedłużacz wysokociśnieniowy : - przedłużacze typu Luer-Lock; - wymagana długość 60 – 120 cm; - materiał przedłużacza umożliwiający związanie go w węzeł ósemkowy bez utraty światła; - ciśnienie min. 100psi; - w zestawie Female Luer Lock To Male Luer Lock oraz Female Luer Lock To Totating Adapter;		szt.	200						

słownie brutto: .....

data:

.....  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)  
(podpis i pieczęćka imienna osoby)

.....  
pieczęćka nagłówkowa Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Pakiet nr 26 - Introcycery

Lp	Asortyment	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	producent kod/nazwa własna
1	2 dostęp udowy:- długość 11 cm ; - zestaw z zastawką - wymagane średnice: 5 – 8F - wymagane długości: 11 - w zestawie igła do nakłucia 18G oraz miniprowadnik 0,035" typu „J”, długości 40 – 60 cm	3	4 szl.	5 300	6	7	8	9	10	11
2	dostęp udowy:- długość 23 cm ; - zestaw z zastawką - wymagane średnice: 5 – 8F - wymagane długości: 23 cm - w zestawie igła do nakłucia 18G oraz miniprowadnik 0,035" typu „J”, długości 40 – 60 cm		szl.	700						
3	dostęp promieniowy: wymagane parametry techniczne: - zestaw z zastawką - wymagane średnice: 5F; 6F - wymagane długości: 11 i 23 cm - w zestawie igła do nakłucia 21G oraz miniprowadnik 0,018" lub 0,022" typu „J” - dilatator zapewniający łagodne wprowadzenie introducera do tętnicy promieniowej wykonany z materiału nieprzezroczystego dla promieniowania		szl.	1200						
4	dostęp udowy zbrojony opłotem:- długość od 45 cm do 90 cm; - wymagane średnice: 5F do 7F - Wymagane długości: 45 cm do 90 cm - odporność na załamania do 95 stopni - oznaczenie płatynowym markerem		szl.	5						
5	Opaska uciskowa na tętnicę promieniowa		szl.	1200						

słownie brutto: .....

data: .....

.....  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy  
(podpis i pieczęćka imienna osoby)



FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Pakiet nr 27 - Linia do krwawego pomiaru ciśnienia tętniczego

Lp	Asortyment	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	producent kod/nazwa własna
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	<p>Wymagane parametry techniczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Przetwornik ze zintegrowanym systemem płuczającym 3ml/h - częstotliwość własna przetwornika 200Hz</li> <li>Dwudzielna komora kropłowa z zatrzymującym powietrze filtrem, hydrofilna z membraną 15um, który zapobiega przedostawianiu się powietrza do obiegu przetwornika.</li> <li>- wysoka odporność na zatkania bez konieczności stosowania elementów korygujących</li> <li>- połączenie z kablem interfejsowym pinowe , wodoszczelne</li> <li>- układ do przepływkiwania w postaci skrzydełek -wstępnie wykalibrowany czujnik pomiarowy ze stałymi parametrami elektrycznymi( czułość, liniowość, stabilność zera) -</li> <li>Oznakowanie nazwą firmy w części infuzyjnej</li> <li>- kabel interfejsowy imadła płytki zgodny ze SIWZ</li> </ul>		szk.	1350						

słownie brutto: .....

data:

.....  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)  
(podpis i pieczęćka imienna osoby)

Załącznik nr 1.28  
do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanych w Pracowni Hemodynamiki  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu  
Szp/FZ-5/5016

.....  
pieczęćka nagłówkowa Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Pakiet nr 28 - Stenty do angioplastyk wieńcowych, uwalniający lek – do krętych naczyń

LP	Asortyment	parametry oferowane	j.m	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VA	cena jedn. brutto	wartość brutto	producent kod/nazwa własna
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	<p>Wymagane parametry techniczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- stent wieńcowy, ze stopu chromowo - kobaltowego o konstrukcji hybrydowej łączącym pasywne pokrycie sunstancją przyspieszającą gojenia naczyń oraz polimerem biodegradowalnym uwalniającym lek Sirolimus, montowane na balonie typu „monorail”, „semi-compliant” NP – 8 atm, RBP – 16 atm,</li> <li>- konstrukcja stentu zapewniająca odpowiednią giętkość i łatwość przy przechodzeniu przez kręte i ciasne odcinki naczyń wieńcowych</li> <li>- grubość strułów stentu nie większa niż 0,0024” dla średnic 3,0 mm</li> <li>- system dostawczy:</li> <li>- długość systemu - minimum 130 cm,</li> <li>- profil stentu – nie większy niż 0,038” dla średnicy 3,0 mm,</li> <li>- kompatybilny z cewnikiem 5F (nie większy jak 0,056”)</li> <li>- długość stentów w zakresie od 9 mm do 40 mm, minimum 9 długości dla średnic 3,0 mm</li> <li>- średnica stentów w zakresie od 2,25 mm do 4,0 mm, w zakresie od 2,25 mm do 3,0 mm wymagane średnice nominalne stentów co 0,25 mm, pozostałe co 0,5 mm;</li> <li>- skrócenie stentu po rozprężeniu – nie więcej niż 0,5% dla średnicy 3,0 mm</li> <li>- skuteczność potwierdzona w minimum 12-ciu miesięcznej obserwacji</li> <li>- potwierdzona publikacją (LL poniżej 0,11 mm potwierdzona w minimum 9 miesięcznej obserwacji)</li> </ul>		szk.	130						

słownie brutto: .....

data:

.....  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy  
(podpis i pieczęćka imienna osoby)

Załącznik nr 1.29  
do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanych w Pracowni Hemodynamiki  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu  
Szp/FZ-5/5016

.....  
pieczęćka nagłówkowa Wykonawcy

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY**

**Pakiet nr 29 - Zestaw do rotablacji**

Lp	Asortyment	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	producent kod/nazwa własna
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zestaw do rotablacji składający się z: - cewnika do aterektomii rotacyjnej ; - średnice wiertel 1,25 - 2,5 mm; - długość cewnika 135cm; łącznik; - możliwość współpracy z cewnikami do aterektomii rotacyjnej; - zakres długości pracy 70mm; prowadnik ; - długość 325 cm ; - średnica 0,009" ; - dostępne dwie sztywności prowadnika;		szt.	50						

\* Zamawiający wymaga użyczenia konsoli rotablatora o minimalnych parametrach techniczno- użytkowych:

- konsola rotablator wraz z przelącznikami podłogowymi;
- możliwość uzyskania obrotów w zakresie od 0-190 tys/min;
- możliwość napełniania systemu sprężonym powietrzem lub azotem o ciśnieniu min. 6 atm.;
- czytelny panel sterowania;
- sterowanie za pomocą przelączników podłogowych;

słownie brutto: .....

data:

.....  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)  
(podpis i pieczęćka imienna osoby)

.....  
 pieczęćka nagłówkowa Wykonawcy

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY**

**Pakiet nr 30 - Stenty DTS, pokrywane przeciwciałami przyspieszającymi endotelializację wewnątrznaczyniową i sirolimusem**

Lp	Asortyment	para metry ofero wana	j.m.	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	producent kod/nazwa własna
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Wymagane parametry techniczne: - Stenty DTS pokrywane od strony naczyń sirolimusem, od strony światła naczyń przeciwciałami anti-CD34+ przyspieszającym proces endotelializacji wewnątrznaczyniowej - Sirolimus na biodegradowalnym polimerze, czas uwalniania leku 30 dni, biodegradacji polimeru 90 dni - długość stentów w zakresie od, 9 mm, do 33 mm, minimum 7 długości - średnica stentów od 2,5 mm do 4,0 mm, w zakresie od 2,5 mm do 3,0 mm wymagane średnice nominalne co 0,25 mm, pozostałe co 0,5 m		szt.	100						

słownie brutto: .....

data:

.....  
 uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy  
 (podpis i pieczęćka imienna osoby)

Załącznik nr 1.31  
do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanych w Pracowni Hemodynamiki  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu  
Szp/FZ-5/5016

.....  
pieczęćka nagłówkowa Wykonawcy

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY**

**Pakiet nr 31 - Cewnik wspomagający ze sterowalną końcówką**

Lp	Asortyment	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	producent kod/naz
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	1. Cewnik wspomagający ze sterowalną końcówką 2. Możliwość wygięcia końcówki cewnika do max. 90 stopni 3. 8 mm tip platynowy zapewniający doskonałą widoczność w skopii 4. Dostępne wersje RX, OTW, CS 5. Współpraca z guidewire 0,014"/0,36mm 6. Kompatybilny z cewnikami prowadzącym 6F (≥0,067"/1,7mm) 7. Długość użytkowa: wersji RX 145 cm (segment RX 30 cm), OTW 140 cm, CS 70 cm 8. Pokrycie hydrofilne: wersji RX 24 cm, OTW 45 cm 9. Profil wejścia (distal tip) - 1.8F (0.61mm) 10. Średnica zewnętrzna sterowalnej końcówki - 2.2F (0.74mm)		szt.	10						

słownie brutto: .....  
data:

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy  
(podpis i pieczęćka imienna osoby)

Załącznik nr 1.32

do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanych w Pracowni Hemodynamiki dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu

Szp/FZ-5/5016

.....  
pieczęćka nagłówkowa Wykonawcy

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY**

**Pakiet nr 32 - Przedłużający cewnik prowadzący**

Lp	Asortyment	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	producent kod/nazwa własna
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Cewnik przedłużający dla cewnika prowadzącego - wymagana średnica wewnętrzna 0,057" - wymagana średnica zewnętrzna 0,066" - długość użytkowa systemu minimum 145 cm - długość kanału roboczego 25 cm - wymagany szaft typu hypotube		szt.	10						

słownie brutto: .....

data:

.....  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)  
(podpis i pieczęćka imienna osoby)

.....  
pieczęćka nagłówkowa Wykonawcy

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY**

**Pakiet nr 33 - Prowadnik wieńcowy do krętych naczyń i CTO**

Lp	Asortyment	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	producent kod/nazwa własna
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	<p>Wymagane parametry techniczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zestaw przewodników o różnorodnej konstrukcji, zapewniającą ciągłość i bezpieczeństwa zabiegu, ułatwiającej manewrowalność, dającej bardzo dobrą popychalność i podparcie oraz gładkie przejście do części dystalnej naczyń</li> <li>• rózień przewodnika wykonany z jednego kawałka drutu bez łączeń - ułatwiające przeniesienie momentu obrotowego na końcówkę przewodnika,</li> <li>• wymagane pokrycie przewodnika substancją ułatwiającą wprowadzenie, w wybranych wariantach dystalne pokrycie hydrofobowe i hydrofilne</li> <li>- średnic zewnętrzna 0,014"</li> <li>- długość przewodnika minimum 180 cm (dostępność przewodnika 190 cm i 300 cm)</li> <li>- dostępne końcówki przewodnika o profilu prostym i „J” -</li> <li>- dostępne min 9 sztywności przewodników,</li> <li>- dostępne przewodniki taperowane do 0,009"i 0,010"</li> </ul>		szt.	200						

słownie brutto: .....

data:

.....  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy  
(podpis i pieczęćka imienna osoby)

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Pakiet nr 34 - Zestaw stentów do zmian ektatycznych i bifurkacji

Lp	Asortyment	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	producent kod/nazwa własna
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	stent nitynowy, typu slotted tube, kompatybilny z przewodnikiem 0,014", kompatybilny z cewnikami prowadzącym 6 F, dostępne średnice stentu 2,5-3,00 mm; 3,0-3,5; 3,5-4,5mm, dostępne długości stentu 17mm-27mm, stent uwalniający syrolimus, system dostarczania Rapid Exchange, ciśnienie nominalne 12 atm, ciśnienie RBP 14 atm, 4 markery (2 na systemie dostawczym, 2 na stencie)		szt.	10						
2.	stent kobaltowo-chromowy -stent posiadający trzy odcinki o różnej strukturze: do naczynia głównego, przejściowy i do boczny -kompatybilny z cewnikami prowadzącym 5F i 6F -4 markery oznaczające granice stref stentu -średnice i długości 2,5-2,5 mm/19 mm; 2,5-3,0 mm/19 mm; 2,5-3,5 mm/19 mm; 3,0-3,5 mm/18 mm; 3,5-4,0 mm/18 mm -ciśnienie RBP 14 atm -profil stentu 1,12 mm -średnice i długości 2,5-2,5 mm/19 mm; 2,5-3,0 mm/19 mm; 2,5-3,5 mm/19 mm; 3,0-3,5 mm/18 mm; 3,5-4,0 mm/18 mm -ciśnienie RBP 14 atm -profil stentu 1,12 mm		szt.	30						

słownie brutto: .....

data:

.....  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)  
(podpis i pieczęćka imienna osoby)



Załącznik nr 1.35  
do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanych w Pracowni Hemodynamiki  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu  
Szp/FZ-5/5016

.....  
pieczęć nagłówkowa Wykonawcy

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY**

**Pakiet nr 35 - Longeta stabilizująca dłoń po zabiegach z dostępu promieniowego**

Lp	Asortyment	parametry oferowane	j.m	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	producent kod/nazwa własna
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	podstawa wielorazowego użytku z tworzywa sztucznego i wymiennych kompresów uciskowych -ergonomiczny i wygodny dla pacjenta -dostępny w wersji krótkiej i zwykłej -możliwość regulacji siły nacisku -dwie wersje kompresów uciskowych: kwadratowy i podłużny -uniwersalny- prawa i lewa dłoń		szt.	50						

słownie brutto: .....

data:

.....  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)  
(podpis i pieczęć imienna osoby)

Załącznik nr 1.36  
do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanych w Pracowni Hemodynamiki dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu Szp/FZ-5/5016

.....  
pieczęćka nagłówkowa Wykonawcy

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY**

**Pakiet nr 36 - Stent magnezowy bioresorbowalny**

Lp	Asortyment	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VA T	cena jedn. brutto	wartość brutto	producent kod/nazwa własna
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	rusztowanie wykonane z oczyszczonego stopu magnezowego stent pokrywany polimerem biodegradowalnym uwalniającym kontrolowanie sirolimus grubość przęseł 150 µm czas resorpcji rusztowania około 12 miesięcy markery umieszczone na stencie		szt.	50						

słownie brutto: .....

data:

.....  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy  
(podpis i pieczęćka imienna osoby)

.....  
pieczęćka nagłówkowa Wykonawcy

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY**

**Pakiet nr 37 - Kateter do agioplastyki naczyń wieńcowych**

Lp	Asortyment	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	producent kod/nazwa własna
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	<p>Wymagania techniczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-średnica nominalna balonu w zakresie 0,75-1,25mm</li> <li>-długość nominalna balonu w zakresie 10-30mm ;dla 1,25 10-30mm</li> <li>-znaczniki widoczne w RTG</li> <li>- kompatybilność z przewodnikiem maks 0,14</li> <li>- kompatybilność z kateterem prowadzącym OD/ID 5F/ 0,056 (1,42mm)</li> <li>-profil wejścia 0,016</li> <li>- ciśnienie nominalne 8atm</li> <li>- maksymalne dopuszczalne ciśnienie RBP 18atm</li> <li>- długość katetera 140cm</li> <li>- typ systemu wprowadzającego RAPID EXCHANGE</li> </ul>		szt.	100						

słownie brutto: .....

data:

.....  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)  
(podpis i pieczęćka imienna osoby)

Załącznik nr 1.38  
do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanych w Pracowni Hemodynamiki  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu  
Szp/FZ-5/5016

### FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Pakiet nr 38 - Stent uwalniający lek do terapii krótkoterminowej dwupłytkowej do 1 m-ca

Lp	Asortyment	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	producent kod/nazwa własna	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	<p>Wymagane parametry techniczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stent ze stopu platynowo chromowego PtCr pokryty polimerem biodegradowalnym, pochodną rapamecyiny (everolimus)</li> <li>- Średnica 2.25-4.0mm(2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.50, 4.00)</li> <li>- długość od 8-38mm (8,12,16,20,24,28,32,38mm)</li> <li>- Ciśnienie nominalne 1 latm, RBP 18atm dla średnicy od 2.25-2.75 i 16 atm dla 3.0-4.0mm</li> <li>- Stosunek powierzchni stentu do powierzchni naczyń 12.1-15.8%</li> <li>- Profil końcówki natarcia lesion entry profile- 0.017" dla wszystkich rozmiarów</li> <li>- Profil stentu z balonem dla średnicy 2.5mm -0.038"</li> <li>- Długość balonu poza stentem (balloon overhang) o 4mm</li> <li>- Recoil maksymalnie 2,4%</li> <li>- Duża siła radialna min. 0.27N/mm</li> <li>- Możliwość zwiększenia średnicy stentu ponad nominalną w ramach RBP (tym samym balonem) o ponad 6% dla wszystkich rozmiarów(od 3.00-3.27mm)</li> <li>- Możliwość przeprężenia stentu innym balonem bez uszkodzenia struktury</li> <li>2.25-2.75 do 3.5</li> <li>3.00-3.50 do 4.25</li> <li>4.0 do 5.75</li> </ul>										
			szl	100							

słownie brutto: .....

.....  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy  
(podpis i pieczęćka imienna osoby)