



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

51-124 Wrocław, ul. H. Kamieńskiego 73a
telefony: centrala 71 32 70 100, fax 71 32 54 101
www.wssk.wroc.pl

Wrocław, dnia. 23.02.2016r .

Szp/FZ -5/134/2016

INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73 a zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r, poz. 2164), jako kierownik Zamawiającego, przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniem do postępowania na „**dostawę wyrobów medycznych stosowanych w Pracowni Hemodynamiki.**”
Znak sprawy: Szp/FZ-5/2016

Pytanie nr 1 dot. Pakiety nr 27

Zwracamy się z prośbą o udzielenie wyjaśnienia czy w pakiecie 27 Zamawiający wymaga aby zaoferowane zestawy wyposażone były w zbiornik wyrównawczy z tzw. zakrzywioną igłą zapobiegającą przedostawaniu się bąbelków powietrza do dalszej części zestawu, jak dotychczas stosowane ? Brak tego typu rozwiązania może prowadzić do powstawania zniekształcania fali ciśnienia na monitorze oraz w konsekwencji wywołać zatorowość powietrzną.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 2 Dotyczy wzoru umowy

Proszę o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia § 6 ust. 1 wzoru umowy na następujące:

„Wykonawca dostarczać będzie towar wraz z fakturą na swój koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego. Fakturę uważa się za dostarczoną wraz z dostawą, jeżeli zostanie przesłana Zamawiającemu w dniu dostawy faxem lub drogą mailową pod warunkiem dostarczenia oryginału faktury w terminie do 3 dni od daty dostawy. Dopuszczalne jest również dołączenie – zamiast faktury – dokumentu WZ, zawierającego m.in. cenę”.

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany we wzorze umowy i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 3 Dotyczy wzoru umowy

Proszę o wyjaśnienie, czy Zamawiający przewiduje kary umowne liczone od wartości niezrealizowanej w terminie dostawy czy od wartości umownej wyrobów objętych daną dostawą?

Zamawiający przewiduje kary umowne liczone od wartości niezrealizowanej w terminie dostawy.

Pytanie nr 4 Dotyczy Pakietu nr 18

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na cewniki diagnostyczne w pakiecie nr 18. Proponowane przez nas cewniki wykonane są z nylonu i zbrojone podwójnym oplotem ze stali na całej długości, z wyjątkiem 3 cm końcówki, co gwarantuje bezpieczeństwo zabiegu. Trzystrefowa konstrukcja zapewnia bardzo dobrą manewrowalność i obrót 1 : 1. Atraumatyczna końcówka wyposażona jest w opaskę cieniującą, dającą dobrą widoczność w

skopii. Cewniki dostępne w średnicach 4F, 5F, 6F i świetle wewnętrznym na całej długości cewnika (od uchwytu do końcówki – technologia TRUELUMEN) odpowiednio 0,042", 0,047" i 0,057", co daje możliwość podania odpowiedniej dawki kontrastu, 6F: 35 ml/sec przy ciśnieniu 1200 PSI dla cewników selektywnych oraz 32.6 ml/sec przy ciśnieniu 1200 PSI dla cewników typu "pigtail", 5F: 21.3 ml/sec przy ciśnieniu 1200 PSI dla cewników selektywnych oraz 19.8 ml/sec przy ciśnieniu 1200 PSI dla cewników typu "pigtail". Cewnik o średnicy 4F (QUICK CARE), o świetle wewnętrznym 0,042" zarówno dla typów pigtail jak i selektywnych, co daje możliwość podania odpowiedniej dawki kontrastu: 16.7 ml/sec przy ciśnieniu 1200 PSI dla cewników selektywnych oraz 16.6 ml/sec przy ciśnieniu 1200 PSI dla cewników typu "pigtail". Cewniki o bardzo dobrej pamięci kształtu, odporności na zagięcia, załamania i temperaturę. Dobrze widoczne w skopii, pewnie tkwiące w naczyniu. Pokryte materiałem zapobiegającym wykrzepianiu krwi. Duży wybór krzywizn i kształtów: 37 dla cewników 6F, 30 dla cewników 5F oraz 25 dla rozmiaru 4F.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 5 Dotyczy pakietu nr 24.

Prosimy Zamawiającego o zgodę na złożenie oferty w pakiecie nr 24 na prowadniki angiograficzne. Oferowane przez na prowadniki diagnostyczne występują w szerokiej gamie: o długości 80, 150 cm, 175 cm, 220 cm i 260 cm, średnicach .018", .021", .025", .032", .035", .038", .065" i elastycznej końcówce o dł. 3 cm, 7 cm, 10 cm, 15 cm, 20 cm typu prostej lub „J” o promieniu 1.5 mm, 2 mm, 3 mm, 6 mm, 15 mm. Pokrycie substancją PTFE techniką pre-coated zmniejsza opory podczas wprowadzania i wycofywania prowadnika oraz ułatwia manewrowanie.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 6 Dotyczy pakietu nr 18.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego w zadaniu 18 i uzna za **równoważne** cewniki diagnostyczne o parametrach nieznacznie różniących się od opisanych w SIWZ:

- cewnik zbrojony oplotem stalowym w części dystalnej (ok. 20 cm)
- rozmiary od 4F do 6F
- dostępne długości od 25cm do 140cm
- dwie strefy sztywności na całej długości cewnika w tym atraumatyczna końcówka
- duża średnica wewnętrzna – dla cewnika 6F do 0.079"
- cewnik wykonany z podwójnej warstwy nylonu
- duża różnorodność kształtów – ponad 40 różnych krzywizn

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Powyższe informacje stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczy wszystkich Wykonawców biorących udział w w/w postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

Z UPOWAŻNIENIEM DYREKTORA
Z-ca DYREKTORA
ds. Finansowej Administracji

mgr inż. Jędrzyna Raziuk