



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

51-124 Wrocław, ul. H. Kamieńskiego 73a
telefony: centrala 71 32 70 100, fax 71 32 54 101
www.wssk.wroc.pl

Wrocław, dnia. 07.03.2016r .

Szp/FZ -5/A63/2016

INFORMACJA NR 2 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73 a zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r, poz. 2164), jako kierownik Zamawiającego, przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniem do postępowania na „**dostawę wyrobów medycznych stosowanych w Pracowni Hemodynamiki.**”
Znak sprawy: Szp/FZ-5/2016

Pytanie nr 1 dot. Pakietu nr 27 - Linia do krwawego pomiaru ciśnienia tętniczego

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy przetworników amerykańskiego producenta (dawny Abbott) o następujących parametrach:

- Długość linii ciśnieniowych 120 cm + 30 cm; dwa kraniki trójdrożne na linię (długość całkowita 152 cm)
 - linia płuczająca z biuretą (pojedyncza komora kroplowa) wyposażoną w szpikulec z trzema otworami, zabezpieczający przed zapowietrzeniem;
 - zestaw wyposażony w min. 2 koreczki na linię pomiarową; zestaw wyposażony w min. 2 kraniki trójdrożne;
 - linie kodowane kolorystycznie (odpowiednie kolory drenów, bądź zestaw wyposażony w żółte koreczki);
 - podwójny system przepłukiwania uruchamiany wielokierunkowo przez pociągnięcie za wypustek bądź skrzydełka
 - połączenie przetwornika z kablem łączącym z monitorem, bezpinowe, przezroczyste, chroniące przed zalaniem (wodoodporne).
- Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający oczekuje w ramach bezpłatnego użyczenia kabli połączeniowych, imadeł i płytek do podłączenia i prawidłowego montażu przetworników? Jeżeli tak to w jakiej ilości?

Zamawiający wymaga dostarczenia w/w sprzętu oraz zabezpieczenia jego prawidłowego funkcjonowania w trakcie trwania umowy.

Dotyczy postanowień siwz i projektu umowy:

Pytanie nr 3

Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie wysokości kar umownych w §9 ust. 1.1) do 0,2% wartości brutto towaru dostarczonego ze zwłoką za każdy dzień zwłoki.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Z UPOWAŻNIENIEM DYREKTORA
Z-ca DYREKTORA
ds. Finansów i Administracji

mgr inż. Jolanta Raziuk

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający Zwracamy się z prośbą o dodanie do §5 ust. 8 zastrzeżenia o treści:
„Zamawiający oświadcza, że zamówi min. 80% wartości umowy.”.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Powyższe informacje stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczy wszystkich Wykonawców biorących udział w w/w postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

Z UPOWAŻNIENIA DYREKTORA
Z-ca DYREKTORA
ds. Finansów i Administracji

mgr inż. Jadwiga Raziuk