



# WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

51-124 Wrocław, ul. H. Kamieńskiego 73a  
telefony: centrala 71 32 70 100, fax 71 32 54 101  
[www.wssk.wroc.pl](http://www.wssk.wroc.pl)

Wrocław, dnia. 07.03.2016r .

Szp/FZ –5/ /2016

## INFORMACJA NR 3 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73 a zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r, poz. 2164), jako kierownik Zamawiającego, przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniem do postępowania na **„dostawę wyrobów medycznych stosowanych w Pracowni Hemodynamiki.”**

Znak sprawy: Szp/FZ–5/2016

### **Pytanie nr 1 - dotyczy pakietu nr 8**

Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pakiecie nr 8 załącznika nr 1.8 do siwz stentgraftów do naczyń wieńcowych montowanych na balonie wysokociśnieniowym, pokrytych materiałem uszczelniającym (ePTFE)

- długość stentgraftów od 16 do 24mm

- średnica stentgraftów od 2.5 do 5mm

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

### **Pytanie nr 2 dotyczy pakietu nr 22**

Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pakiecie nr 22 załącznika nr 1.22 do siwz pętli do usuwania ciał obcych o dostępnych średnicach od 5 do 30mm.

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

### **Pytanie nr 3 dotyczy pakietu nr 5**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w Pakiecie nr 5

Stent do angioplastyk wieńcowych , uwalniające lek (DES) do zmian prostych i krętych o parametrach technicznych:

- Stent wieńcowy stalowy, hypotube, uwalniający lek Biolimus A9

- Grubość strutów stentu 0,0047"

- NP 6 atm RBP 16 atm dla 2.25-3.00 mm, 14 atm 3.50-4.00 mm

- Profil stentu – 0,045"

- Długości stentów: 8, 11, 14, 18, 24, 28, 33, 36 mm

- Średnica stentów: 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.50, 4.00 mm

- Długości 8-36 mm dla średnic w zakresie 2.50-3.50mm, długości 8-28 mm dla średnic 2.25 i 4.00 mm

-Skrócenie stentu po rozpreżeniu -0,39%

-Shaft proksymalny 2.1 F , dystalny 2.4 F (dla 2.25-3.00 mm) 2.6 F( dla 3.50-4.00mm)?

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

### **Pytanie nr 4 dotyczy pakietu nr 6**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w Pakiecie nr 6

Stent do angioplastyk wieńcowych , uwalniające lek (DES) do naczyń krętych i małych o parametrach technicznych:

- Stent wieńcowy stalowy, hypotube, uwalniający lek Biolimus A9
  - Grubość strutów stentu 0,0047"
  - NP 6 atm RBP 16 atm dla 2.25-3.00 mm, 14 atm 3.50-4.00 mm
  - Profil stentu – 0,045"
  - Długości stentów: 8, 11, 14, 18, 24, 28, 33, 36 mm dla 3.0 mm
  - Średnica stentów: 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.50, 4.00 mm
  - Skrócenie stentu po rozpreżeniu -0,39%
  - Profil wejścia 0,016"
  - Shaft proksymalny 2.1 F , dystalny 2.4 F (dla 2.25-3.00 mm) 2.6 F ( dla 3.50-4.00mm)?
- Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 5 dotyczy pakietu nr 7**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w Pakiecie nr 11 Cewnik balonowy do angioplastyk wieńcowych , wysokociśnieniowy o parametrach technicznych:

- Shaft proksymalny 1.95F
- RBP 20 atm
- Średnice balonu: 2.0, 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.25, 3.50, 3.75, 4.00, 4.50 mm
- Długość balonu: 8, 10, 12, 15, 20 mm
- Crossing profil 0,024"?

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 6 dotyczy pakietu nr 8**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w Pakiecie nr 12 Cewnik balonowy tnący do angioplastyk wieńcowych o parametrach technicznych:

- Cewnik balonowy do PTCA z opatentowaną konstrukcją 4 rzędów wypustek stabilizujących pewnie zamocowanych na powierzchni balonu
- NP 11 atm, RBP 22 atm
- Średnice balonu: 2.50, 3.0, 3.5, 4.00 mm
- Długość balonu: 8, 12, 16 mm
- kompatybilny w pełnym zakresie rozmiarów z cewnikiem prowadzącym 5F?

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 7 dotyczy pakietu nr 14**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w Pakiecie nr 14 Cewnik balonowy do angioplastyk wieńcowych, uwalniający substancję antymitotyczną o parametrach technicznych:

- Długości balonu 15, 20, 25, 30 mm
- Kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5/6 F?

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Powyższe informacje stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczy wszystkich Wykonawców biorących udział w w/w postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

Z UPOWAŻNIENIEM DYREKTORA  
Z-ca DYREKTORA  
ds. Finansów i Administracji

*mgr inż. Jadwiga Raziuk*