

# WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

51-124 Wrocław, ul. H. Kamieńskiego 73a  
telefony: centrala 71 32 70 100, fax 71 32 54 101  
[www.wssk.wroc.pl](http://www.wssk.wroc.pl)

Wrocław, dnia 10.03.2016 r.

Szp/FZ- 10/167/2016

## INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73 a zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), jako kierownik Zamawiającego, przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniem do postępowania na „Dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku stosowanych w kardiologii inwazyjnej u dzieci”

### **Pytanie nr 1 - dot. Pakietu nr 11**

1. Czy Zamawiający dopuści kardiowerter-defibrylator DDDR MRI o żywotności 8,3 roku przy następujących parametrach: 50% stymulacji, 2,5 V, 60 ppm, 500  $\Omega$ . Parametr nie różni się znacząco od wymaganego.
2. Czy Zamawiający dopuści kardiowerter-defibrylator DDDR MRI pojemności pamięci dwukanałowego EGM wynoszącej 32 min?
3. Czy Zamawiający dopuści kardiowerter-defibrylator DDDR MRI wyłącznie ze złączem DF4?
4. Czy Zamawiający dopuści kardiowerter-defibrylator DDDR MRI bez możliwości programowania obu faz impulsu defibrylującego?
5. Czy Zamawiający dopuści kardiowerter-defibrylator DDDR MRI z możliwością zapisu danych z kontroli urządzenia na nośniku zewnętrznym?
6. Czy Zamawiający dopuści kardiowerter-defibrylator DDDR MRI z algorytmem detekcji uszkodzenia elektrody HV opartej o pomiar impedancji oraz dodatkowo posiadający zaawansowany algorytm rozpoznawania uszkodzeń obwodu niskonapięciowego, który pozwala na wstrzymanie detekcji arytmii w przypadku wykrycia zakłóceń na elektrodzie prawo-komorowej?

### **Odpowiedź:**

Ad. 1 – 6.

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w pakiecie nr 11 kardiowerterów-defibrylatorów o zaoferowanych parametrach

### **Pytanie nr 2 - dot. Pakietu nr 12**

1. Czy Zamawiający dopuści kardiowerter-defibrylator VVIR MRI pojemności pamięci dwukanałowego EGM wynoszącej 30,25 min?
2. Czy Zamawiający dopuści kardiowerter-defibrylator VVIR MRI wyłącznie ze złączem DF4?
3. Czy Zamawiający dopuści kardiowerter-defibrylator VVIR MRI bez możliwości programowania obu faz impulsu defibrylującego?
4. Czy Zamawiający dopuści kardiowerter-defibrylator VVIR MRI z możliwością zapisu danych z kontroli urządzenia na nośniku zewnętrznym?
5. Czy Zamawiający dopuści kardiowerter-defibrylator DDDR MRI z algorytmem detekcji uszkodzenia elektrody HV opartej o pomiar impedancji oraz dodatkowo posiadający

zaawansowany algorytm rozpoznawania uszkodzeń obwodu niskonapięciowego, który pozwala na wstrzymanie detekcji arytmii w przypadku wykrycia zakłóceń na elektrodzie prawo-komorowej?


**Odpowiedź:**

*Ad. 1 – 5.*

*Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w pakiecie nr 12 kardiowerterów-defibrylatorów o zaoferowanych parametrach.*

Powyższa informacja stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczy wszystkich Wykonawców biorących udział w w/w postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

DYREKTOR SZPITALA

  
prof. dr hab. Wojciech Witkiewicz  
(2)