



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

51-124 Wrocław, ul. H. Kamieńskiego 73a
telefony: centrala 71 32 70 100, fax 71 32 54 101
www.wssk.wroc.pl

Szp/FZ- 61A/180 /2016

Wrocław, dnia 22.03.2016 r.

INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73 a zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), jako kierownik Zamawiającego, przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniem do postępowania na „Dostawę akcesoriów zużywalnych do urządzeń medycznych oraz innych wyrobów medycznych”

Pytanie Nr 1 – dotyczy Pakietu nr 2 poz. 7

W pozycji nr 7 wymagacie Państwo zaferowania „Czujnika natężenia przepływu jednorazowego użytku typu 6871980 lub równoważne”. Producent respiratorów oscylacyjnych Sensormedics 3100A nie oferuje do tych aparatów żadnych czujników przepływu jednorazowych. Prosimy uprzejmie o wyjaśnienie o jaki czujnik przepływu (dla noworodków czy dorosłych) i do jakiego respiratora chodzi. W przypadku jeśli nie jest to respirator produkcji CareFusion (3100A lub Avea)wnosimy o wyłączenie tej pozycji z pakietu nr 2.

Odpowiedź Nr 1

Zamawiający informuje iż wykreśla z Pakietu nr 2 poz. nr 7 i jednocześnie do Pakietu nr 1 dodaje poz. 7. W załączeniu zmodyfikowany Pakiet nr 1 oraz Pakiet nr 2, stanowiące załączniki 1.1 oraz 1.2 – formularz asortymentowo – cenowy do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie Nr 2 – dotyczy Pakietu nr 2

Producent akcesoriów do respiratora Sensormedics 3100A dostarcza niektóre z pozycji opisanych w formularzu asortymentowo cenowym w opakowaniach zbiorczych, i tak:

- poz. 2 w opakowaniach po 12 szt.;
- poz. 3 w opakowaniach po 25 szt.;
- poz. 4 w opakowaniach po 4 szt.;
- poz. 6 w opakowaniach po 4 szt.

Określone przez Zamawiającego ilości w sztukach oznaczają dostawę niekompletnych opakowań zbiorczych. Wnosimy albo o wrażenie zgody na ich rozpakowanie przed dostawą przez Wykonawcę (każda pozycja jest indywidualnie pakowana i znakowana przez producenta) lub dostosowanie wymaganych ilości do wielkości opakowań zbiorczych.

Odpowiedź Nr 2

Zamawiający informuje iż dla pakietu nr 2 poz. 2, 3, 4 i 6 wyraża zgodę na rozpakowanie przez Wykonawcę przed dostawą opakowań zbiorczych. Pozostałe parametry zgodnie ze Specyfikacją Istotnych warunków Zamówienia.

Pytanie Nr 3 – dotyczy projektu umowy §9 pkt 1

Wnosimy o ograniczenie, w §9 pkt 1 maksymalnej wysokości kar umownych do 10% wartości Umowy.

Odpowiedź Nr 3

Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie Nr 4 – dotyczy Pakietu nr 2 poz. 7

Prosimy o wykreślenie poz. 7 z pakietu. Czujnik natężenia przepływu nie jest częścią użytkowaną z respiratorem oscylacyjnym – obecny kształt pakietu uniemożliwia złożenie oferty dostawcy akcesoriów do oscylatora.

Odpowiedź Nr 4

Zamawiający informuje iż wykreśla z Pakietu nr 2 poz. nr 7 i jednocześnie do Pakietu nr 1 dodaje poz. 7. W załączeniu zmodyfikowany Pakiet nr 1 oraz Pakiet nr 2, stanowiące załączniki 1.1 oraz 1.2 – formularz asortymentowo – cenowy do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie Nr 5 – dotyczy Pakietu nr 1 poz. 6

Prosimy o wydzielenie pozycji 6 do osobnego pakietu, co umożliwi wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert.

Odpowiedź Nr 5

Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie Nr 6 – dotyczy Pakietu nr 1

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga, aby ostateczna ilość oferowanego asortymentu była iloczynem podanej w kolumnie 4 oraz w kolumnie 2, tj. np. dla poz. 1 Zamawiający wymaga: $40 \times 10 = 400$ szt. drenów, dla poz. 2 Zamawiający wymaga: 50×5 szt. = 250 szt. filtrów wielorazowych itp.?

Odpowiedź Nr 6

Zamawiający wymaga, aby ostateczna ilość oferowanego asortymentu w zakresie Pakietu nr 1, była iloczynem wartości podanej w kolumnie nr 4 oraz kolumnie nr 2, tj. :

- dla poz. 1 op. 40×10 szt. = 400 szt.
- dla poz. 2 op. 50×5 szt. = 250 szt.
- dla poz. 3 op. 20×12 szt. = 240 szt.
- dla poz. 5 op. 25×10 szt. = 250 szt.

Pozostałe parametry zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmienia termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu na dzień 30.03.2016 r. Miejsce i godziny pozostają bez zmian.

Powyższa informacja stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczy wszystkich Wykonawców biorących udział w w/w postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

Z UPOWAŻNIENIEM DYREKTORA
Z-ca DYREKTORA
ds. Finansów i Administracji

mgr inż. Ludwiga Raziuk

Załącznik nr 1.1
do oferty na dostawę akcesoriów zużywalnych do urządzeń medycznych oraz innych wyrobów medycznych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/FZ-61A/2015

pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Pakiet nr 1 - Akcesoria do aparatów do znieczulenia typu: Julian, Fabius GS i Tiro, Cato, Primus producenta Draeger

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. op. netto	wartość netto	% VAT	cena brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Dreny jednorazowego użytku do kapnografii do aparatów do znieczulenia typu 8290286 lub równoważne op=10szt	op.	40							
2	Filtr wielorazowy ST645 do do aparatów do znieczulenia ogólnego typu 6733895 lub równoważne op=5szt	op.	50							
3	Pułapka wodna jednorazowego użytku do aparatów do znieczulenia ogólnego firmy Draeger typu 6872130 lub równoważne op=12szt.	op.	20							
4	Czujnik tlenu mały do aparatów do znieczulenia ogólnego wielorazowego użytku firmy Draeger typu 6850930 lub równoważne	szt.	3							
5	Pojemnik jednorazowego użytku do ssania Vacum Smart 700ml do aparatów do znieczulenia ogólnego firmy Draeger typu MX23023 lub równoważne op=25szt	op.	10							
6	Czujnik tlenu duży do aparatów do znieczulenia ogólnego wielorazowego użytku firmy Draeger typu 6850645 lub równoważne	szt.	10							
7	Czujnik natężenia przepływu jednorazowego użytku typu 6871980 lub równoważne	szt.	10							

wartość pakietu brutto słownie:

.....
(podpis i pieczęć imienna osoby)
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

do oferty na dostawę akcesoriów zużywalnych do urządzeń medycznych oraz innych wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/FZ-61A/2015

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Pakiet nr 2 - Akcesoria do respiratora oscylacyjnego Sensor Medics 3100A

Lp.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Układ oddychowy jednorazowego użytku kompletny z filtrem typu 11518-850L lub równoważny	szk.	20							
2	Filtr wdechowy jednorazowego użytku HEPA typu 12151 lub równoważne	szk.	80							
3	Filtr wydechowy jednorazowego użytku HEPA typu 12152 równoważne	szk.	160							
4	Zestaw 3 membran jednorazowego użytku typu 766896 lub równoważne	szk.	30							
5	Zestaw kolorowych drenów (niebieski, zielony, czerwony) jednorazowego użytku typu V-S11438 lub równoważne op=1 kpl	op	40							
6	Pokrywa, membrana, pułapka typu 766897 lub równoważne	szk.	30							

wartość pakietu brutto słownie:

.....
(podpis i pieczęćka imienna osoby)
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy