



# WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

51-124 Wrocław, ul. H. Kamińskiego 73a  
telefony: centrala 71 32 70 100, fax 71 32 54 101  
[www.wssk.wroc.pl](http://www.wssk.wroc.pl)

Szp/FZ - 1/ 190 /2016

Wrocław, dnia 30 .03.2016 r.

## INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamińskiego 73 a zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: **„Przebudowa części pomieszczeń budynku „A” na potrzeby Oddziału Chirurgii Ortopedycznej”**

### Pytanie 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie systemowego ramienia infuzyjnego tj. łamany obrotowy wysięgnik wykonany z aluminium o zakresie obrotu 180 o i długości całkowitej 1200mm z drążkiem ze stali nierdzewnej o średnicy 28mm i długości 600mm. Wysięgnik o przekroju eliptycznym o grubości ścian 2mm. System wyposażony w hamulce regulujące pozycję w każdym z przegubów. Instalacja elektryczna prowadzona wewnątrz ramion. Na ramieniu zainstalowany poziomy obrotowy w zakresie 300 o terminal wykonany z aluminium z osłonami bocznymi wykonanymi z aluminium malowanego proszkowo.

Proponowane rozwiązanie nie ogranicza funkcjonalności ramienia infuzyjnego.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie dotyczące wysięgnika.**

*Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.*

Z UPOWIĄZNIENIEM DYREKTORA  
Z-ca DYREKTORA  
ds. Finansów i Administracji

mgr inż. Jadwiga Kaziuk