



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

51-124 Wrocław, ul. H. Kamieńskiego 73a
telefony: centrala 71 32 70 100, fax 71 32 54 101

www.wssk.wroc.pl

Wrocław, dnia 18.04.2016r.

Szp/FZ -57A/240/2015/2016

INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73 a zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r, poz. 2164), jako kierownik Zamawiającego, przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniem do postępowania na „dostawę implantów ortopedycznych stosowanych w chirurgii urazowo – ortopedycznej”.

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 poz. 1 dopuści możliwość zaferowania grotowkrętu Schanza \varnothing 2,5mm, dł. 100 mm, o długości gwintu L=35mm?

Zamawiający w Pakiecie nr 1 poz. 1 dopuszcza możliwość zaferowania grotowkrętu Schanza \varnothing 2,5mm, dł. 100 mm, o długości gwintu L=35mm.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 poz. 2 dopuści możliwość zaferowania grotowkrętu Schanza \varnothing 3,0mm, dł. 150 mm, o długości gwintu L=35mm?

Zamawiający w Pakiecie nr 1 poz. 2 dopuszcza możliwość zaferowania grotowkrętu Schanza \varnothing 3,0mm, dł. 150 mm, o długości gwintu L=35mm.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 poz. 3 dopuści możliwość zaferowania grotowkrętu Schanza \varnothing 3,0mm, dł. 250 mm, o długości gwintu L=35mm?

Zamawiający w Pakiecie nr 1 poz. 3 dopuści możliwość zaferowania grotowkrętu Schanza \varnothing 3,0mm, dł. 250 mm, o długości gwintu L=35mm.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 poz. 4 dopuści możliwość zaferowania grotowkrętu Schanza \varnothing 4,0mm, dł. 250 mm, o długości gwintu L=35mm?

Zamawiający w Pakiecie nr 1 poz. 4 dopuszcza możliwość zaferowania grotowkrętu Schanza \varnothing 4,0mm, dł. 250 mm, o długości gwintu L=35mm.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 poz. 5 dopuści możliwość zaferowania grotowkrętu Schanza \varnothing 4,5 mm, dł. 150 mm, o długości gwintu L=35mm?

Zamawiający w Pakiecie nr 1 poz. 5 dopuszcza możliwość zaferowania grotowkrętu Schanza \varnothing 4,5 mm, dł. 150 mm, o długości gwintu L=35mm.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 poz. 6 dopuści możliwość zaferowania grotowkrętu Schanza \varnothing 4,5 mm, dł. 200 mm, o długości gwintu L=35mm?

Zamawiający w Pakiecie nr 1 poz. 6 dopuszcza możliwość zaferowania grotowkrętu Schanza \varnothing 4,5 mm, dł. 200 mm, o długości gwintu L=35mm.

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 poz. 7 dopuści możliwość zaoferowania grotowkrętu Schanza Ø 5,0 mm, dł. 200 mm, o długości gwintu L=35mm?

Zamawiający w Pakiecie nr 1 poz. 7 dopuszcza możliwość zaoferowania grotowkrętu Schanza Ø 5,0 mm, dł. 200 mm, o długości gwintu L=35mm.

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 poz. 8 dopuści możliwość zaoferowania grotowkrętu Schanza Ø 5,0 mm, dł. 250 mm o długości gwintu L=35mm?

Zamawiający w Pakiecie nr 1 poz. 8 dopuszcza możliwość zaoferowania grotowkrętu Schanza Ø 5,0 mm, dł. 250 mm o długości gwintu L=35mm.

Pytanie nr 9

Czy Zamawiający dopuści zmiany w umowie:

§ 3 ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY

Z:

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy wraz z fakturą najpóźniej w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania od Zamawiającego zamówienia przekazanego faxem.

Na:

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy wraz z fakturą najpóźniej w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania od Zamawiającego zamówienia przekazanego faxem.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIZW i nie dopuszcza wyżej wymienionych zmian we wzorze umowy w § 3.

Pytanie nr 10

Czy Zamawiający dopuści zmiany w umowie:

§ 9 KARY UMOWNE

Z:

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne:

1) za zwłokę w dostarczeniu partii towaru w wysokości 0,5 % wartości umowy brutto dostarczonej ze zwłoką partii towaru za każdy dzień zwłoki,

2) z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy w wysokości 10% wartości umowy brutto niezrealizowanej części umowy.

Na:

1. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy następujące kary umowne:

1) za zwłokę w dostarczeniu partii towaru w wysokości 0,5 % wartości brutto niezrealizowanej w terminie partii towaru za każdy dzień zwłoki,

2) z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy w wysokości 5% wartości umowy brutto niezrealizowanej części umowy.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIZW i nie dopuszcza zaproponowanych zmian we wzorze umowy w § 9.

Pytanie nr 11 Dotyczy formularza asortymentowo - cenowego :

Czy Zamawiający dopuści zmiany w opisie przedmiotu zamówienia w pakiecie 1: **Grotowkręt Schantz'a**:

Z

1. Grotowkręty Schantz'a ze stali chirurgicznej , szczyt samogwintujący gwintowany w 1/2 długości i 1/4 długości , uchwyt trójgraniasty Ø2,5mm, dł - 100mm

2. Grotowkręty Schantz'a ze stali chirurgicznej , szczyt samogwintujący gwintowany w 1/2

- długości i 1/4 długości , uchwyt trójgraniasty Ø3,0mm, dł - 150mm
- 3.Grotowkręty Schantz'a ze stali chirurgicznej , szczyt samogwintujący gwintowany w 1/2 długości i 1/4 długości , uchwyt trójgraniasty Ø3,0mm, dł - 250mm
- 4.Grotowkręty Schantz'a ze stali chirurgicznej , szczyt samogwintujący gwintowany w 1/2 długości i 1/4 długości , uchwyt trójgraniasty Ø4,0mm, dł - 250mm
- 5.Grotowkręty Schantz'a ze stali chirurgicznej , szczyt samogwintujący gwintowany w 1/2 długości i 1/4 długości , uchwyt trójgraniasty Ø4,5mm, dł - 150mm
- 6.Grotowkręty Schantz'a ze stali chirurgicznej , szczyt samogwintujący gwintowany w 1/2 długości i 1/4 długości , uchwyt trójgraniasty Ø4,5mm, dł - 200mm
- 7.Grotowkręty Schantz'a ze stali chirurgicznej , szczyt samogwintujący gwintowany w 1/2 długości i 1/4 długości , uchwyt trójgraniasty Ø5,0mm, dł - 200mm
- 8.Grotowkręty Schantz'a ze stali chirurgicznej , szczyt samogwintujący gwintowany w 1/2 długości i 1/4 długości , uchwyt trójgraniasty Ø5,0mm, dł - 250mm

Na

- 1.Grotowkręty Schantz'a ze stali chirurgicznej , szczyt samogwintujący gwint długości 25 mm i 36 mm , uchwyt kwadrat Ø2,5mm, dł - 100mm
- 2.Grotowkręty Schantz'a ze stali chirurgicznej , szczyt samogwintujący gwint długości 25 mm i 36 mm , uchwyt kwadrat Ø3,0mm, dł - 150mm
3. Grotowkręty Schantz'a ze stali chirurgicznej , szczyt samogwintujący gwint długości 25 mm i 36 mm , uchwyt kwadrat Ø3,0mm, dł - 250mm
- 4.Grotowkręty Schantz'a ze stali chirurgicznej , szczyt samogwintujący gwint długości 25 mm i 36 mm , uchwyt kwadrat Ø4,0mm, dł - 250mm
- 5.Grotowkręty Schantz'a ze stali chirurgicznej , szczyt samogwintujący gwint długości 25 mm i 36 mm , uchwyt kwadrat Ø4,5mm, dł - 150mm
- 6.Grotowkręty Schantz'a ze stali chirurgicznej , szczyt samogwintujący gwint długości 25 mm i 36 mm , uchwyt kwadrat Ø4,5mm, dł - 200mm
- 7.Grotowkręty Schantz'a ze stali chirurgicznej , szczyt samogwintujący gwint długości 25 mm i 36 mm , uchwyt kwadrat Ø5,0mm, dł - 200mm
- 8.Grotowkręty Schantz'a ze stali chirurgicznej , szczyt samogwintujący gwint długości 25 mm i 36 mm , uchwyt kwadrat Ø5,0mm, dł - 250mm

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i nie dopuszcza wyżej zaproponowanych zmian w formularza asortymentowo - cenowym.

Powyższe informacje stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczy wszystkich Wykonawców biorących udział w w/w postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

Z UPOWAŻNIENIEM DYREKTORA
Z-ca DYREKTORA
ds. Finansów i Administracji

mgr inż. Jadwiga Raziuk