

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

51-124 Wrocław, ul. H. Kamieńskiego 73a
telefony: centrala 71 32 70 100, fax 71 32 54 101
www.wssk.wroc.pl

Szp/FZ - 26/ 277 /2016

Wrocław, dnia 10.05.2016 r.

INFORMACJA NR 3 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73 a zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: „*Dostawa odzieży ochronnej i roboczej jednorazowego użytku oraz artykułów higienicznych*”

Pytanie nr 1 – dotyczy Pakietu nr 9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pakiecie nr 9 rękawic diagnostycznych nitylowych bezpudrowych w opakowaniach a'200 sztuk i wyceny w formularzu asortymentowo-cenowym 1250 opakowań a'200 sztuk?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza opakowanie à 200 szt. rękawic diagnostycznych określonych w Pakiecie nr 9 z jednoczesnym przeliczeniem ilości oraz zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian.

Pytanie nr 2 – dotyczy Pakietu 7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie półmasek filtrujących klasy P2 z zaworem, nie stanowiących wyrobu medycznego zgodnie z definicją ustawy o wyrobach medycznych, natomiast zakwalifikowana jako środek ochrony osobistej zgodnie z dyrektywą UE 89/686/EEC, spełniająca wymogi normy ISO 13485 oraz EN 149 FFP2.

Parametry skuteczności filtracji:

Skuteczność filtracji cząstek	Wg. normy ASTM F2299 (0,1µm)	>99,9%
Skuteczność filtracji bakteryjnej	Wg. normy ASTM F2101	>99,9%

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza półmaski o skuteczności filtracji 99,99%. Zamawiający nie dopuszcza półmasek, które nie są wyrobem medycznym.

Pytanie nr 3 – dotyczy Pakietu 8 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie serwety ochronnej na stół operacyjny, przeciwoleżynowej zintegrowanej wielopunktowo na całej powierzchni chłonnej, bez przeszyc, samowygładzający się, zapobiegający przesuwaniu się warstwy zewnętrznej względem wysokochłonnego rdzenia; wykonanej z włókniny polipropylenowej, o chłonności min. 35ml/100cm², w rozmiarze min. 100 x 225cm ±5cm, rdzeniu chłonnym co najmniej 51x205+/-3 cm zakończonym dodatkowymi marginesami z nieprzeziernego laminatu o szerokości nie większej niż 10 +/-3 cm po obu stronach na całej szerokości podkładu, warstwie spodniej pełnobarierowej wykonanej z folii PE. Pragniemy nadmienić, iż oferowany podkład jest stosowany w wielu placówkach medycznych i uzyskuje pozytywne opinie użytkowników.

Udzielona przez Zamawiającego aprobatą niniejszego stanowiska pozwoli większej ilości Wykonawców na złożenie ważnych oraz konkurencyjnych cenowo ofert w postępowaniu przetargowym, co niewątpliwie okaże się korzystniejsze dla uzyskania odpowiednio zbilansowanego ze względu na cenę i jakość zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie nr 4 – dotyczy Pakietu 8 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie serwety ochronnej na stół operacyjny, przeciwoleźynowej zintegrowanej wielopunktowo na całej powierzchni chłonnej, bez przeszyć, samowygładzający się, zapobiegający przesuwaniu się warstwy zewnętrznej względem wysokochłonnego rdzenia; wykonanej z włókniny polipropylenowej, o chłonności min. 35ml/100cm², w rozmiarze min. 102 x 152cm ±5cm, rdzeniu chłonnym co najmniej 51x130+/-3 cm zakończonym dodatkowymi marginesami z nieprzeziernego laminatu o szerokości nie większej niż 10 +/-3 cm po obu stronach na całej szerokości podkładu, warstwie spodniej pełnobarierowej wykonanej z folii PE. Pragniemy nadmienić, iż oferowany podkład jest stosowany w wielu placówkach medycznych i uzyskuje pozytywne opinie użytkowników. Udzielona przez Zamawiającego aprobatą niniejszego stanowiska pozwoli większej ilości Wykonawców na złożenie ważnych oraz konkurencyjnych cenowo ofert w postępowaniu przetargowym, co niewątpliwie okaże się korzystniejsze dla uzyskania odpowiednio zbilansowanego ze względu na cenę i jakość zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem..

Pytanie nr 5 – dotyczy Pakiet 8 poz. 1,2

Z uwagi na fakt, iż kluczową właściwością produktu, jakim jest chłonny podkład pod pacjenta jest odprowadzanie wilgoci tj. uzyskanie suchej powierzchni po wchłonięciu płynów, prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oferowany produkt ma wykazywać tę właściwość i zgodnie z normą ISO 9073-6 (metoda badania włóknin z/w na absorpcję), odprowadzać minimum 45mm wilgoci w czasie 1 minuty.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 6 – dotyczy Pakiet 8 poz. 1,2

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy w celu zapobiegania przesuwaniu się podkładu względem okrywanej powierzchni, Zamawiający oczekuje zaofiarowania podkładu o spodniej warstwie teksturowanej.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 7 – dotyczy Pakiet 8 poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maty na podłogę o wchłaniałości 6l/m², maty nie są elementem przytwierdzanym na stałe do podłogi, powinny leżeć luzem. Rozmiar 85cmx120cm.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie nr 8 – dotyczy Pakiet 9

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rozwiązania alternatywnego w zakresie dozowania i zabezpieczenia produktu w opakowaniu tj. ułożonych w odpowiedni sposób ułatwiający pojedyncze wyjmowanie, nie posklejane, opakowanie pasujące do dozowników ściennych z możliwością wyjmowania rękawic od frontu.

Opakowanie 100 sztuk, nitrylowe, kopolimerowe w kolorze niebieskim. Zapropionowane rozwiązanie ponad łatwość dozowania i zabezpieczenie przed kontaminacją umożliwia zaoszczędzenie o ponad 40% kosztów szpitala w przeciwieństwie do opisanych rękawic.

2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rozwiązania alternatywnego w zakresie dozowania i zabezpieczenia produktu w opakowaniu tj. ułożonych w odpowiedni sposób ułatwiający pojedyncze wyjmowanie, nie posklejane, opakowanie pasujące do dozowników naściennych z możliwością wyjmowania rękawic od frontu. Opakowanie 100 sztuk (90 sztuk dla XL), nitrylowe, polimerowane wewnątrz, w kolorze fioletowym. Zapropionowane rozwiązanie ponad łatwość dozowania i zabezpieczenie przed kontaminacją umożliwia zaoszczędzenie o ponad 40% kosztów szpitala w przeciwieństwie do opisanych rękawic.
3. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rozwiązania alternatywnego w zakresie dozowania i zabezpieczenia produktu w opakowaniu tj. ułożonych w odpowiedni sposób ułatwiający pojedyncze wyjmowanie, nie posklejane, opakowanie pasujące do dozowników naściennych z możliwością wyjmowania rękawic od frontu z otworem dozującym ograniczonym folią zapobiegającą kontaminacji rękawic w opakowaniu ze środowiska i ułatwiająca ich wyjmowanie. Opakowanie 150 sztuk (135 sztuk dla XL), nitrylowe, kopolimerowe w kolorze białym. Zapropionowane rozwiązanie ponad łatwość dozowania i zabezpieczenie przed kontaminacją daje użytkownikowi większe zabezpieczenie ze względu na przedłużony mankiet min. 260 mm bez dodatkowych kosztów.

Odpowiedź:

Ad. 1 Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad. 2 Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad. 3 Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 9 – dotyczy Pakietu 10

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o poziomie AQL – 1,5.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie 10 rękawic o poziomie AQL – 1,5.

Pytanie nr 10 – dotyczy Pakietu 3 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści ubranie operacyjne, bluza wykończona lamówką spełniające pozostałe wymagania Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza bluzę wykończoną lamówką z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian.

Pytanie nr 11 – dotyczy wzoru umowy - § 9 ust. 2

Wnosimy o dokonanie zmian w projekcie umowy oraz zmianę zakwestionowanych zapisów specyfikacji, umożliwiając nam przystąpienie do przetargu, w taki sposób aby zachodziła równość stron i aby ewentualna realizacja umowy w określonych przypadkach nie wyrządziła szkody wykonawcy. Przewidziane w § 9 ust. 2 projektu umowy kary umowne za odstąpienie od umowy, naliczane w wysokości 10% od wartości niezrealizowanej części umowy brutto, uznać należy jako rażąco wygórowane. W związku z powyższym, prosimy

o uwzględnienie w projekcie umowy zmiany zapisu dotyczącego naliczania kar umownych (§ 9 ust. 2). Proponujemy, aby kary naliczane były w wysokości 5 % od niezrealizowanej części umowy brutto.


Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów projektu umowy w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie nr 12 – dotyczy wzoru umowy – §12

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT Zamawiający dopuszcza zmianę stawki podatku VAT oraz wartości brutto umowy, przy stałości cen netto przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź: Zamawiający udzielił odpowiedzi na powyższe zapytanie w Informacji nr 2 dla Wykonawców z dnia 06.05.2016 r. vide: pytanie nr 7 dotyczące zapisów projektu umowy

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

Z UPOWAŻNIENIEM DYSEKTORA
Z-ca Dyrektora
ds. Finansów i Administracji

mgr inż. Jadwiga Raziuk