



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

51-124 Wrocław, ul. H. Kamińskiego 73a
telefony: centrala 71 32 70 100, fax 71 32 54 101
www.wssk.wroc.pl

Szp/FZ- 32/326 /2016

Wrocław, dnia 03.06.2016 r.

INFORMACJA NR 2 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamińskiego 73 a zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), jako kierownik Zamawiającego, przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniem do postępowania na „Dostawę urządzeń medycznych dla Oddziału Kardiologicznego”

Pytanie Nr 1 – dotyczy Zadania nr 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania nowoczesny defibrylator o z natężeniem prądu stymulacji w najczęściej stosowanym zakresie 0-140mA?

Pragniemy zauważyć, że proponowany parametr nieznacznie odbiega od wymogów Zamawiającego.

Odpowiedź Nr 1

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Zadaniu nr 1 defibrylatora z natężeniem prądu stymulacji w zakresie 0-140mA. Pozostałe parametry zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie Nr 2 – dotyczy Zadania nr 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania nowoczesny defibrylator z czasem ładowania do energii zalecanej (200J) wynoszącym 6 sekund?

Pragniemy zauważyć, że proponowany parametr nieznacznie odbiega od wymogów Zamawiającego.

Odpowiedź Nr 2

Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie Nr 3 – dotyczy Zadania nr 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania nowoczesny defibrylator z 23 stopniami dostępności energii zewnętrznej?

Pragniemy zauważyć, że proponowany parametr nieznacznie odbiega od wymogów Zamawiającego.

Odpowiedź Nr 3

Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie Nr 4 – dotyczy Zadania nr 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania nowoczesny defibrylator z najczęściej stosowanym wzmocnieniem sygnału EKG w zakresie 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0 cm/mV?

Odpowiedź Nr 4

Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie Nr 5 – dotyczy Zadania nr 1

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator produkcji niemieckiej o czasie ładowania do energii 200J poniżej 6 sekund?

Odpowiedź Nr 5

Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie Nr 6 – dotyczy Zadania nr 1

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator produkcji niemieckiej z zakresem wyboru energii w trybie manualnym 5-360J?

Odpowiedź Nr 6

Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie Nr 7 – dotyczy Zadania nr 1

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator produkcji niemieckiej z zakresem wyboru energii w trybie AED 140-360J?

Odpowiedź Nr 7

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Zadaniu nr 1 defibrylatora z zakresem wyboru energii w trybie AED minimum 140-360J. Pozostałe parametry zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie Nr 8 – dotyczy Zadania nr 1

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator produkcji niemieckiej bez algorytmu wykrywającego ruch pacjenta? Defibrylator działa zgodnie z wytycznymi Towarzystwa Resuscytacji z 2015 i wysyła impuls defibrylacyjny jeżeli istnieje taka konieczność – zgodnie z naszą wiedzą, pacjentów będących w ruchu nie defibryluje się.

Odpowiedź Nr 8

Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie Nr 9 – dotyczy Zadania nr 1

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator produkcji niemieckiej o 22 stopniach dostępności energii zewnętrznej?

Odpowiedź Nr 9

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Zadaniu nr 1 defibrylatora z zakresem wyboru energii o 22 stopniach dostępności energii zewnętrznej. Pozostałe parametry zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie Nr 10 – dotyczy Zadania nr 1

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator produkcji niemieckiej z zakresem pomiaru tętna 30-300 bpm?

Odpowiedź Nr 10

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Zadaniu nr 1 defibrylatora z zakresem pomiaru tętna minimum 30-300 bpm. Pozostałe parametry zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie Nr 11 – dotyczy Zadania nr 1

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator produkcji niemieckiej z 4 poziomami wzmocnienia sygnału EKG?

Odpowiedź Nr 11

Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie Nr 12 – dotyczy Zadania nr 1

Czy Zamawiający dopuści defibrylator o natężeniu prądu stymulacji w zakresie 0-140 mA?

Odpowiedź Nr 12

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Zadaniu nr 1 defibrylatora o natężeniu prądu stymulacji w zakresie 0-140 mA. Pozostałe parametry zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie Nr 13 – dotyczy Zadania nr 1

Czy Zamawiający dopuści defibrylator o wadze ok 7 kg?

Odpowiedź Nr 13

Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie Nr 14 – dotyczy Zadania nr 1

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator produkcji niemieckiej o 9 stopniach dostępności energii zewnętrznej?

Odpowiedź Nr 14

Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie Nr 15 – dotyczy Zadania nr 1

Czy Zamawiający dopuści defibrylator bez możliwości rozbudowy o moduł EtCO₂?

Odpowiedź Nr 15

Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie Nr 16 – dotyczy Zadania nr 6 i 7

Czy częstotliwość próbkowania do 40000 Hz dotyczy zapisu EKG czy wykrywania pików stymulatora?

Odpowiedź Nr 16

Zamawiający informuje iż w Zadaniu nr 6 i 7 częstotliwość próbkowania do 40000 Hz dotyczy wykrywania pików stymulatora.

Pytanie Nr 17 – dotyczy Zadania nr 6 i 7

Czy Zamawiający dopuści aparat EKG wyposażony w papier składankę?

Odpowiedź Nr 17

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Zadaniu nr 6 i 7 aparat EKG wyposażony w papier składankę. Pozostałe parametry zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie Nr 18 – dotyczy Zadania nr 6 i 7

Czy Zamawiający dopuści aparat EKG z profilem long, z wynikiem bez z wykresu częstości i z histogramu (np. do wykrywania arytmii)?

Odpowiedź Nr 18

Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie Nr 19 – dotyczy Zadania nr 6 i 7

Czy Zamawiający dopuści aparat EKG bez możliwości bezpośredniego wydruku z drukarki laserowej?

Odpowiedź Nr 19

Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie Nr 20 – dotyczy Zadania nr 6 i 7

Czy Zamawiający dopuści aparat EKG bez możliwości rozbudowy o spirometrię (15 lub 49 parametrów spirometrycznych) podłączaną i sterowaną bezpośrednio z aparatu EKG za pomocą ekranu dotykowego i klawiszy funkcyjnych?

Odpowiedź Nr 20

Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie Nr 21 – dotyczy Zadania nr 6 i 7

Czy Zamawiający dopuści aparat EKG z Ilością drukowanych odprowadzeń w trybie automatycznym: 3; 3+1; 3+3; 6; 6+3, 12; 12+1; 12+3?

Odpowiedź Nr 21

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Zadaniu nr 6 i 7 aparat EKG z ilością drukowanych odprowadzeń w trybie automatycznym: 3; 3+1; 3+3; 6; 6+3, 12; 12+1; 12+3. Pozostałe parametry zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Powyższa informacja stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczy wszystkich Wykonawców biorących udział w w/w postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

Z UPOWAŻNIENIA DYREKTORA
Z-ca DYREKTORA
ds. Finansów i Administracji

mgr inż. Jolanta Raziuk