



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

51-124 Wrocław, ul. H. Kamieńskiego 73a
telefony: centrala 71 32 70 100, fax 71 32 54 101
www.wssk.wroc.pl

Szp/FZ- 32/ 321 /2016

Wrocław, dnia 03.06.2016 r.

INFORMACJA NR 3 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73 a zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), jako kierownik Zamawiającego, przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniem do postępowania na „Dostawę urządzeń medycznych dla Oddziału Kardiologicznego”

Pytanie Nr 1 – dotyczy Zadania nr 2

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny defibrylator/monitor z funkcją automatycznego testu po każdym włączeniu urządzenia z możliwością wydruku wyniku - urządzenie posiada wskaźnik gotowości do pracy widoczny nawet przy wyłączonym urządzeniu?

Odpowiedź Nr 1

Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie Nr 2 – dotyczy Zadania nr 2

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny defibrylator/monitor z zakresem IPX4?

Odpowiedź Nr 2

Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie Nr 3 – dotyczy Zadania nr 2

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny defibrylator/monitor wyposażony w łyżki defibrylacyjne wyposażone w przycisk defibrylacji, ładowania, drukowania oraz w wskaźnik poprawnego przyłożenie do ciała pacjenta?

Odpowiedź Nr 3

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Zadaniu nr 2 defibrylatora z łyżkami defibrylacyjnymi wyposażonymi w przycisk defibrylacji, ładowania, drukowania oraz w wskaźnik poprawnego przyłożenie do ciała pacjenta. Pozostałe parametry zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie Nr 4 – dotyczy Zadania nr 2

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny defibrylator/monitor z zakresem pomiaru częstości akcji serca min. od 30 do 300 uderzeń/min?

Odpowiedź Nr 4

Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie Nr 5 – dotyczy Zadania nr 2

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny defibrylator/monitor posiadający pięć poziomów wzmocnienia sygnału EKG w zakresie od 0,25 do 4,0 cm/mV?

Odpowiedź Nr 5

Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie Nr 6 – dotyczy Zadania nr 2

Czy Zamawiający będzie wymagał aby nowoczesny defibrylator/monitor posiadał zakres defibrylacji półautomatycznej (AED) od 150 do 360 J dla osób dorosłych i 40 do 90 J dla dzieci - wartości energii dla 1,

2 i 3 defibrylacji programowane przez użytkownika w obu trybach? Oferowany sposób regulacji defibrylacji pozwala na defibrylację tak dorosłych jak również dzieci.

Odpowiedź Nr 6

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Zadaniu nr 2 defibrylatora z zakresem defibrylacji półautomatycznej (AED) od 150 do 360 J dla osób dorosłych i 40 do 90 J dla dzieci - wartości energii dla 1, 2 i 3 defibrylacji programowanymi przez użytkownika w obu trybach. Pozostałe parametry zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie Nr 7 – dotyczy Zadania nr 2

Czy Zamawiający będzie wymagał aby nowoczesny defibrylator/monitor był wyposażony w wskaźnik poprawności wykonywania częstotliwości ucisku klatki piersiowej bez dodatkowych czujników?

Odpowiedź Nr 7

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Zadaniu nr 2 defibrylatora wyposażonego w wskaźnik poprawności wykonywania częstotliwości ucisku klatki piersiowej bez dodatkowych czujników. Pozostałe parametry zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie Nr 8 – dotyczy Zadania nr 2

Czy Zamawiający będzie wymagał aby nowoczesny defibrylator/monitor w trybie AED był wyposażony w asystenta pomagającego podczas AED wg wytycznych 2015 ERC za pomocą prostych animacji na ekranie defibrylatora i komend w j. polskim? Taki sposób przekazu w sposób jasny i precyzyjny prowadzi osobę ratującą przez cały schemat udzielania pierwszej pomocy. Wprowadza to wysoki standard i niezawodność w akcji ratunkowych eliminując ewentualne błędy i pomagając osobom niezdecydowanym lub nie posiadającym wiedzy z udzielania pierwszej pomocy.

Odpowiedź Nr 8

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Zadaniu nr 2 defibrylatora, gdzie w trybie AED będzie wyposażony w asystenta pomagającego podczas AED wg wytycznych 2015 ERC za pomocą prostych animacji na ekranie defibrylatora i komend w j. polskim. Pozostałe parametry zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie Nr 9 – dotyczy Zadania nr 1

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny defibrylator/monitor o wadze nie przekraczającej 8,9 kg?

Odpowiedź Nr 9

Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie Nr 10 – dotyczy Zadania nr 1

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny defibrylator/monitor wyposażony w metronom, CPR Feedback, wspomaganie wykonywania poprawnie ucisków klatki piersiowej, animacje wyświetlane na ekranie wskazujące działania ratownicze?

Odpowiedź Nr 10

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Zadaniu nr 1 defibrylatora wyposażonego w metronom, CPR Feedback, wspomaganie wykonywania poprawnie ucisków klatki piersiowej, animacje wyświetlane na ekranie wskazujące działania ratownicze. Pozostałe parametry zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie Nr 11 – dotyczy Zadania nr 1

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny defibrylator/monitor posiadający 23 różne poziomy energii defibrylacji?

Ilość poziomów energii zewnętrznej nie ma żadnego wpływu na skuteczność działania defibrylatora a w szczególności na osiągnięcie celu defibrylacji. 20 dostępnych poziomów energii zapewnia możliwość precyzyjnego dostosowania wartości energii w zależności od prowadzonej przez Użytkownika terapii.

Odpowiedź Nr 11

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Zadaniu nr 1 defibrylatora posiadającego 23 różne poziomy energii defibrylacji. Pozostałe parametry zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie Nr 12 – dotyczy Zadania nr 1

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny defibrylator/monitor z funkcją automatycznego testu po każdym włączeniu urządzenia z możliwością wydruku wyniku - urządzenie posiada wskaźnik gotowości do pracy widoczny nawet przy wyłączonym urządzeniu?

Odpowiedź Nr 12

Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie Nr 13 – dotyczy Zadania nr 1

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny defibrylator/monitor z zakresem pomiaru częstości akcji serca min. od 30 do 300 uderzeń/min?

Odpowiedź Nr 13

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Zadaniu nr 1 defibrylatora z zakresem pomiaru częstości akcji serca min. od 30 do 300 uderzeń/min. Pozostałe parametry zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie Nr 14 – dotyczy Zadania nr 1

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny defibrylator/monitor posiadający pięć poziomów wzmocnienia sygnału EKG w zakresie od 0,25 do 4,0 cm/mV?

Odpowiedź Nr 14

Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie Nr 15 – dotyczy Zadania nr 1

Czy Zamawiający będzie wymagał aby nowoczesny defibrylator/monitor wyposażony był w duży, kolorowy ekran o przekątnej minimum 8" z prezentacją minimum 3 krzywych dynamicznych? Pozwoli to na zdecydowanie łatwiejszą pracę przy pacjencie.

Odpowiedź Nr 15

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Zadaniu nr 1 defibrylatora wyposażonego w duży, kolorowy ekran o przekątnej minimum 8" z prezentacją minimum 3 krzywych dynamicznych. Pozostałe parametry zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie Nr 15 – dotyczy Zadania nr 1

Czy Zamawiający będzie wymagał aby nowoczesny defibrylator/monitor posiadał zakres defibrylacji półautomatycznej (AED) od 150 do 360 J dla osób dorosłych i 40 do 90 J dla dzieci - wartości energii dla 1, 2 i 3 defibrylacji programowane przez użytkownika w obu trybach? Oferowany sposób regulacji defibrylacji pozwala na defibrylację tak dorosłych jak również dzieci.

Odpowiedź Nr 15

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Zadaniu nr 1 defibrylatora z zakresem defibrylacji półautomatycznej (AED) od 150 do 360 J dla osób dorosłych i 40 do 90 J dla dzieci - wartości energii dla 1, 2 i 3 defibrylacji programowanymi przez użytkownika w obu trybach. Pozostałe parametry zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie Nr 16 – dotyczy Zadania nr 1

Czy Zamawiający będzie wymagał aby nowoczesny defibrylator/monitor był wyposażony w łyżki twarde ze wskaźnikiem poprawnego kontaktu z ciałem pacjenta?

Odpowiedź Nr 16

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Zadaniu nr 1 defibrylatora wyposażonego w łyżki twarde ze wskaźnikiem poprawnego kontaktu z ciałem pacjenta. Pozostałe parametry zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie Nr 17 – dotyczy Zadania nr 1

Czy Zamawiający będzie wymagał aby nowoczesny defibrylator/monitor posiadał możliwość rozbudowy o moduły: NIBP, SpO2, temp, IBP w siedzibie zamawiającego? Umożliwi to Zamawiającemu w przyszłości rozbudowę defibrylatora o dodatkowe wyposażenie zgodnie z potrzebami.

Odpowiedź Nr 17

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Zadaniu nr 1 defibrylatora posiadającego możliwość rozbudowy o moduły: NIBP, SpO2 w siedzibie zamawiającego. Pozostałe parametry zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie Nr 18 – dotyczy Zadania nr 1

Czy Zamawiający będzie wymagał aby nowoczesny defibrylator/monitor w trybie AED był wyposażony w asystenta pomagającego podczas AED wg wytycznych 2015 ERC za pomocą prostych animacji na ekranie defibrylatora i komend w j. polskim? Taki sposób przekazu w sposób jasny i precyzyjny prowadzi osobę ratującą przez cały schemat udzielania pierwszej pomocy. Wprowadza to wysoki standard i niezawodność w akcji ratunkowych eliminując ewentualne błędy i pomagając osobom niezdecydowanym lub nie posiadającym wiedzy z udzielania pierwszej pomocy.

Odpowiedź Nr 18

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Zadaniu nr 1 defibrylatora, gdzie w trybie AED będzie wyposażony w asystenta pomagającego podczas AED wg wytycznych 2015 ERC za pomocą prostych animacji na ekranie defibrylatora i komend w j. polskim. Pozostałe parametry zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie Nr 19 – dotyczy Zadania nr 1

Czy Zamawiający będzie wymagał aby nowoczesny defibrylator/monitor był wyposażony w wskaźnik poprawności wykonywania częstotliwości ucisku klatki piersiowej bez dodatkowych czujników?

Odpowiedź Nr 19

Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Powyższa informacja stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczy wszystkich Wykonawców biorących udział w w/w postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

Z UPOWAŻNIENIA DYREKTORA
Z-ca DYREKTORA
ds. Finansów i Administracji
mgr inż. Jadwiga Raziuk