



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

51-124 Wrocław, ul. H. Kamińskiego 73a
telefony: centrala 71 32 70 100, fax 71 32 54 101
www.wssk.wroc.pl

Szp/FZ - 35/ 339 /2016

Wrocław, dnia 16.06.2016 r.

INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamińskiego 73 a zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: „*Dostawa urządzeń medycznych różnych*”

Dotyczy: Dostawa aparatu do krioterapii - 1 szt. (zadanie nr 6)

Pytanie nr 1

Czy dopuszczacie Państwo do przetargu aparatu do krioterapii, wyposażony w panel TFT z kolorowym wyświetlaczem LCD 5.7'' nie dotykowym z przyciskami obok ekranu?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie nr 2

Czy dopuszczacie Państwo do przetargu aparatu do krioterapii, wyposażony w zbiornik o objętości 50 l. ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza aparatu do krioterapii, który wyposażony jest w zbiornik o objętości 50 l.

Pytanie nr 3

Czy dopuszczacie Państwo do przetargu aparatu do krioterapii bez czujnika pomiaru temperatury skóry?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza aparatu do krioterapii bez czujnika pomiaru temperatury skóry.

Dotyczy: Dostawa kardiomonitora z wózkiem – 1 szt. (zadanie nr 2)

Pytanie nr 4

– **pkt. 5** – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor o wadze 4,1 kg ? W stosunku do wymagań Zamawiającego różnica jest minimalna (0,1 kg).

– **pkt. 9** – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor z funkcją „holterowską”, m.in. krzywej EKG z ostatnich 240 sek ? Kardiomonitor posiada możliwość m.in. przeglądu krzywej EKG z ostatniej godziny z rozdzielczością 1 sekundową.

– **pkt. 15** – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor z analizą arytmii i wykrywaniem 13 kategorii zaburzeń rytmu?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.

Dotyczy: Dostawa kardiomonitora - 1 szt. (zadanie nr 11)

Pytanie nr 5

– pkt. 7 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor z możliwością monitorowania 12 odprowadzeń EKG przy użyciu 1 przewodu EKG 10 żyłowego? Jest to rozwiązanie tańsze i wygodniejsze dla Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do przetargu kardiomonitor z możliwością monitorowania 12 odprowadzeń EKG przy użyciu 1 przewodu EKG 10 żyłowego.

Pytanie nr 6

– pkt. 58 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor z jednym gniazdem EKG? Gniazdo to posiada możliwość podłączenia różnych przewodów EKG i prowadzenie monitoringu z 3,5 lub 12 odprowadzeń.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do przetargu kardiomonitor z jednym gniazdem EKG.

Pytanie nr 7

– pkt. 60 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor bez osłony suwakowej gniazda NIBP? Gniazdo w kardiomonitorze przygotowanym do pracy jest zabezpieczone wsuniętym kablem NIBP.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do przetargu kardiomonitor bez osłony suwakowej gniazda NIBP.

Dotyczy: Szyna do ćwiczeń biernych kończyny górnej – zad. 9

Pytanie nr 8

Urządzenie wskazane przez Zamawiającego jednoznacznie wskazuje na konkretny model, co wyklucza konkurencję. Czy w związku z tym Zamawiający dopuści n/w urządzenie, o lepszych parametrach?

Zmotoryzowana szyna ruchowa CPM przeznaczona do ciągłej, biernej mobilizacji stawu barkowego w zestawie z fotelem. Aparat umożliwiający wykonywanie ćwiczeń zgodnych z koncepcją PNF (ruchu fizjologicznego).

Wskazania: kontuzje i skręcenia stawów

- operacje rekonstrukcyjne z zespoleniem kości (z możliwością ćwiczeń)
- złamania obojczyka i zwłknięcia stawu barkowo-obojczykowego i barkowego
- wszelkiego rodzaju odtworzenia stawu i wyrostka barkowego, artroлиза
- mobilizacja zeszywniałych stawów barkowych w narkozie
- zabiegi na miękkich częściach pachy, szczególnie mastektomie
- rozerwanie pierścienia rotatorów
- usuwanie zwapnień
- wycięcia błony maziowej

Zalety:

- ruch fizjologiczny: dzięki w pełni zsynchronizowanym silnikom umożliwia ruchy w zakresie:
- odwodzenia i przywodzenia
- rotacji wewnętrznej i zewnętrznej
- zginania i prostowania

- PNF (kombinacji w/w)
- uniwersalność: łatwa przebudowa na lewą lub prawą kończynę górną
- cyfrowy pilot kontrolujący: prosta obsługa przy pomocy programowalnego pilota w języku polskim
- karta chip: zapamiętanie indywidualnych danych terapii pacjenta
- ergonomia: optymalne ukształtowanie fotela, regulowane oparcie, zagłówek, oparcie zdrowego ramienia, stabilizacja karku
- łatwy transport: duże koła umożliwiające proste przemieszczanie urządzenia

Dane techniczne: Zakresy ruchu

- Odwodzenie / przywodzenie 0° - 30° - 175°
- Rotacja wewnętrzna / zewnętrzna 90° - 0° - 90°
- Zginanie / prostowanie 0° - 30° - 175°
- Odwodzenie / przywodzenie w poziomie (regulacja manualna) 0° - 30° - 120°
- Zagłówek - dla optymalnej i komfortowej pozycji siedzącej pacjenta
- Zamocowanie obręczy barkowej - w celu uniknięcia kompensacji ruchu
- Program oscylacji - intensyfikacja ćwiczeń przez powtarzanie końcowego zakresu ruchu
- Stretching - delikatne i stopniowe poszerzanie zakresu ruchu
- Program izolacji - umożliwia separowane, naprzemienne ruchy odwodzenia i rotacji
- Programy rozgrzewki - stopniowe osiąganie ustawionego maksymalnego zakresu

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę parametrów określonych w zapytaniu.

Dotyczy: Dostawa kardiomonitora - 1 szt. (zadanie nr 11)

Pytanie 9

Czy Zamawiający będzie wymagał aby kardiomonitor był dodatkowo wyposażony w obrotowy uchwyt ścienny z koszykiem na akcesoria?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza aby kardiomonitor był dodatkowo wyposażony w obrotowy uchwyt ścienny z koszykiem na akcesoria.

Jednocześnie Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy pzp przekazuje zmianę do zadania nr 14 – inhalator szpitalny – Rozdział III ust. 1 tabeli zadanie 14 jest:

14	Inhalator szpitalny	1 szt.
----	---------------------	--------

POWINNO BYĆ:

14	Inhalator szpitalny	2 szt.
----	---------------------	--------

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

DYREKTOR SZPITALA

Prof. dr hab. Wojciech Witkiewicz

(4)