



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

51-124 Wrocław, ul. H. Kamieńskiego 73a
telefony: centrala 71 32 70 100, fax 71 32 54 101
www.wssk.wroc.pl

Wrocław, dnia 01.07.2016r.

Szp/FZ -31/363/2016

INFORMACJA NR 8 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73 a zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r, poz. 2164 ze zm.), jako kierownik Zamawiającego, przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniem do postępowania na **„dostawę łóżek szpitalnych.”**
Znak sprawy: Szp/FZ-31/2016

Dot. Zadania 1 – Stół zabiegowy – 3 szt.

Pytanie nr 1

Pkt. 2 – Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy elektryczny, w którym wysokość re **Zamawiający dopuszcza do zaoferowania stół zabiegowy elektryczny, w którym wysokość regulowana jest za pomocą pilota ręcznego.**

Pytanie nr 2

Pkt. 4 – Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy bez przechyłu Trendelenburga i anty-Trendelenburga?
Zamawiający dopuszcza do zaoferowania stół zabiegowy bez przechyłu Trendelenburga i anty-Trendelenburga.

Pytanie nr 3

Pkt. 5 – Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy o długości 2000 mm?
Zamawiający dopuszcza do zaoferowania stół zabiegowy o długości 2000 mm.

Pytanie nr 4

Pkt. 6 – Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy o szerokości 690 mm?
Zamawiający dopuszcza do zaoferowania stół zabiegowy o szerokości 690 mm.

Pytanie nr 5

Pkt. 7 – Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy z regulacją wysokości leża w zakresie: od 550 mm do 850 mm?
Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania stół zabiegowy z regulacją wysokości leża w zakresie: od 550 mm do 850 mm.

Pytanie nr 6

Pkt. 10 – Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy z regulacją kąta nachylenia zagłówek w zakresie: od -80 ° do +50 °?
Zamawiający dopuszcza do zaoferowania stół zabiegowy z regulacją kąta nachylenia zagłówek w zakresie: od -80 ° do +50 °.

Powyższe informacje stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczy wszystkich Wykonawców biorących udział w w/w postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

Z UPOWAŻNIENIEM DYREKTORA
Z-ca DYREKTORA
ds. Finansów i Administracji

mgr inż. Jadwiga Raziuk