

# WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

51-124 Wrocław, ul. H. Kamieńskiego 73a  
telefony: centrala 71 32 70 100, fax 71 32 54 101  
[www.wssk.wroc.pl](http://www.wssk.wroc.pl)

Wrocław, dnia 01.07.2016r.

Szp/FZ-31/360/2016


## INFORMACJA NR 5 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73 a zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r, poz. 2164 ze zm.), jako kierownik Zamawiającego, przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniem do postępowania na „**dostawę łóżek szpitalnych.**”  
Znak sprawy: Szp/FZ-31/2016

### **Pytanie nr 1 dot. Zadanie nr 2**

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową metalową o gabarytach zgodnych ze specyfikacją, skrzynka szafki wyposażona w półkę oraz miejsce na 3 butelki 1,5 l, Błat szafki z tworzywa ABS z wystającymi, zaokrąglonymi krawędziami ułatwiającymi utrzymanie przedmiotów, Szuflada dwustronnie wysuwana, wyposażona w uchwyt i w ogranicznik zapobiegający wypadnięciu z szafki. Szafka dwustronnie otwierana z zatrzaskami magnetycznymi, Szafka posiada koła jezdne w tym cztery z blokadą, Półka na obuwie w dolnej części szafki, Wkładka z tworzywa ABS z przegrodą do szuflady. Zdjęcie poniżej.


**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**



### **Pytanie nr 2 dot. Zadanie nr 3**

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową metalową o gabarytach zgodnych ze specyfikacją, skrzynka szafki wyposażona w półkę oraz miejsce na 3 butelki 1,5 l, Błat szafki z tworzywa ABS z wystającymi, zaokrąglonymi krawędziami ułatwiającymi utrzymanie przedmiotów, Szuflada dwustronnie wysuwana, wyposażona w uchwyt i w ogranicznik zapobiegający wypadnięciu z szafki. Szafka dwustronnie otwierana z zatrzaskami magnetycznymi, Szafka posiada koła jezdne w tym cztery z blokadą, Półka na obuwie w dolnej części szafki, Wkładka z tworzywa ABS z przegrodą do szuflady. Zdjęcie poniżej.


**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**



**Pytanie nr 3 dot. Zadanie nr 4**

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłózkową metalową o gabarytach zgodnych ze specyfikacją, skrzynka szafki wyposażona w półkę oraz miejsce na 3 butelki 1,5 l, Błat szafki z tworzywa ABS z wystającymi, zaokrąglonymi krawędziami ułatwiającymi utrzymanie przedmiotów, Szuflada dwustronnie wysuwana, wyposażona w uchwyt i w ogranicznik zapobiegający wypadnięciu z szafki. Szafka dwustronnie otwierana z zatrzaskami magnetycznymi, Szafka posiada koła jezdne w tym cztery z blokadą, Półka na obuwie w dolnej części szafki, Wkładka z tworzywa ABS z przegrodą do szuflady. Zdjęcie poniżej.


***Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***



**Pytanie nr 4 dot. Zadanie nr 5**

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłózkową metalową o gabarytach zgodnych ze specyfikacją, skrzynka szafki wyposażona w półkę oraz miejsce na 3 butelki 1,5 l, Błat szafki z tworzywa ABS z wystającymi, zaokrąglonymi krawędziami ułatwiającymi utrzymanie przedmiotów, Szuflada dwustronnie wysuwana, wyposażona w uchwyt i w ogranicznik zapobiegający wypadnięciu z szafki. Szafka dwustronnie otwierana z zatrzaskami magnetycznymi, Szafka posiada koła jezdne w tym cztery z blokadą, Półka na obuwie w dolnej części szafki, Wkładka z tworzywa ABS z przegrodą do szuflady. Zdjęcie poniżej.


***Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***



**Pytanie nr 5 dot. Zadanie nr 7**

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłózkową metalową o gabarytach zgodnych ze specyfikacją, skrzynka szafki wyposażona w półkę oraz miejsce na 3 butelki 1,5 l, Błat szafki z tworzywa ABS z wystającymi, zaokrąglonymi krawędziami ułatwiającymi utrzymanie przedmiotów, Szuflada dwustronnie wysuwana, wyposażona w uchwyt i w ogranicznik zapobiegający wypadnięciu z szafki. Szafka dwustronnie otwierana z zatrzaskami magnetycznymi, Szafka posiada koła jezdne w tym cztery z blokadą, Półka na obuwie w dolnej części szafki, Wkładka z tworzywa ABS z przegrodą do szuflady. Zdjęcie poniżej.


***Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***



**Pytanie nr 6 dot. Zadanie nr 9**

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłózkową metalową o gabarytach zgodnych ze specyfikacją, skrzynka szafki wyposażona w półkę oraz miejsce na 3 butelki 1,5 l, Błat szafki z tworzywa ABS z wystającymi, zaokrąglonymi krawędziami ułatwiającymi utrzymanie przedmiotów, Szuflada dwustronnie wysuwana, wyposażona w uchwyt i w ogranicznik zapobiegający wypadnięciu z szafki. Szafka dwustronnie otwierana z zatrzaskami magnetycznymi, Szafka posiada koła jezdne w tym cztery z blokadą, Półka na obuwie w dolnej części szafki, Wkładka z tworzywa ABS z przegrodą do szuflady. Zdjęcie poniżej.


***Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***



**Pytanie nr 7 dot. Zadanie nr 10**

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłózkową metalową o gabarytach zgodnych ze specyfikacją, skrzynka szafki wyposażona w półkę oraz miejsce na 3 butelki 1,5 l, Biał szafki z tworzywa ABS z wystającymi, zaokrąglonymi krawędziami ułatwiającymi utrzymanie przedmiotów, Szuflada dwustronnie wysuwana, wyposażona w uchwyt i w ogranicznik zapobiegający wypadnięciu z szafki. Szafka dwustronnie otwierana z zatrzaskami magnetycznymi, Szafka posiada koła jezdne w tym cztery z blokadą, Półka na obuwie w dolnej części szafki, Wkładka z tworzywa ABS z przegrodą do szuflady. Zdjęcie poniżej.

***Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***



**Pytanie nr 8 dot. Zadanie nr 3**

Czy Zamawiający dopuści bariereki boczne metalowe lakierowane składane wzdłuż ramy leża o wysokości min 450mm. Bariereki wyposażone w uchwyt z system blokady umożliwiającym odblokowywanie, składanie i rozkładanie za pomocą jednej ręki. Mechanizm wbudowany w dolną część bariereki. Rozwiązanie to jest bezpieczniejsze ponieważ pacjent nie może sam złożyć poręczy bocznej.

***Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

**Pytanie nr 9 dot. Zadanie nr 4**

Czy Zamawiający dopuści barijerki boczne metalowe lakierowane składane wzdłuż ramy leża o wysokości min 450mm. Barijerki wyposażone w uchwyt z system blokady umożliwiającym odblokowywanie, składanie i rozkładanie za pomocą jednej ręki. Mechanizm wbudowany w dolną część barijerki. Rozwiązanie to jest bezpieczniejsze ponieważ pacjent nie może sam złożyć poręczy bocznej.

***Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

**Pytanie nr 10 dot. Zadanie nr 5**

Czy Zamawiający dopuści barijerki boczne metalowe lakierowane składane wzdłuż ramy leża o wysokości min 450mm. Barijerki wyposażone w uchwyt z system blokady umożliwiającym odblokowywanie, składanie i rozkładanie za pomocą jednej ręki. Mechanizm wbudowany w dolną część barijerki. Rozwiązanie to jest bezpieczniejsze ponieważ pacjent nie może sam złożyć poręczy bocznej.

***Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

**Pytanie nr 11 dot. Zadanie nr 7**

Czy Zamawiający dopuści barijerki boczne metalowe lakierowane składane wzdłuż ramy leża o wysokości min 450mm. Barijerki wyposażone w uchwyt z system blokady umożliwiającym odblokowywanie, składanie i rozkładanie za pomocą jednej ręki. Mechanizm wbudowany w dolną część barijerki. Rozwiązanie to jest bezpieczniejsze ponieważ pacjent nie może sam złożyć poręczy bocznej.

***Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

**Pytanie nr 12 dot. Zadanie nr 8**

Czy Zamawiający dopuści barijerki boczne metalowe lakierowane składane wzdłuż ramy leża o wysokości min 450mm. Barijerki wyposażone w uchwyt z system blokady umożliwiającym odblokowywanie, składanie i rozkładanie za pomocą jednej ręki. Mechanizm wbudowany w dolną część barijerki. Rozwiązanie to jest bezpieczniejsze ponieważ pacjent nie może sam złożyć poręczy bocznej.

***Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

**Pytanie nr 13 dot. Zadanie nr 9**

Czy Zamawiający dopuści barijerki boczne metalowe lakierowane składane wzdłuż ramy leża o wysokości min 450mm. Barijerki wyposażone w uchwyt z system blokady umożliwiającym odblokowywanie, składanie i rozkładanie za pomocą jednej ręki. Mechanizm wbudowany w dolną część barijerki. Rozwiązanie to jest bezpieczniejsze ponieważ pacjent nie może sam złożyć poręczy bocznej.

***Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

**Pytanie nr 14 dot. Zadanie nr 6**

Czy Zamawiający dopuści ramę ortopedyczną wykonaną ze stali nierdzewnej co jest parametrem równoważnym do oczekiwanego?

***Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

**Pytanie nr 15 dot. Zadanie nr 10**

Czy Zamawiający dopuści ramę ortopedyczną wykonaną ze stali nierdzewnej co jest parametrem równoważnym do oczekiwanego?

***Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

**Pytanie nr 16 dot. Zadanie nr 2**

Czy Zamawiający dopuści leże wykonane z bardzo wysokiej jakości metalowych lameli ?

***Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

**Pytanie nr 17 dot. Zadanie nr 6**

Czy Zamawiający dopuści leże wykonane z bardzo wysokiej jakości metalowych lameli ?

***Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

**Pytanie nr 18 dot. Zadanie nr 10**

Czy Zamawiający dopuści leże wykonane z bardzo wysokiej jakości metalowych lameli ?  
**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Powyższe informacje stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczy wszystkich Wykonawców biorących udział w w/w postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

Z UPOWAŻNIENIA DYREKTORA  
Z-ca DYREKTORA  
ds. Finansów i Administracji

*mgr inż. Jadwiga Raziuk*