



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

51-124 Wrocław, ul. H. Kamińskiego 73a
telefony: centrala 71 32 70 100, fax 71 32 54 101
www.wssk.wroc.pl

Wrocław, dnia 01.06.2016r.

Szp/FZ -31/358/2016

INFORMACJA NR 3 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamińskiego 73 a zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r, poz. 2164 ze zm.), jako kierownik Zamawiającego, przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniem do postępowania na „**dostawę łóżek szpitalnych.**”

Znak sprawy: Szp/FZ-31/2016

Pytania do zadań nr 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający wymaga łóżek wyposażonych w szczyty wykonane z tworzywa ABS z użyciem nanotechnologii srebra powodującej hamowanie namnażania się bakterii i wirusów potwierdzone certyfikatem niezależnego laboratorium, w którym to tworzywie dodatek antybakteryjny jest integralną zawartością składu tworzywa i zapewnia powolne uwalnianie jonów srebra?

Zamawiający dopuszcza szczyty łóżek wykonane z tworzywa ABS z użyciem nanotechnologii srebra z zachowaniem wszystkich wymagań zawartych w zestawieniu wymaganych parametrów techniczno – użytkowych.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający wymaga, aby szczyty łóżek posiadały uchwyty do prowadzenia łóżka wykonane z miedzi o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych potwierdzonych Certyfikatem CU+ wydanym przez uprawniony podmiot na rzecz Wykonawcy? Miedź, dzięki swoim właściwościom, nie tylko hamuje wzrost drobnoustrojów, ale także je likwiduje, co potwierdzone jest licznymi badaniami klinicznymi przeprowadzonymi m.in. w Wielkiej Brytanii, Japonii, USA.

Zamawiający dopuszcza aby szczyty łóżek posiadały uchwyty do prowadzenia łóżka wykonane z miedzi o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych z zachowaniem wszystkich wymagań zawartych w zestawieniu wymaganych parametrów techniczno – użytkowych.

Powyższe informacje stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczy wszystkich Wykonawców biorących udział w w/w postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

Z UPOWAŻNIENIEM DYREKTORA
Z-ca DYREKTORA
ds. Finansów i Administracji

mgr inż. Jerzy Raziuk