



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

51-124 Wrocław, ul. H. Kamińskiego 73a
telefony: centrala 71 32 70 100, fax 71 32 54 101
www.wssk.wroc.pl

Wrocław, dnia 01.07.2016r .

Szp/FZ –31/357/2016

INFORMACJA NR 2 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamińskiego 73 a zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r, poz. 2164 ze zm.), jako kierownik Zamawiającego, przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniem do postępowania na „**dostawę łóżek szpitalnych.**”
Znak sprawy: Szp/FZ-31/2016

Zadanie nr 1 – stół zabiegowy – 3 szt.

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści stół zabiegowy z regulacją oparcia pleców bezstopniowo za pomocą mechanizmu dociskowego?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści stół zabiegowy o długości 1950 mm, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści stół zabiegowy z regulacją wysokości leża w zakresie 760-1060 mm?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający dopuści stół zabiegowy z regulacją Trendelenburga w zakresie 0-15°?

Zamawiający dopuszcza stół zabiegowy z regulacją Trendelenburga w zakresie 0-15°.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający dopuści stół zabiegowy z oparciem pleców regulowanym w zakresie 0-75°?

Zamawiający dopuszcza stół zabiegowy z oparciem pleców regulowanym w zakresie 0-75°.

Zadanie nr 2 – łóżko szpitalne wielofunkcyjne sterowane elektrycznie z wyposażeniem – 22 szt.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne (22 szt.) ze szczytami bez blokady na czas transportu? Proponowane rozwiązanie jest bezpieczne i nie wymaga dodatkowych zabezpieczeń, blokad.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne (22 szt.), którego konstrukcja oparta jest na pantografie, co zapewnia większą stabilność?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne (22 szt.) z barierkami bocznymi dzielonymi, aluminiowymi z

elementami tworzywowymi, nie poruszającymi się wraz z segmentami leża, będące zabezpieczeniem na całej długości leża, spełniającymi normę bezpieczeństwa EN 60601-2-52?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 9

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne (22 szt.) składane poniżej poziomu materaca, nie powodują powstania przerwy transferowej przy przekładaniu lub opuszczeniu łóżka przez chorego?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 10

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne (22 szt.) z barierkami bocznymi zapewniającymi bezpieczeństwo pacjenta na wysokości 41,5 cm?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 11

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne (22 szt.) w którym regulacja funkcjami elektrycznymi odbywa się za pośrednictwem panelu centralnego oraz pilota przewodowego?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 12

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne (22 szt.) o szerokości całkowitej 990 mm, co różni się od parametru oczekiwanego tylko o 3 cm?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 13

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne (22 szt.) z regulacją kąta odchylenia oparcia uda w zakresie 0-43°, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

Zamawiający dopuszcza łóżko szpitalne (22 szt.) z regulacją kąta odchylenia oparcia uda w zakresie 0-43°.

Pytanie nr 14

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne (22 szt.) bez wskaźnika stanu naładowania oraz wskaźnika informującego o konieczności wymiany baterii?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 15

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne (22 szt.) tylko z autoregresją w części lędźwiowej w zakresie min 9 cm? Funkcja autoregresji nie ma nic wspólnego z odleżynami. Przy odleżynach wyższego stopnia w okolicach kości ogonowej nie powinno stosować się pozycji łamanych wysokich leża. Pacjenci z odleżynami powinni leżeć na leżu prostym i właściwym materacu przeciwoodleżynowym zmiennociśnieniowym. Autoregresja służy tylko i wyłącznie do bezpiecznego załamania się i nie zakleszczania materaca piankowego podkładowego oraz większego komfortu siedzenia. Dzięki autoregresji przedłużamy czas użytkowania materaca, który nie posiada ryflowań (nacięć) we właściwych miejscach załamań leża.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 16

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne (22 szt.) bez sterowań nożnych?

Zamawiający dopuszcza łóżko szpitalne (22 szt.) bez sterowań nożnych.

Pytanie nr 17

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne (22 szt.) szpitalne sterowane elektrycznie z wyposażeniem, którego opcje odłączane są natychmiast ze względu na zastosowanie funkcji sterowania przyciskiem ze świadomym użyciem. Nie ma potrzeby stosowania funkcji STOP oraz odłączenia po 180 sekundach nieużytkowania regulacji.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 18

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne (22 szt.) o bezpiecznym obciążeniu 250 kg?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 19

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko (22 szt.) z wyposażeniem, którego opcje odłączane są natychmiast ze względu na zastosowanie funkcji sterowania przyciskiem ze świadomym użyciem.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 20

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko (22 szt.) z przyciskiem dostępności funkcji tylko na panelu centralnym? Funkcje na pilocie przewodowym mogą zostać zablokowane za pośrednictwem panelu centralnego.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 21

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o konstrukcji wykonanej z ocynkowanej blachy, z metalowymi drzwiczkami oraz czołami szuflad?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 22

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o szerokości 400 mm (szerokość wraz ze złożonym blatem bocznym 620 mm), głębokość 430 mm, wysokość 810 mm?

Zamawiający dopuszcza szafkę przyłóżkową o szerokości 400 mm (szerokość wraz ze złożonym blatem bocznym 620 mm), głębokość 430 mm, wysokość 810 mm.

Pytanie nr 23

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatami wykonanymi z płyty tworzywowej typu hpl?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 24

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatami wykonanymi z płyty meblowej?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 25

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z uchwytami do otwierania nieznacznie wystającymi poza obrys szafki?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 26

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z uchwytami na ręczniki umieszczonymi na tylnej ścianie szafki?

Zamawiający dopuszcza szafkę przyłóżkową z uchwytami na ręczniki umieszczonymi na tylnej ścianie szafki.

Pytanie nr 27

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z uchwytami na ręczniki nie składanymi do korpusu szafki?

Zamawiający dopuszcza szafkę przyłóżkową z uchwytami na ręczniki nie składanymi do korpusu szafki.

Pytanie nr 28

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z dodatkowym blatem bocznym składanym do boku szafki?

Zamawiający dopuszcza szafkę przyłóżkową z dodatkowym blatem bocznym składanym do boku szafki.

Zadanie nr 3 – łóżko szpitalne wielofunkcyjne sterowane elektrycznie z wyposażeniem – 16 szt.

Pytanie nr 29

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne (16 szt.) ze szczytami bez blokady na czas transportu? Proponowane rozwiązanie jest bezpieczne i nie wymaga dodatkowych zabezpieczeń, blokad.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 30

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne (16 szt.), z możliwością wydłużenia leża o 28 cm? Skracanie leża jest parametrem zbędnym.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 31

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne (16 szt.) wyposażone w pilot przewodowy bez latarki?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 32

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne (16 szt.) wyposażone w pilot przewodowy bez podświetlanych przycisków?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 33

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne (16 szt.) z regulacją wysokości leża w zakresie 38-81 cm, co jest parametrem lepszym od oczekiwanego?

Zamawiający dopuszcza łóżko szpitalne (16 szt.) z regulacją wysokości leża w zakresie 38-81 cm.

Pytanie nr 34

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne (16 szt.) bez funkcji ergoframe, co spełnia tożsame funkcje co autoregresja?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 35

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne (16 szt.) z Trendelenburgiem 16° i anty-Trendelenburgiem 16°?

Zamawiający dopuszcza łóżko szpitalne (16 szt.) z Trendelenburgiem 16° i anty-Trendelenburgiem 16°.

Pytanie nr 36

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne (16 szt.) o szerokości całkowitej 990 mm, co różni się od parametru oczekiwanego tylko o 1 cm?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 37

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne (16 szt.) z regulacją kąta odchylenia oparcia uda w zakresie 0-43°, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

Zamawiający dopuszcza łóżko szpitalne (16 szt.) z regulacją kąta odchylenia oparcia uda w zakresie 0-43°.

Pytanie nr 38

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne (16 szt.) bez wskaźnika stanu naładowania oraz wskaźnika informującego o konieczności wymiany baterii?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 39

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne (16 szt.) tylko z autoregresją w części lędźwiowej w zakresie min 9 cm? Funkcja autoregresji nie ma nic wspólnego z odleżynami. Przy odleżynach wyższego stopnia w okolicach kości ogonowej nie powinno stosować się pozycji łamanych wysokich

leża. Pacjenci z odleżynami powinni leżeć na leżu prostym i właściwym materacu przeciwoleżynowym zmiennociśnieniowym. Autoregresja służy tylko i wyłącznie do bezpiecznego załamywania się i nie zakleszczania materaca piankowego podkładowego oraz większego komfortu siedzenia. Dzięki autoregresji przedłużamy czas użytkowania materaca, który nie posiada ryflowań (nacięć) we właściwych miejscach załamań leża.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 40

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne (16 szt.) ze wskaźnikiem wizualnym blokady funkcji elektrycznych tylko na panelu centralnym?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 41

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne (16 szt.) szpitalne sterowane elektrycznie z wyposażeniem, którego opcje odłączane są natychmiast ze względu na zastosowanie funkcji sterowania przyciskiem ze świadomym użyciem. Nie ma potrzeby stosowania funkcji STOP oraz odłączenia po 180 sekundach nieużytkowania regulacji.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 42

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko (16 szt.) z wyposażeniem, którego opcje odłączane są natychmiast ze względu na zastosowanie funkcji sterowania przyciskiem ze świadomym użyciem.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 43

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko (16 szt.) z przyciskiem dostępności funkcji tylko na panelu centralnym? Funkcje na pilocie przewodowym mogą zostać zablokowane za pośrednictwem panelu centralnego.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 44

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko (16 szt.) z barierkami bocznymi zabezpieczającymi pacjenta do wysokości 39 cm (mechanizm składania/rozkładania barierki znajdujący się w jej dolnej części)?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 45

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko (16 szt.) bez blatu nakładanego na barierki boczne?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 46

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o konstrukcji wykonanej z ocynkowanej blachy, z metalowymi drzwiczkami oraz czołami szuflad?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 47

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o szerokości 400 mm (szerokość wraz ze złożonym blatem bocznym 620 mm), głębokość 430 mm, wysokość 810 mm?

Zamawiający dopuszcza szafkę przyłóżkową o szerokości 400 mm (szerokość wraz ze złożonym blatem bocznym 620 mm), głębokość 430 mm, wysokość 810 mm.

Pytanie nr 48

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatami wykonanymi z płyty tworzywowej typu hpl?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 49

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatami wykonanymi z płyty meblowej?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 50

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłózkową z uchwytami do otwierania nieznacznie wystającymi poza obrys szafki?

Zamawiający dopuszcza szafkę przyłózkową z uchwytami do otwierania nieznacznie wystającymi poza obrys szafki.

Pytanie nr 51

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłózkową z uchwytami na ręczniki umieszczonymi na tylnej ścianie szafki?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 52

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłózkową z uchwytami na ręczniki nie składanymi do korpusu szafki?

Zamawiający dopuszcza szafkę przyłózkową z uchwytami na ręczniki nie składanymi do korpusu szafki.

Pytanie nr 53

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłózkową z dodatkowym blatem bocznym składanym do boku szafki?

Zamawiający dopuszcza szafkę przyłózkową z dodatkowym blatem bocznym składanym do boku szafki.

Zadanie nr 4 – łóżko szpitalne wielofunkcyjne sterowane elektrycznie z wyposażeniem – 5 szt.

Pytanie nr 54

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne (5 szt.) ze szczytami bez blokady na czas transportu? Proponowane rozwiązanie jest bezpieczne i nie wymaga dodatkowych zabezpieczeń, blokad.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 55

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne (5 szt.), z możliwością wydłużenia leża o 28 cm? Skracanie leża jest parametrem zbędnym.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 56

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne (5 szt.) wyposażone w pilot przewodowy bez latarki?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 57

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne (5 szt.) wyposażone w pilot przewodowy bez podświetlanych przycisków?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 58

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne (5 szt.) z regulacją wysokości leża w zakresie 38-81 cm, co jest parametrem lepszym od oczekiwanego?

Zamawiający dopuszcza łóżko szpitalne (5 szt.) z regulacją wysokości leża w zakresie 38-81 cm.

Pytanie nr 59

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne (5 szt.) bez funkcji ergoframe, co spełnia tożsame funkcje co autoregresja?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 60

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne (5 szt.) z Trendelenburgiem 16° i anti-Trendelenburgiem 16°?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 61

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne (5 szt.) o szerokości całkowitej 990 mm, co różni się od parametru oczekiwanego tylko o 1 cm?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 62

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne (5 szt.) z regulacją kąta odchylenia oparcia uda w zakresie 0-43°, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

Zamawiający dopuści łóżko szpitalne (5 szt.) z regulacją kąta odchylenia oparcia uda w zakresie 0-43°.

Pytanie nr 63

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne (5 szt.) bez wskaźnika stanu naładowania oraz wskaźnika informującego o konieczności wymiany baterii?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 64

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne (5 szt.) tylko z autoregresją w części lędźwiowej w zakresie min 9 cm? Funkcja autoregresji nie ma nic wspólnego z odleżynami. Przy odleżynach wyższego stopnia w okolicach kości ogonowej nie powinno stosować się pozycji łamanych wysokich leża. Pacjenci z odleżynami powinni leżeć na leżu prostym i właściwym materacu przeciwoleżynowym zmiennościeniowym. Autoregresja służy tylko i wyłącznie do bezpiecznego załamywania się i nie zakleszczania materaca piankowego podkładowego oraz większego komfortu siedzenia. Dzięki autoregresji przedłużamy czas użytkowania materaca, który nie posiada ryflowań (nacięć) we właściwych miejscach załamań leża.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 65

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne (5 szt.) ze wskaźnikiem wizualnym blokady funkcji elektrycznych tylko na panelu centralnym?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 66

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne (5 szt.) szpitalne sterowane elektrycznie z wyposażeniem, którego opcje odłączane są natychmiast ze względu na zastosowanie funkcji sterowania przyciskiem ze świadomym użyciem. Nie ma potrzeby stosowania funkcji STOP oraz odłączenia po 180 sekundach nieużytkowania regulacji.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 67

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko (5 szt.) z wyposażeniem, którego opcje odłączane są natychmiast ze względu na zastosowanie funkcji sterowania przyciskiem ze świadomym użyciem.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 68

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko (5 szt.) z przyciskiem dostępności funkcji tylko na panelu centralnym? Funkcje na pilocie przewodowym mogą zostać zablokowane za pośrednictwem panelu centralnego.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 69

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko (5 szt.) z barierkami bocznymi zabezpieczającymi pacjenta do wysokości 39 cm (mechanizm składania/rozkładania barierki znajdującej się w jej dolnej części)?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 70

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o konstrukcji wykonanej z ocynkowanej blachy, z metalowymi drzwiczkami oraz czołami szuflad?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 71

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o szerokości 400 mm (szerokość wraz ze złożonym blatem bocznym 620 mm), głębokość 430 mm, wysokość 810 mm?

Zamawiający dopuszcza szafkę przyłóżkową o szerokości 400 mm (szerokość wraz ze złożonym blatem bocznym 620 mm), głębokość 430 mm, wysokość 810 mm.

Pytanie nr 72

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatami wykonanymi z płyty tworzywowej typu hpl?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 73

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatami wykonanymi z płyty meblowej?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 74

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z uchwytem do otwierania nieznacznie wystającym poza obrys szafki?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 75

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z uchwytem na ręczniki umieszczonymi na tylnej ścianie szafki?

Zamawiający dopuszcza szafkę przyłóżkową z uchwytem na ręczniki umieszczonymi na tylnej ścianie szafki.

Pytanie nr 76

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z uchwytem na ręczniki nie składanymi do korpusu szafki?

Zamawiający dopuszcza szafkę przyłóżkową z uchwytem na ręczniki nie składanymi do korpusu szafki.

Pytanie nr 77

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z dodatkowym blatem bocznym składanym do boku szafki?

Zamawiający dopuszcza szafkę przyłóżkową z dodatkowym blatem bocznym składanym do boku szafki.

Zadanie nr 5 – łóżko szpitalne wielofunkcyjne sterowane elektrycznie z wyposażeniem – 10 szt.

Pytanie nr 78

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne (10 szt.) ze szczytami bez blokady na czas transportu? Proponowane rozwiązanie jest bezpieczne i nie wymaga dodatkowych zabezpieczeń, blokad.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 79

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne (10 szt.), z możliwością wydłużenia leża o 28 cm? Skracanie leża jest parametrem zbędnym.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 80

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne (10 szt.) wyposażone w pilot przewodowy bez latarki?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 81

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne (10 szt.) wyposażone w pilot przewodowy bez podświetlanych przycisków?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 82

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne (10 szt.) z regulacją wysokości leża w zakresie 38-81 cm, co jest parametrem lepszym od oczekiwanego?

Zamawiający dopuści łóżko szpitalne (10 szt.) z regulacją wysokości leża w zakresie 38-81 cm.

Pytanie nr 83

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne (10 szt.) bez funkcji ergoframe, co spełnia tożsame funkcje co autoregresja?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 84

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne (10 szt.) z Trendelenburgiem 16° i anti-Trendelenburgiem 16°?

Zamawiający dopuszcza łóżko szpitalne (10 szt.) z Trendelenburgiem 16° i anti-Trendelenburgiem 16°.

Pytanie nr 85

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne (10 szt.) o szerokości całkowitej 990 mm, co różni się od parametru oczekiwanego tylko o 1 cm?

Zamawiający dopuszcza łóżko szpitalne (10 szt.) o szerokości całkowitej 990 mm.

Pytanie nr 86

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne (10 szt.) z regulacją kąta odchylenia oparcia uda w zakresie 0-43°, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

Zamawiający dopuszcza łóżko szpitalne (10 szt.) z regulacją kąta odchylenia oparcia uda w zakresie 0-43°.

Pytanie nr 87

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne (10 szt.) bez wskaźnika stanu naładowania oraz wskaźnika informującego o konieczności wymiany baterii?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 88

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne (10 szt.) tylko z autoregresją w części lędźwiowej w zakresie min 9 cm? Funkcja autoregresji nie ma nic wspólnego z odleżynami. Przy odleżynach wyższego stopnia w okolicach kości ogonowej nie powinno stosować się pozycji łamanych wysokich leża. Pacjenci z odleżynami powinni leżeć na leżu prostym i właściwym materacu przeciwoodleżynowym zmiennociśnieniowym. Autoregresja służy tylko i wyłącznie do bezpiecznego załamywania się i nie zakleszczania materaca piankowego podkładowego oraz większego komfortu siedzenia. Dzięki autoregresji przedłużamy czas użytkowania materaca, który nie posiada ryflowań (nacięć) we właściwych miejscach załamań leża.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 89

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne (10 szt.) ze wskaźnikiem wizualnym blokady funkcji elektrycznych tylko na panelu centralnym?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 90

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne (10 szt.) szpitalne sterowane elektrycznie z wyposażeniem, którego opcje odłączane są natychmiast ze względu na zastosowanie funkcji sterowania przyciskiem ze świadomym użyciem. Nie ma potrzeby stosowania funkcji STOP oraz odłączenia po 180 sekundach nieużytkowania regulacji.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 91

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko (10 szt.) z wyposażeniem, którego opcje odłączane są natychmiast ze względu na zastosowanie funkcji sterowania przyciskiem ze świadomym użyciem.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 92

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko (10 szt.) z przyciskiem dostępności funkcji tylko na panelu centralnym? Funkcje na pilocie przewodowym mogą zostać zablokowane za pośrednictwem panelu centralnego.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 93

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko (10 szt.) z barierkami bocznymi zabezpieczającymi pacjenta do wysokości 39 cm (mechanizm składania/rozkładania barierki znajdujący się w jej dolnej części)?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 94

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o konstrukcji wykonanej z ocynkowanej blachy, z metalowymi drzwiczkami oraz czołami szuflad?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 95

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o szerokości 400 mm (szerokość wraz ze złożonym blatem bocznym 620 mm), głębokość 430 mm, wysokość 810 mm?

Zamawiający dopuszcza szafkę przyłóżkową o szerokości 400 mm (szerokość wraz ze złożonym blatem bocznym 620 mm), głębokość 430 mm, wysokość 810 mm.

Pytanie nr 96

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatami wykonanymi z płyty tworzywowej typu hpl?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 97

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatami wykonanymi z płyty meblowej?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 98

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z uchwytem do otwierania nieznacznie wystającym poza obrys szafki?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 99

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z uchwytem na ręczniki umieszczonymi na tylnej ścianie szafki?

Zamawiający dopuszcza szafkę przyłóżkową z uchwytem na ręczniki umieszczonymi na tylnej ścianie szafki.

Pytanie nr 100

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z uchwytem na ręczniki nie składanymi do korpusu szafki?

Zamawiający dopuszcza szafkę przyłóżkową z uchwytami na ręczniki nie składanymi do korpusu szafki.

Pytanie nr 101

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z dodatkowym blatem bocznym składanym do boku szafki?

Zamawiający dopuszcza szafkę przyłóżkową z dodatkowym blatem bocznym składanym do boku szafki.

Zadanie nr 6 – łóżko szpitalne wielofunkcyjne z ramą ortopedyczną sterowane elektrycznie z wyposażeniem – 4 szt.

Pytanie nr 102

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne (4 szt.) ze szczytami bez blokady na czas transportu? Proponowane rozwiązanie jest bezpieczne i nie wymaga dodatkowych zabezpieczeń, blokad.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 103

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne (4 szt.), którego konstrukcja oparta jest na pantografie, co zapewnia większą stabilność?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 104

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne (4 szt.) z barierkami bocznymi dzielonymi, aluminiowymi z elementami tworzywowymi, nie poruszającymi się wraz z segmentami leża, będące zabezpieczeniem na całej długości leża, spełniającymi normę bezpieczeństwa EN 60601-2-52?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 105

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne (4 szt.) składane poniżej poziomu materaca, nie powodują powstania przerwy transferowej przy przekładaniu lub opuszczeniu łóżka przez chorego?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 106

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne (4 szt.) z barierkami bocznymi zapewniającymi bezpieczeństwo pacjenta na wysokości 41,5 cm?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 107

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne (4 szt.) w którym regulacja funkcjami elektrycznymi odbywa się za pośrednictwem panelu centralnego oraz pilota przewodowego?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 108

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne (4 szt.) o szerokości całkowitej 990 mm, co różni się od parametru oczekiwanego tylko o 3 cm?

Zamawiający dopuszcza łóżko szpitalne (4 szt.) o szerokości całkowitej 990 mm.

Pytanie nr 109

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne (4 szt.) z regulacją kąta odchylenia oparcia uda w zakresie 0-43°, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

Zamawiający dopuszcza łóżko szpitalne (4 szt.) z regulacją kąta odchylenia oparcia uda w zakresie 0-43°.

Pytanie nr 110

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne (4 szt.) bez wskaźnika stanu naładowania oraz wskaźnika informującego o konieczności wymiany baterii?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 111

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne (4 szt.) tylko z autoregresją w części lędźwiowej w zakresie min 9 cm? Funkcja autoregresji nie ma nic wspólnego z odleżynami. Przy odleżynach wyższego stopnia w okolicach kości ogonowej nie powinno stosować się pozycji łamanych wysokich leża. Pacjenci z odleżynami powinni leżeć na leżu prostym i właściwym materacu przeciwoleżynowym zmiennościśnieniowym. Autoregresja służy tylko i wyłącznie do bezpiecznego załamywania się i nie zakleszczania materaca piankowego podkładowego oraz większego komfortu siedzenia. Dzięki autoregresji przedłużamy czas użytkowania materaca, który nie posiada ryflowań (nacięć) we właściwych miejscach załamań leża.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 112

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne (4 szt.) bez sterowań nożnych?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 113

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne (4 szt.) szpitalne sterowane elektrycznie z wyposażeniem, którego opcje odłączane są natychmiast ze względu na zastosowanie funkcji sterowania przyciskiem ze świadomym użyciem. Nie ma potrzeby stosowania funkcji STOP oraz odłączenia po 180 sekundach nieużytkowania regulacji.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 114

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne (4 szt.) o bezpiecznym obciążeniu 250 kg?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 115

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko (4 szt.) z wyposażeniem, którego opcje odłączane są natychmiast ze względu na zastosowanie funkcji sterowania przyciskiem ze świadomym użyciem.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 116

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko (4 szt.) z przyciskiem dostępności funkcji tylko na panelu centralnym? Funkcje na pilocie przewodowym mogą zostać zablokowane za pośrednictwem panelu centralnego.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 117

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko (4 szt.) z ramą ortopedyczną, której montaż od strony nóg wymaga demontażu szczytów, co w żaden sposób nie wpływa na funkcjonalność łóżka?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 118

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o szerokości 510 mm, głębokość 400 mm, wysokość 860 mm?

Zamawiający dopuszcza łóżko szpitalne (4 szt.) o szerokości całkowitej 990 mm.

Pytanie nr 119

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z kołami o średnicy 50 mm, co nie wpływa na funkcjonalność szafki?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zadanie nr 7 – łóżko szpitalne wielofunkcyjne sterowane elektrycznie z wyposażeniem – 14 szt.

Pytanie nr 120

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne (14 szt.) ze szczytami bez blokady na czas transportu? Proponowane rozwiązanie jest bezpieczne i nie wymaga dodatkowych zabezpieczeń, blokad.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 121

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne (14 szt.), z możliwością wydłużenia leża o 28 cm? Skracanie leża jest parametrem zbędnym.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 122

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne (14 szt.) wyposażone w pilot przewodowy bez latarki?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 123

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne (14 szt.) wyposażone w pilot przewodowy bez podświetlanych przycisków?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 124

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne (14 szt.) z regulacją wysokości leża w zakresie 38-81 cm, co jest parametrem lepszym od oczekiwanego?

Zamawiający dopuszcza łóżko szpitalne (14 szt.) z regulacją wysokości leża w zakresie 38-81 cm.

Pytanie nr 125

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne (14 szt.) bez funkcji ergoframe, co spełnia tożsame funkcje co autoregresja?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 126

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne (14 szt.) z Trendelenburgiem 16° i anty-Trendelenburgiem 16°?

Zamawiający dopuszcza łóżko szpitalne (14 szt.) z Trendelenburgiem 16° i anty-Trendelenburgiem 16°.

Pytanie nr 127

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne (14 szt.) o szerokości całkowitej 990 mm, co różni się od parametru oczekiwanego tylko o 1 cm?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 128

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne (14 szt.) z regulacją kąta odchylenia oparcia uda w zakresie 0-43°, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

Zamawiający dopuszcza łóżko szpitalne (14 szt.) z regulacją kąta odchylenia oparcia uda w zakresie 0-43°.

Pytanie nr 129

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne (14 szt.) bez wskaźnika stanu naładowania oraz wskaźnika informującego o konieczności wymiany baterii?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 130

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne (14 szt.) tylko z autoregresją w części lędźwiowej w zakresie min 9 cm? Funkcja autoregresji nie ma nic wspólnego z odleżynami. Przy odleżynach wyższego stopnia w okolicach kości ogonowej nie powinno stosować się pozycji łamanych wysokich leża. Pacjenci z odleżynami powinni leżeć na leżu prostym i właściwym materacu przeciwoleżynowym zmiennociśnieniowym. Autoregresja służy tylko i wyłącznie do bezpiecznego załamywania się i nie zakleszczania materaca piankowego podkładowego oraz większego komfortu siedzenia. Dzięki autoregresji przedłużamy czas użytkowania materaca, który nie posiada ryflowań (nacięć) we właściwych miejscach załamań leża.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 131

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne (14 szt.) ze wskaźnikiem wizualnym blokady funkcji elektrycznych tylko na panelu centralnym?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 132

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne (14 szt.) szpitalne sterowane elektrycznie z wyposażeniem, którego opcje odłączane są natychmiast ze względu na zastosowanie funkcji sterowania przyciskiem ze świadomym użyciem. Nie ma potrzeby stosowania funkcji STOP oraz odłączenia po 180 sekundach nieużytkowania regulacji.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 133

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko (14 szt.) z wyposażeniem, którego opcje odłączane są natychmiast ze względu na zastosowanie funkcji sterowania przyciskiem ze świadomym użyciem.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 134

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko (14 szt.) z przyciskiem dostępności funkcji tylko na panelu centralnym? Funkcje na pilocie przewodowym mogą zostać zablokowane za pośrednictwem panelu centralnego.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 135

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko (14 szt.) z barierkami bocznymi zabezpieczającymi pacjenta do wysokości 39 cm (mechanizm składania/rozkładania barierki znajdujący się w jej dolnej części)?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 136

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o konstrukcji wykonanej z ocynkowanej blachy, z metalowymi drzwiczkami oraz czołami szuflad?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 137

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o szerokości 400 mm (szerokość wraz ze złożonym blatem bocznym 620 mm), głębokość 430 mm, wysokość 810 mm?

Zamawiający dopuszcza szafkę przyłóżkową o szerokości 400 mm (szerokość wraz ze złożonym blatem bocznym 620 mm), głębokość 430 mm, wysokość 810 mm.

Pytanie nr 138

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatami wykonanymi z płyty tworzywowej typu hpl?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 139

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatami wykonanymi z płyty meblowej?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 140

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z uchwytnymi do otwierania nieznacznie wystającymi poza obrys szafki?

Zamawiający dopuszcza szafkę przyłóżkową z uchwytnymi do otwierania nieznacznie wystającymi poza obrys szafki.

Pytanie nr 141

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z uchwytnymi na ręczniki umieszczonymi na tylnej ścianie szafki?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 142

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z uchwytami na ręczniki nie składanymi do korpusu szafki?

Zamawiający dopuścza szafkę przyłóżkową z uchwytami na ręczniki nie składanymi do korpusu szafki.

Pytanie nr 143

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z dodatkowym blatem bocznym składanym do boku szafki?

Zamawiający dopuszcza szafkę przyłóżkową z dodatkowym blatem bocznym składanym do boku szafki.

Zadanie nr 8 – łóżko szpitalne wielofunkcyjne sterowane elektrycznie z wyposażeniem – 8 szt.

Pytanie nr 144

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne (8 szt.) ze szczytami bez blokady na czas transportu? Proponowane rozwiązanie jest bezpieczne i nie wymaga dodatkowych zabezpieczeń, blokad.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 145

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne (8 szt.), z możliwością wydłużenia leża o 28 cm? Skracanie leża jest parametrem zbędnym.

Zamawiający dopuszcza łóżko szpitalne, z możliwością wydłużenia leża o 28 cm.

Pytanie nr 146

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne (8 szt.) wyposażone w pilot przewodowy bez latarki?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 147

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne (8 szt.) wyposażone w pilot przewodowy bez podświetlanych przycisków?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 148

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne (8 szt.) z regulacją wysokości leża w zakresie 38-81 cm, co jest parametrem lepszym od oczekiwanego?

Zamawiający dopuszcza łóżko szpitalne (8 szt.) z regulacją wysokości leża w zakresie 38-81 cm.

Pytanie nr 149

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne (8 szt.) bez funkcji ergoframe, co spełnia tożsame funkcje co autoregresja?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 150

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne (8 szt.) z Trendelenburgiem 16° i anti-Trendelenburgiem 16°?

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne (8 szt.) z Trendelenburgiem 16° i anti-Trendelenburgiem 16°.

Pytanie nr 151

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne (8 szt.) o szerokości całkowitej 990 mm, co różni się od parametru oczekiwanego tylko o 1 cm?

Zamawiający dopuści łóżko szpitalne (8 szt.) o szerokości całkowitej 990 mm.

Pytanie nr 152

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne (8 szt.) z regulacją kąta odchylenia oparcia uda w zakresie 0-43°, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

Zamawiający dopuszcza łóżko szpitalne (8 szt.) z regulacją kąta odchylenia oparcia uda w zakresie 0-43°.

Pytanie nr 153

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne (8 szt.) bez wskaźnika stanu naładowania oraz wskaźnika informującego o konieczności wymiany baterii?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 154

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne (8 szt.) tylko z autoregresją w części lędźwiowej w zakresie min 9 cm? Funkcja autoregresji nie ma nic wspólnego z odleżynami. Przy odleżynach wyższego stopnia w okolicach kości ogonowej nie powinno stosować się pozycji łamanych wysokich leża. Pacjenci z odleżynami powinni leżeć na leżu prostym i właściwym materacu przeciwoleżynowym zmiennociśnieniowym. Autoregresja służy tylko i wyłącznie do bezpiecznego załamania się i nie zakleszczania materaca piankowego podkładowego oraz większego komfortu siedzenia. Dzięki autoregresji przedłużamy czas użytkowania materaca, który nie posiada ryfłowań (nacięć) we właściwych miejscach załamań leża.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 155

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne (8 szt.) ze wskaźnikiem wizualnym blokady funkcji elektrycznych tylko na panelu centralnym?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 156

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne (8 szt.) szpitalne sterowane elektrycznie z wyposażeniem, którego opcje odłączane są natychmiast ze względu na zastosowanie funkcji sterowania przyciskiem ze świadomym użyciem. Nie ma potrzeby stosowania funkcji STOP oraz odłączenia po 180 sekundach nieużytkowania regulacji.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 157

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko (8 szt.) z wyposażeniem, którego opcje odłączane są natychmiast ze względu na zastosowanie funkcji sterowania przyciskiem ze świadomym użyciem.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 158

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko (8 szt.) z przyciskiem dostępności funkcji tylko na panelu centralnym? Funkcje na pilocie przewodowym mogą zostać zablokowane za pośrednictwem panelu centralnego.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 159

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko (8 szt.) z barierkami bocznymi zabezpieczającymi pacjenta do wysokości 39 cm (mechanizm składania/rozkładania barierki znajdującej się w jej dolnej części)?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zadanie nr 9 – łóżko szpitalne wielofunkcyjne sterowane elektrycznie z wyposażeniem – 28 szt.

Pytanie nr 160

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne (28 szt.) ze szczytami bez blokady na czas transportu? Proponowane rozwiązanie jest bezpieczne i nie wymaga dodatkowych zabezpieczeń, blokad.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 161

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne (28 szt.), z możliwością wydłużenia leża o 28 cm? Skracanie leża jest parametrem zbędnym.

Zamawiający dopuszcza łóżko szpitalne (28 szt.), z możliwością wydłużenia leża o 28 cm.

Pytanie nr 162

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne (28 szt.) wyposażone w pilot przewodowy bez latarki?

Zamawiający dopuszcza łóżko szpitalne (28 szt.) wyposażone w pilot przewodowy bez latarki.

Pytanie nr 163

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne (28 szt.) wyposażone w pilot przewodowy bez podświetlanych przycisków?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 164

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne (28 szt.) z regulacją wysokości leża w zakresie 38-81 cm, co jest parametrem lepszym od oczekiwanego?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 165

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne (28 szt.) bez funkcji ergoframe, co spełnia tożsame funkcje co autoregresja?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 166

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne (28 szt.) z Trendelenburgiem 16° i anty-Trendelenburgiem 16°?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 167

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne (28 szt.) o szerokości całkowitej 990 mm, co różni się od parametru oczekiwanego tylko o 2 cm?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 168

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne (28 szt.) z regulacją kąta odchylenia oparcia uda w zakresie 0-43°, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 169

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne (28 szt.) bez wskaźnika stanu naładowania oraz wskaźnika informującego o konieczności wymiany baterii?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 170

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne (28 szt.) tylko z autoregresją w części lędźwiowej w zakresie min 9 cm? Funkcja autoregresji nie ma nic wspólnego z odleżynami. Przy odleżynach wyższego stopnia w okolicach kości ogonowej nie powinno stosować się pozycji łamanych wysokich leża. Pacjenci z odleżynami powinni leżeć na leżu prostym i właściwym materacu przeciwoleżynowym zmiennociśnieniowym. Autoregresja służy tylko i wyłącznie do bezpiecznego załamywania się i nie zakleszczania materaca piankowego podkładowego oraz większego komfortu siedzenia. Dzięki autoregresji przedłużamy czas użytkowania materaca, który nie posiada ryflowań (nacięć) we właściwych miejscach załamań leża.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 171

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne (28 szt.) ze wskaźnikiem wizualnym blokady funkcji elektrycznych tylko na panelu centralnym?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 172

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne (28 szt.) szpitalne sterowane elektrycznie z wyposażeniem, którego opcje odłączane są natychmiast ze względu na zastosowanie funkcji sterowania przyciskiem ze świadomym użyciem. Nie ma potrzeby stosowania funkcji STOP oraz odłączenia po 180 sekundach nieużytkowania regulacji.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 173

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko (28 szt.) z wyposażeniem, którego opcje odłączane są natychmiast ze względu na zastosowanie funkcji sterowania przyciskiem ze świadomym użyciem.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 174

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko (28 szt.) z przyciskiem dostępności funkcji tylko na panelu centralnym? Funkcje na pilocie przewodowym mogą zostać zablokowane za pośrednictwem panelu centralnego.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 175

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko (28 szt.) z barierkami bocznymi zabezpieczającymi pacjenta do wysokości 39 cm (mechanizm składania/rozkładania barierki znajdujący się w jej dolnej części)?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 176

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko (28 szt.) bez blatu nakładanego na barierki boczne?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 177

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o konstrukcji wykonanej z ocynkowanej blachy, z metalowymi drzwiczkami oraz czołami szuflad?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 178

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o szerokości 400 mm (szerokość wraz ze złożonym białem bocznym 620 mm), głębokość 430 mm, wysokość 810 mm?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 179

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatami wykonanymi z płyty tworzywowej typu hpl?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 180

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatami wykonanymi z płyty meblowej?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 181

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z uchwytami do otwierania nieznacznie wystającymi poza obrys szafki?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 182

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z uchwytami na ręczniki umieszczonymi na tylnej ścianie szafki?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 183

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z uchwytem na ręczniki nie składanymi do korpusu szafki?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 184

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z dodatkowym blatem bocznym składanym do boku szafki?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 185

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z kołami o średnicy 50 mm, co nie wpływa na funkcjonalność szafki?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zadanie nr 10 – łóżko szpitalne wielofunkcyjne z ramą ortopedyczną sterowane elektrycznie z wyposażeniem – 2 szt.

Pytanie nr 186

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne (2 szt.) ze szczytami bez blokady na czas transportu? Proponowane rozwiązanie jest bezpieczne i nie wymaga dodatkowych zabezpieczeń, blokad.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 187

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne (2 szt.), którego konstrukcja oparta jest na pantografie, co zapewnia większą stabilność?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 188

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne (2 szt.) z barierkami bocznymi dzielonymi, aluminiowymi z elementami tworzywowymi, nie poruszającymi się wraz z segmentami leża, będące zabezpieczeniem na całej długości leża, spełniającymi normę bezpieczeństwa EN 60601-2-52?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 189

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne (2 szt.) składane poniżej poziomu materaca, nie powodują powstania przerwy transferowej przy przekładaniu lub opuszczeniu łóżka przez chorego?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 190

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne (2 szt.) z barierkami bocznymi zapewniającymi bezpieczeństwo pacjenta na wysokości 41,5 cm?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 191

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne (2 szt.) w którym regulacja funkcjami elektrycznymi odbywa się za pośrednictwem panelu centralnego oraz pilota przewodowego?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 192

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne (2 szt.) o szerokości całkowitej 990 mm, co różni się od parametru oczekiwanego tylko o 3 cm?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 193

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne (2 szt.) z regulacją kąta odchylenia oparcia uda w zakresie 0-43°, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

Zamawiający dopuści łóżko szpitalne (2 szt.) z regulacją kąta odchylenia oparcia uda w zakresie 0-43°.

Pytanie nr 194

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne (2 szt.) bez wskaźnika stanu naładowania oraz wskaźnika informującego o konieczności wymiany baterii?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 195

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne (2 szt.) tylko z autoregresją w części lędźwiowej w zakresie min 9 cm? Funkcja autoregresji nie ma nic wspólnego z odleżynami. Przy odleżynach wyższego stopnia w okolicach kości ogonowej nie powinno stosować się pozycji łamanych wysokich leża. Pacjenci z odleżynami powinni leżeć na leżu prostym i właściwym materacu przeciwoleżynowym zmiennociśnieniowym. Autoregresja służy tylko i wyłącznie do bezpiecznego załamywania się i nie zakleszczania materaca piankowego podkładowego oraz większego komfortu siedzenia. Dzięki autoregresji przedłużamy czas użytkowania materaca, który nie posiada ryflowań (nacięć) we właściwych miejscach załamań leża.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 196

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne (2 szt.) bez sterowań nożnych?

Zamawiający dopuści łóżko szpitalne (2 szt.) bez sterowań nożnych.

Pytanie nr 197

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne (2 szt.) szpitalne sterowane elektrycznie z wyposażeniem, którego opcje odłączane są natychmiast ze względu na zastosowanie funkcji sterowania przyciskiem ze świadomym użyciem. Nie ma potrzeby stosowania funkcji STOP oraz odłączenia po 180 sekundach nieużytkowania regulacji.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 198

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne (2 szt.) o bezpiecznym obciążeniu 250 kg?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 199

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko (2 szt.) z wyposażeniem, którego opcje odłączane są natychmiast ze względu na zastosowanie funkcji sterowania przyciskiem ze świadomym użyciem.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 200

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko (2 szt.) z przyciskiem dostępności funkcji tylko na panelu centralnym? Funkcje na pilocie przewodowym mogą zostać zablokowane za pośrednictwem panelu centralnego.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 201

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o konstrukcji wykonanej z ocynkowanej blachy, z metalowymi drzwiczkami oraz czołami szuflad?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 202

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o szerokości 400 mm (szerokość wraz ze złożonym blatem bocznym 620 mm), głębokość 430 mm, wysokość 810 mm?

Zamawiający dopuszcza szafkę przyłóżkową o szerokości 400 mm (szerokość wraz ze złożonym blatem bocznym 620 mm), głębokość 430 mm, wysokość 810 mm.

Pytanie nr 203

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatami wykonanymi z płyty tworzywowej typu hpl?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 204

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatami wykonanymi z płyty meblowej?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 205

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z uchwytami do otwierania nieznacznie wystającymi poza obrys szafki?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 206

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z uchwytami na ręczniki umieszczonymi na tylnej ścianie szafki?

Zamawiający dopuszcza szafkę przyłóżkową z uchwytami na ręczniki umieszczonymi na tylnej ścianie szafki.

Pytanie nr 207

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z uchwytami na ręczniki nie składanymi do korpusu szafki?

Zamawiający dopuszcza szafkę przyłóżkową z uchwytami na ręczniki nie składanymi do korpusu szafki.

Pytanie nr 208

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z dodatkowym blatem bocznym składanym do boku szafki?

Zamawiający dopuszcza szafkę przyłóżkową z dodatkowym blatem bocznym składanym do boku szafki.

Pytanie nr 209

Czy zamawiający dopuści do zaferowania łóżko (2 szt.) z ramą ortopedyczną, której montaż od strony nóg wymaga demontażu szczytów, co w żaden sposób nie wpływa na funkcjonalność łóżka?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Powyższe informacje stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczy wszystkich Wykonawców biorących udział w w/w postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

Z UPOWAŻNIENIA DYREKTORA
Z-ca DYREKTORA
ds. Finansów i Administracji

mgr inż. Kacwiga Raziuk