

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

51-124 Wrocław, ul. H. Kamieńskiego 73a
telefony: centrala 71 32 70 100, fax 71 32 54 101

www.wssk.wroc.pl

Szp/FZ – 36/572 /2016

Wrocław, dnia 14.07.2016 r.

INFORMACJA NR 5 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73 a, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164.), jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: „*Dostawa wózków medycznych różnych, lamp zabiegowych, taboretów oraz stojaków do kroplówek*”.

Pytanie nr 1 - dotyczy Zadania nr 4 – Wózek inwalidzki

Czy Zamawiający dopuści wózek o poniższych parametrach:

Cechy wózka (rozmiar 28):

- odchylane i ściągane podnóżki,
- wyciągane podłokietniki,
- duża wytrzymałość ramy -130 kg.
- stalowa rama,

Parametry techniczne:

- szerokości całkowite wózka - zależne od szerokości siedziska (cm): 72,79,
- dostępne szerokości siedziska (cm):50, 55,
- wysokość podłokietnika (mierzona od poziomu siedziska) (cm): 23,
- wysokość siedziska od podłoża (cm):50,
- głębokość siedziska (cm):43,
- waga wózka (kg):19,20,
- maksymalna waga użytkownika (kg):150,

Kolor ramy: niebieski.

Materiał tapicerki: nylon.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wózka inwalidzkiego o poniższych parametrach:

Cechy wózka (rozmiar 28):

- odchylane i ściągane podnóżki,
- wyciągane podłokietniki,
- duża wytrzymałość ramy -130 kg.
- stalowa rama,

Parametry techniczne:

- szerokości całkowite wózka - zależne od szerokości siedziska (cm): 72,
- dostępne szerokości siedziska (cm):50,
- wysokość podłokietnika (mierzona od poziomu siedziska) (cm): 23,
- wysokość siedziska od podłoża (cm):50,
- głębokość siedziska (cm): 43,
- waga wózka (kg):19,
- maksymalna waga użytkownika (kg):150,

Kolor ramy: niebieski.

Material tapicerki: nylon.

Pytanie nr 2 - dotyczy projektu umowy § 7 pkt. 5

1. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu przeprowadzenia przeglądów serwisowych dla zadania nr 4, 15, 16, 17, 19 i 23? Sprzęt wymieniony w tych pakietach nie wymaga przeglądów technicznych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga w SIWZ przeprowadzania przeglądów serwisowych dla zadań 4, 15, 16, 17, 19 i 23.


Pytanie nr 3 - dotyczy projektu umowy § 7 pkt. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby dla Zadania nr 4, 15, 16, 17, 19 i 23 zakończenie naprawy urządzenia odbywało się w terminie ustawowym, tj. 14 dni od daty zgłoszenia awarii?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w § 7 pkt. 5.

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

z-ca DYREKTORA
ds. Eksploatacji

Mgr Małgorzata Tobis