

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

51-124 Wrocław, ul. H. Kamińskiego 73a
telefony: centrala 71 32 70 100, fax 71 32 54 101

www.wssk.wroc.pl

Szp/FZ – 36/77/2016

Wrocław, dnia 14.07.2016 r.

INFORMACJA NR 6 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamińskiego 73 a, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164.), jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: „*Dostawa wózków medycznych różnych, lamp zabiegowych, taboretów oraz stojaków do kroplówek*”.

Pytanie nr 1 - dotyczy Zadania nr 12 – Wózki anestezjologiczne - 3 szt.

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka (o przemysłowej konstrukcji, z rozwiązaniami użytkowymi stanowiącymi o jego wysokiej funkcjonalności i komforcie użytkowania) o następujących parametrach:

- konstrukcja wózka z anodowanego wytłaczanego aluminium; części boczne i tył wózka wykonane z tworzywa sztucznego o wysokiej trwałości, blat roboczy z ABS;
- konstrukcja wózka wyposażona w centralny system zamknięcia szuflad na klucz
- wymiary zewnętrzne wózka: wysokość 105 cm, głębokość 59,4 cm, szerokość 66,2 cm
- wózek wyposażony w pięć szuflad w tym: 2 szuflady o wys. 76mm (z organizerem), 2 szuflady o wys. 156mm (z organizerem) i 1 szufladę o wys. 236mm (z przeznaczeniem np. na płyny infuzyjne)
- szuflady wykonane z natryskowo formowanego tworzywa stanowiącego połączenie PC i ABS, bez miejsc łączenia i składania gwarantujące łatwe utrzymanie w czystości, szuflady z całkowitym wysuwem, samoczynnie domykające się, wyjmowane bez użycia narzędzi, szuflady zamykane centralnie;
- czoła szuflad z ergonomicznymi uchwytami na całej długości szuflady, z nakładkami z możliwością umieszczenia opisu identyfikującego zawartość szuflady oraz oznaczeniem kolorem
- organizery szuflad w formie przekładek z tworzywa dzielących przestrzeń szuflady na 9 przestrzeni
- układ jezdny wysoce mobilny dzięki kołom o odpowiedniej średnicy, tj. 4 koła obrotowe o średnicy 150mm, w tym 2 koła z hamulcem, koła niebrudzące podłoża, rozmieszczone w sposób optymalizujący zwrotność wózka

Wózek wyposażony w:


- blat zabezpieczony przed zsuwaniem się przedmiotów
- uchwyty do przetaczania zintegrowane z blatem wózka
- uchwyt na pojemnik na zużyte igły
- przestrzeń na cewniki
- przestrzeń np. na butelkę z płynem dezynfekcyjnym
- trzy przezroczyste odchylane kieszenie, w tym jedna z przeznaczeniem na żel (zamiast półki na żel)
- uchwyt na butlę z tlenem
- wysuwana pod blatu półkę do pisania
- 2 uchwyty na pudełko z rękawiczkami
- nadstawkę z 10 uchylnymi przezroczystymi pojemnikami
- wieszak kroplówki z 2 haczykami

Możliwość wyboru kolorystyki oznaczeń szuflad (9 kolorów oznaczeń do wyboru)

Ponadto:

- konstrukcja wózka zabezpieczona odbojem w podstawie wózka, dookoła całego wózka, chroniącym wózek z jego wyposażeniem.

(zdjęcie w typie oferowanego wózka poniżej)



Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w SIWZ.

Pytanie nr 2 - dotyczy Zadania nr 13 – Wózki medyczne/zabiegowe – 2 szt.

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka (o przemysłanej konstrukcji, z rozwiązaniami użytkowymi stanowiącymi o jego wysokiej funkcjonalności i komforcie użytkowania) o następujących parametrach:

- konstrukcja wózka z anodowanego wyłaczanego aluminium; części boczne i tył wózka wykonane z tworzywa sztucznego o wysokiej trwałości, blat roboczy z ABS;

- konstrukcja wózka wyposażona w centralny system zamknięcia szuflad na klucz

- wymiary zewnętrzne wózka: wysokość 105 cm, głębokość 59,4 cm, szerokość 66,2 cm

- wózek wyposażony w pięć szuflad w tym: 2 szuflady o wys. 76mm (z organizery), 2 szuflady o wys. 156mm (z organizery) i 1 szufladę o wys. 236mm (z przeznaczeniem np. na płyny infuzyjne)

- szuflady wykonane z natryskowo formowanego tworzywa stanowiącego połączenie PC i ABS, bez miejsc łączenia i składania gwarantujące łatwe utrzymanie w czystości, szuflady z całkowitym wysuwem, samo domykające się, wyjmowane bez użycia narzędzi, szuflady zamykane centralnie;

- czoła szuflad z ergonomicznymi uchwytami na całej długości szuflady, z nakładkami z możliwością umieszczenia opisu identyfikującego zawartość szuflady oraz oznaczeniem kolorem

- organizery szuflad w formie przekładek z tworzywa dzielących przestrzeń szuflady na 9 przestrzeni

- układ jezdny wysoce mobilny dzięki kołom o odpowiedniej średnicy, tj. 4 koła obrotowe o średnicy 150mm, w tym 2 koła z hamulcem, koła niebrudzące podłoża, rozmieszczone w sposób optymalizujący zwrotność wózka

Wózek wyposażony w:

- blat zabezpieczony przed zsuwaniem się przedmiotów

- uchwyty do przetaczania zintegrowane z blatem wózka

- uchwyt na pojemnik na zużyte igły

- przestrzeń na cewniki

- przestrzeń np. na butelkę z płynem dezynfekcyjnym

- trzy przezroczyste odchylane kieszenie, w tym jedna z przeznaczeniem na żel (zamiast półki na żel)

- uchwyt na butlę z tlenem

- wysuwaną spod blatu półkę do pisania

- uchwyt na 3 pudełka z rękawiczkami

- nadstawkę z 10 uchylnymi przezroczystymi pojemnikami


- wieszak kroplówki z 2 haczykami

Możliwość wyboru kolorystyki oznaczeń szuflad (9 kolorów oznaczeń do wyboru)

Ponadto:

- konstrukcja wózka zabezpieczona odbojem w podstawie wózka, dookoła całego wózka, chroniącym wózek z jego wyposażeniem

(zdjęcie w typie oferowanego wózka poniżej)



1. W tabeli z parametrami techniczno użytkowymi dla zad. 12 i zad. 13 Zamawiający wprowadza wymów przeprowadzenia montażu i szkolenia pracowników. Prosimy Zamawiającego o rezygnację z przeprowadzenia montażu wózków (zad. 12 wózki anestetyczne, zad. 13 wózki medyczne/zabiegowe) z uwagi na fakt, iż wózki dostarczane są do Państwa gotowe do użytku, żadne zatem czynności montażowe nie są konieczne. Jednocześnie prosimy o rezygnację z przeprowadzenia szkolenia personelu w zakresie obsługi wózka. Oferowany wyrób jest bardzo prosty w obsłudze, a wykwalifikowany personel medyczny nie powinien mieć najmniejszych problemów z obsługą wózków w oparciu o wcześniejsze zapoznanie się z instrukcją obsługi /w jęz. polskim, dostarczonej wraz z dostawą/, zawierającą wszystkie niezbędne informacje potrzebne do korzystania z wózków. Ponadto ze sprzętu jakim są oferowane wózki nie uzyskuje się żadnych informacji, które przez personel muszą być wykorzystane i poddane interpretacji, gdy nie jest to aparatura medyczna. Konieczność realizacji powyższego wymogu dla oferowanego sprzętu przyczyni się jedynie do bezzasadnego zawyżenia ceny ofertowej.
2. Prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu realizacji umowy z 45 do 56 dni od daty podpisania umowy. Prośba podyktowana jest tym, że termin realizacji zamówienia pokrywa się na wakacyjną przerwę w produkcji u producenta wózków. Z góry dziękujemy za przychylny ustosunkowanie się do naszej prośby.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w SIWZ.

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

Z-ca DYREKTORA
ds. Eksploatacji
Mgr Małgorzata Tobis