



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

51-124 Wrocław, ul. H. Kamieńskiego 73a
telefony: centrala 71 32 70 100, fax 71 32 54 101
www.wssk.wroc.pl

Szp/FZ- 40/ 588 /2016

Wrocław, dnia 22.07.2016 r.

INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73 a zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), jako kierownik Zamawiającego, przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniem do postępowania na „Dostawę jednorazowego sprzętu medycznego stosowanego w laparoskopii”

Pytanie Nr 1 – dotyczy Pakietu nr 5 i 6

Ze względu na fakt, że klipsy tytanowe i polimerowe są implantami prosimy o potwierdzenie że zaoferowane klipsy mają być wyposażone w samoprzylepne wklejki do kartoteki pacjenta zawierające co najmniej nazwę klipsa, nazwę producenta, materiał z jakiego są wykonane klipsy, numer katalogowy, numer serii i datę ważności.

Odpowiedź Nr 1

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 5 i 6 klipsów wyposażonych w samoprzylepne wklejki do kartoteki pacjenta zawierające co najmniej nazwę klipsa, nazwę producenta, materiał z jakiego są wykonane klipsy, numer katalogowy, numer serii i datę ważności. Pozostałe parametry zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie Nr 2 – dotyczy Pakietu nr 5 i 6

Prosimy o wyjaśnienie, czy podane w kolumnie „ilość” liczby oznaczają ilość sztuk klipsów, czy też ilość zasobników klipsów.

Odpowiedź Nr 2

Zamawiający informuje iż podana w kolumnie „Ilość” dotyczy ilości sztuk klipsów.

Powyższa informacja stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczy wszystkich Wykonawców biorących udział w w/w postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

Z UPOWAŻNIENIA DYREKTORA
Z-ca DYREKTORA
ds. Finansów i Administracji

mgr inż. Jadwiga Raziuk