



# WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

51-124 Wrocław, ul. H. Kamieńskiego 73a  
telefony: centrala 71 32 70 100, fax 71 32 54 101  
[www.wssk.wroc.pl](http://www.wssk.wroc.pl)

Szp/FZ- 40/ 393 /2016

Wrocław, dnia 29.07.2016 r.

## INFORMACJA NR 3 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73 a zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), jako kierownik Zamawiającego, przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniem do postępowania na „Dostawę jednorazowego sprzętu medycznego stosowanego w laparoskopii”

### Pytanie 1 – dotyczy Pakietu 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w pakiecie 6 na zaferowanie klipsów polimerowych ML, L, XL pakowane w zasobniki po 6 szt. z taśmą samoprzylepną, kompatybilne z posiadaną klipsownicą, co pozwoli Wykonawcy na konkurencyjnej ofercie?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.**

### Pytanie 2 – dotyczy Pakietu 7, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie samorozprężalnego worka do ewakuacji preparatu w zabiegach laparoskopowych, jednorazowego użytku, sterylnego, wykonanego z odpornego na zerwanie poliuretanu, przechodzącego przez trokar o średnicy 12mm i długości trzonu 29,5cm, o wymiarach 12,50x23,00cm i pojemności 1500ml, co pozwoli Wykonawcy na konkurencyjnej ofercie?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie minimalnych wymaganych parametrów technicznych.**

### Pytanie 3 - dotyczy pakietu 7

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaferowanie obok istniejących zapisów sprzętu o następujących parametrach:

- poz. 1 - Samorozprężalny worek do ewakuacji preparatu w zabiegach laparoskopowych, jednorazowego użytku, sterylny, wykonany z odpornego na zerwanie poliuretanu, z trzonem o średnicy 10mm i długości trzonu 29,5cm, z metalową samorozprężalną obręczą i nitką pozwalającą na zaciśnięcie worka z preparatem w środku, worek o wymiarach ok. 6,6x15,24cm i pojemności 190ml. Opakowanie typu plastikowa forma + Tyvec

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaferowanie w Pakiecie nr 7 poz. 1 samorozprężalnego worka o zaproponowanych powyżej parametrach.**

Powyższa informacja stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczy wszystkich Wykonawców biorących udział w w/w postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

Z UPOWAŻNIENIEM DYREKTORA  
Z-ca DYREKTORA  
ds. Finansów i Administracji

*mgr inż. Jolanta Raziuk*