



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

51-124 Wrocław, ul. H. Kamińskiego 73a
telefony: centrala 71 32 70 100, fax 71 32 54 101
www.wssk.wroc.pl

Szp/FZ – 43A/ 434 /2016

Wrocław, dnia 13.10.2016 r.

INFORMACJA NR 2 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamińskiego 73a zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: „**Dostawa soczewek oraz materiałów wiskoelastycznych**”

Pytanie nr 1 - dotyczy Pakietu nr 1 poz. 1

Czy zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1 w pozycji 1 akrylową soczewkę asferyczną o wysokiej optycznie precyzji z kopolimeru hydroksyetylometakrylanu o średnicy optycznej 6.0mm dla +10.0D do +40.0D i 6.5 mm dla -10.0D do +9.0D i długości całkowitej odpowiednio 12.0mm i 12.5 mm, o zakresie dioptrażu -10.0D do +40.0D w przyrostach co 0.5D w przedziale +10.0D do +30.0D o stopniu uwodnienia 26% o reszcie parametrów zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę parametrów w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie nr 2 – dotyczy Pakiet nr 2

Czy Zamawiający dopuści preparat pochodzenia naturalnego o lepkości 3,3 mln cPs pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

Z UPOWAŻNIENIA DYREKTORA
Z-ca DYREKTORA
ds. Finansów i Administracji

mgr inż. Jadwiga Raziuk