



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

51-124 Wrocław, ul. H. Kamieńskiego 73a
telefony: centrala 71 32 70 100, fax 71 32 54 101
www.wssk.wroc.pl

Szp/FZ - 52/ 459 /2016

Wrocław, dnia 08.11.2016 r.

INFORMACJA NR 6 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73 a zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: „*Dostawa, montaż i uruchomienie tomografu komputerowego 3T rezonansu magnetycznego*”

W odpowiedzi na odwołanie złożone w dn. 31.10.2016 r. do zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przez Philips Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskie 195 B - Zamawiający informuje, że częściowo uwzględnia zarzuty podniesione w odwołaniu dotyczące:

ad. I.4. - Zamawiający zmienia zapis na następujący:

Wymiar pola rozproszonego 5 Gauss (0,5 mT) w płaszczyźnie x/y min. $\leq 3,05$ m.

ad. IV.9. - Zamawiający zmienia zapis na następujący:

Cewka wielokanałowa typu matrycowego lub zestaw cewek, do badań obu całych kończyn dolnych, z przesuwem stołu pacjenta, sterowanym automatycznie z protokołu badania, bez repozycjonowania pacjenta i przekładania lub przełączania cewek, dopasowana anatomicznie pod kątem takich badań, posiadająca w badanym obszarze min. 24 elementy obrazujące i pozwalająca na akwizycje równoległe typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub zgodnie z nomenklaturą producenta i równocześnie wprowadza punktację:

- cewka do badań kończyn dolnych, inna niż do tułowia – 2 pkt

- cewka do badań kończyn dolnych taka sama jak do badania tułowia – 0 pkt

ad. IV.11. - Zamawiający zmienia zapis na następujący:

Cewka wielokanałowa przeznaczona do badań mammograficznych, posiadająca w badanym obszarze min. 8 elementów obrazujących jednocześnie i pozwalająca na akwizycje równoległe typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub zgodnie z nomenklaturą producenta,

ad. IV.12. - Zamawiający zmienia zapis na następujący:

Cewka wielokanałowa przeznaczona do badań mammograficznych, o konstrukcji otwartej umożliwiającej podejście biopsyjne, posiadająca w badanym obszarze min. 4 elementy obrazujące jednocześnie i pozwalająca na akwizycje równoległe typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub zgodnie z nomenklaturą producenta.

Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia wymóg dotyczący zaoferowania dwóch cewek do zastosowań mammograficznych, jednej do badań diagnostycznych i drugiej dedykowanej do wykonywania biopsji pod kontrolą MR. Uzasadnieniem dla takiego wymogu jest zachowanie standardów sterylności cewki do wykonywania biopsji tzw. „cewka czysta” nie może być wykorzystywana jako cewka diagnostyczna.

W ośrodkach onkologicznych takie postępowanie jest standardem.

ad. V.1. - Zamawiający dopuszcza do postępowania rozwiązanie zaproponowane przez Odwołującego, z zastrzeżeniem, że będzie skutkowało przyznaniem Wykonawcy 0 punktów dla tego parametru.

ad. V.13. - Zamawiający dopuszcza do postępowania rozwiązanie zaproponowane przez Odwołującego.

ad. VI.19. - Zamawiający dopuszcza do postępowania aparat o liczbie 128 kierunków w DTI z zastrzeżeniem, że będzie skutkowało przyznaniem Wykonawcy 0 punktów dla tego parametru.

ad. VIII.13. - Zamawiający dopuszcza do postępowania aparat z minimalnym współczynnikiem ETL 255n.

ad. X.7. - Zamawiający dopuszcza do postępowania rozwiązanie równoważne zaproponowane przez Odwołującego. Przy określeniu przywołanego parametru Zamawiający wskazał w celu dookreślenia opisu kartę graficzną typu nVIDIA K2200. Powyższe rozwiązanie, jako charakterystyczne w rozwiązaniach serwerowych w żaden sposób nie premiuje jednego producenta ale wskazuje na stan faktyczny, Zamawiający w chwili obecnej dysponuje Pakietem Syngo.VIA firmy Siemens. Wymóg zaoferowania w ramach serwera karty graficznej wskazanej przez Zamawiającego nie uniemożliwia Odwołującemu złożenia oferty ponieważ Zamawiający nie wymaga przetwarzania obrazów na wbudowanej karcie graficznej. Odwołujący może zgodnie z zapisem zaoferować rozwiązanie równoważne np. przetwarzanie obrazów z użyciem wątków procesora CPU.

Ad.V3. - parametr dotyczący zakresu badania bez konieczności repozycjonowania ≥ 200 cm; podać wartość [cm]= 200 – 0 pkt. 2 pkt. - dla największej zaoferowanej wartości; Pozostałe proporcjonalnie pacjenta - określony w pkt. V.3 Załącznika nr 1 do SIWZ - Zamawiający nie zgadza się z twierdzeniem Odwołującego, że punktacja w proponowanej formie jest mocno krzywdząca a przy zmianie o 1cm zakresu badania Wykonawcy otrzymają skrajnie różne oceny, podczas gdy funkcjonalność systemu o zakresie badania 200 cm jest identyczna dla systemu z zakresem badania 201 cm. Zgodnie z zapisaną punktacja za zmianę o 1 cm zakresu badania Wykonawca otrzyma proporcjonalną ocenę, Zamawiający określił minimalny parametr w wysokości 200 cm a dla najwyższej oferowanej wartości 2 pkt. Przyjmując przykładowo maksymalny zaoferowany parametr w wysokości 205 cm, który otrzyma 2 pkt to Wykonawca, który zaoferuje parametr w wysokości 201 cm otrzyma proporcjonalnie 1,96 pkt. Zdaniem Zamawiającego zapisy te nie uniemożliwiają Odwołującemu złożenie oferty.

Jednocześnie Zamawiający przesuwa termin składania ofert do przedmiotowego postępowania na dzień 16.11.2016 r. miejsce i godzina pozostają bez zmian.

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

Z UPoważNIENIEM DYREKTORA
Z-ca DYREKTORA
ds. Finansów i Administracji

mgr inż. Jadwiga Raziuk