



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

51-124 Wrocław, ul. H. Kamińskiego 73a
telefony: centrala 71 32 70 100, fax 71 32 54 101
www.wssk.wroc.pl

Szp/FZ – 44/ 461 /2016

Wrocław, dnia 09.11.2016 r.

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 4

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamińskiego 73 a zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), jako kierownik Zamawiającego przekazuje zmianę do postępowania pn.: „*Dostawa aparatów USG oraz gastroskopów*”

Dotyczy Załącznika 1.10 do SIWZ – ultrasonograf na potrzeby Oddziału Angiologii - 1 szt.

Zamawiający dokonuje korekty w poszczególnych punktach Zestawienia wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych:

1. w sekcji **II. OBRAZOWANIE I PREZENTACJA OBRAZU** wykreśleniu podlegają następujące zapisy:

Pkt 14 – Specjalistyczne oprogramowanie wraz z pełnymi pakietami pomiarowymi do badań min.: naczyniowych (w tym TCD), mięśniowo-szkieletowe, jama brzuszna, kardiologiczne (wraz z ~~automatyczną detekcją skurczu i rozkurczu, automatycznym obrysem lewych jam serca~~ z obliczeniem frakcji wyrzutowej, oraz półautomatyczną metodą obrysu z obliczeniem EF)

Pkt 15 - Oprogramowanie do automatycznego i semi-automatycznego pomiaru kompleksu intima - media (IMT) z ~~możliwością względnej, ilościowej oceny układu krążenia na podstawie ogólnie przyjętych nomogramów, tabel normatywnych.~~

2. w sekcji **III. FUNKCJE UŻYTKOWE** wykreśleniu podlegają następujące zapisy:

Pkt. 6 - Praca w trybie wielokierunkowego emitowania i składania wiązki ultradźwiękowej z głowic w pełni elektronicznych, dla głowic liniowych i convexowych ~~na wszystkich zaoferowanych głowicach.~~

Wymóg pracy dla trybu 2D oraz w trybie obrazowania harmonicznego

3. w sekcji **IV. GŁOWICE ULTRADŹWIĘKOWE** wykreśleniu podlegają następujące zapisy:

Pkt. 1 - Głowica sektorowa wieloczęstotliwościowa, szerokopasmowa, wykonana w technologii ukierunkowanej polaryzacji kryształów ~~wielorzędowej~~ lub równoważnej, o zakresie częstotliwości emitowanych min. 1.0 MHz - ~~4.0~~ 5.0 MHz; obrazowanie harmoniczne; kąt widzenia min. 85°

Dotyczy Załącznika 1.2 do SIWZ – ultrasonograf z podstawą jezdną - 2 szt.

Zamawiający koryguje omyłkę pisarską powstałą w sekcji V. GŁOWICE

pkt . 15 jest: Szerokość pola skanowania max. 40 mm

POWINNO BYĆ: Szerokość pola skanowania **min.** 40 mm

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmianie ulega termin składania ofert do przedmiotowego postępowania na dzień 24.11.2016 r. miejsce oraz godziny pozostają bez zmian.

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

Z UPOWAŻNIENIA DYREKTORA
Z-ca DYREKTORA
ds. Finansów i Administracji

mgr inż. Nadwigo Raziuk