



# WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

51-124 Wrocław, ul. H. Kamińskiego 73a  
telefony: centrala 71 32 70 100, fax 71 32 54 101  
[www.wssk.wroc.pl](http://www.wssk.wroc.pl)

Szp/FZ - 55/474/2016

Wrocław, dnia 18.11.2016r.

## INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamińskiego 73 a, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: „**Dostawa cewników balonowych i przewodników diagnostycznych**”

### **Pytanie nr 1** – dot. pakiet nr 3 - Przewodniki diagnostyczne

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie przewodników hydrofilnych o długości 120 cm zamiast 80 cm, spełniających wymagane pozostałe parametry z SIWZ.

#### **Odpowiedź nr 1**

*Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.*

### **Pytanie nr 2**

Czy w Pakiecie nr 3 (przewodniki diagnostyczne), Zamawiający dopuści złożenie oferty z przewodnikami z nitinolu pokryciem hydrofilnym, o średnicach 0,018", 0,025", 0,032", 0,035", 0,038" i długościach 150, 180 i 260 cm, o długości ściętej końcówki 3 cm, kształcie atraumatycznej końcówki: prosta i zagięta 45 stopni, rdzeń nitinolowy zatopiony w poliuretanie, wykonany z jednego kawałka, z kontrolą trakcji 1:1, odporny na odkształcenia i na załamanie struktury podłużnej, trwała powłoka hydrofilna na całej długości, atraumatyczna, miękka końcówka, z pamięcią kształtu dostępne w wersji sztywności shaftu sztywnej (STIFF) i standard, dostępne w opcji z kształtowalną końcówką?

#### **Odpowiedź nr 2**

*Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.*

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

Z Urzędu Specjalnego Wykonawcy  
Z-ca DYREKTORA  
do Finansów i Administracji

mgr inż. Jacek Karluk