



# WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

51-124 Wrocław, ul. H. Kamińskiego 73a  
telefony: centrala 71 32 70 100, fax 71 32 54 101  
[www.wssk.wroc.pl](http://www.wssk.wroc.pl)

Szp/FZ - 53/488/2016

Wrocław, dnia 29.11.2016 r.

## INFORMACJA NR 2 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamińskiego 73 a, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: „Dostawa implantów ortopedycznych”.  
Znak sprawy: Szp/FZ - 53/2016

### Pytanie nr 1 - do nr Pakietu 16

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 16 dopuści bez konieczności zachowania warunków pierwotnych :

#### Pozycja 1 - trzpień

Trzpień bezcementowy, prosty, w kształcie potrójnego klina, zwężający się dystalnie, wykonany ze stopu tytanu, pokryty hydroxyapatytem na całej długości, w minimum 12 rozmiarach. Trzpień posiada opcje standardową i lateralizowaną. Stożek trzpienia 12/14

#### Pozycja 2 - głowa

Głowa ceramiczna 28mm, 32mm w min 3 długościach szyjki.

#### Pozycja 3 - panewka

Panewka bezcementowa pressfitowa, monolityczna, typu monoblok - bez konieczności użycia wkładki, wykonana w całości z polietylenu. Powierzchnia panewki pokryta porowatym tytanem. Średnica zewnętrzna w rozmiarach od 46mm do 64mm. Możliwość stosowania głów 28mm, 32mm wraz ze wzrostem rozmiaru panewki. Panewka posiada możliwość dodatkowej stabilizacji śrubami.

#### Pozycja 4 – wkład polietylenowy

„Nie dotyczy” - wkład panewkowy nie występuje, panewka monolityczna typu monoblok spełnia jednocześnie rolę panewki i wkładki.

### Odpowiedź nr 1

**Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w pakiecie nr 16 endoprotezy bezcementowej stawu biodrowego o wymienionych wyżej parametrach bez zachowania warunków pierwotnych.**

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

Z UPOWAŻNIENIEM KIEROWNIKA  
Z-ca DYREKTORA  
ds. Finansów i Administracji

*mgr inż. Jadwiga Rusiuk*