



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

51-124 Wrocław, ul. H. Kamińskiego 73a
telefony: centrala 71 32 70 100, fax 71 32 54 101
www.wssk.wroc.pl

Szp/FZ - 58/ 5 /2016/2017

Wrocław, dnia 09.01.2017r.

INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamińskiego 73 a, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: „**Dostawa wyrobów medycznych stosowanych w Hemodializach**” Znak sprawy: Szp/FZ-58/2016

Pytanie nr 1

Pakiet nr 1. Dializatory wysokoprzepływowe do hemodializy.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i pozwoli na złożenie oferty na dializator wysokoprzepływowy z syntetyczną błoną polysulfonową, spełniający wszystkie pozostałe wymagania określone w Specyfikacji SIWZ, umożliwi to zachowanie uczciwej konkurencji i przystąpienie do przetargu większej liczby firm, a Zamawiającemu pozwoli na wybór najkorzystniejszej oferty spośród większej liczby złożonych ofert?

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na dializator wysokoprzepływowy z syntetyczną błoną polysulfonową, spełniający wszystkie pozostałe wymagania określone w SIWZ.

Pytanie nr 1

Pakiet nr 3. Dializatory o różnej pojemności do aparatu Dialog+A oraz Dialog+HDF oraz do aparatu Gambro.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i pozwoli na złożenie oferty na dializatory niskoprzepływowe (o różnej pojemności), min. 1,6m² do 2,1m² pojemności, (dwa rodzaje pojemności – zgodnie z SIWZ), spełniające wszystkie pozostałe wymagania określone w Specyfikacji SIWZ, umożliwi to zachowanie uczciwej konkurencji i przystąpienie do przetargu większej liczby firm, a Zamawiającemu pozwoli na wybór najkorzystniejszej oferty spośród większej liczby złożonych ofert?

Zamawiający wymaga aby jeden z zaoferowanych dializatorów miał powierzchnię nie mniejszą niż 1,7 m² a drugi nie mniejszą niż 2,1 m².

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

Z UPOWAŻNIENIEM DYREKTORA
Z-CA DZIEKTORE
ds. Finansów i Administracji

mgr inż. Jadwiga Raziuk