



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

51-124 Wrocław, ul. H. Kamińskiego 73a
telefony: centrala 71 32 70 100, fax 71 32 54 101
www.wssk.wroc.pl

Szp/FZ - 58/ 8 /2016 /2016

Wrocław, dnia 09.01.2017r.

INFORMACJA NR 4 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamińskiego 73 a, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: „Dostawa wyrobów medycznych stosowanych w Hemodializach” Znak sprawy: Szp/FZ-58/2016

Pytanie nr 1

1. Prosimy o wyjaśnienie czy w pakiecie nr 3 Zamawiający dopuszcza w ramach podanego zakresu dwa dowolne typy powierzchni dializatorów np. 1,7m² i 1,8m²? Czy też Zamawiający wymaga aby jeden z zaoferowanych dializatorów miał powierzchnie nie mniejszą niż 1,7m² a drugi nie mniejszą niż 2,1m²?

Zamawiający wymaga aby jeden z zaoferowanych dializatorów miał powierzchnie nie mniejszą niż 1,7m² a drugi nie mniejszą niż 2,1m².

Pytanie nr 2

2. Prosimy o wyjaśnienie czy w pakiecie nr 3 nie nastąpiła omyłka pisarska i Zamawiający wymaga zaoferowania także dializatorów wysokoprzepływowych?

W nazwie pakietu Zamawiający wskazał, iż oczekuje zaoferowania dializatorów do trzech typów aparatów: Dialog+A, Dialog+HDF oraz Gambro. Z naszej wiedzy wynika, iż aparat Dialog+ HDF wykonuje zabiegi hemodiafiltracji na dializatorach wysokoprzepływowych co sugerowałoby, iż Zamawiający oczekuje także takich dializatorów.

Zamawiający w Pakiecie nr 3 dopuszcza dializatory wysokoprzepływowe.

Pytanie nr 3

Czy w pakiecie nr 3 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wysokiej klasy dializatorów niskoprzepływowych o powierzchniach 1,6m², 1,8m²? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 4

Czy w pakiecie nr 3 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wysokiej klasy dializatorów niskoprzepływowych o powierzchniach 1,8m², 2,2m²? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 3 zaoferowanie wysokiej klasy dializatorów niskoprzepływowych o powierzchniach 1,8m², 2,2m² pozostałe parametry zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 5

pakiet 8 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści do postępowania cewnik dwuświatłowy długoterminowy Permthane Twin Cath Long Term Hemodialysis Catheter Kit (Citra-XS Superior) z końcówką typu "shoutgun"(schodkowa) cewnik poliuretanowy z kołnierzem poliestrowym, odporny na zginanie, bez otworów bocznych z wymiennymi przedłużaczami o przekroju 14FR i długościach cuff to tip 19 cm, 23 cm, 27 cm nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach, sterylizowany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich,

zestaw apirogeny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi przewód z rdzeniem z nitinolu i końcówką typu J, wymiary 0,035 cala x 70 cm strzykawka 10 ml z tłokiem, miniskalpel, rozszerzacz, rozmiar 12 FR x 11 cm, rozszerzacz, rozmiar 14 FR x 14 cm, rozszerzacz z zastawką i rozrywalną osłonką, rozmiar 17 FR, łącznik prowadzący typu Y, narzędzia do tunelizacji, przewody przedłużające do tętnic (czerwone), przewody przedłużające do żył (niebieskie), skrzydełko mocujące cewnik (na szwy), nasadki iniekcyjne, umocowanie cewnika warstwą przylepną, opatrunki, zaciski, łącznik do przepłukiwania?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 2 do osobnego pakietu?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 7

pakiet 8 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści cewnik dwuświatłowy długoterminowy X Split Dual Lumen Haemodialysis Catheter Kit (Citra-XS Nile) z końcówką dzieloną dla mniejszej recyrkulacji, cewnik poliuretanowy z kołnierzem poliestrowym, odporny na zginanie, bez otworów bocznych z wymiennymi przedłużaczami o średnicy 14FR i długości całkowita cennika 28 cm, 32 cm z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach, sterylizowany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, zestaw apirogeny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi przewód z rdzeniem z nitinolu i końcówką typu J, wymiary 0,035 cala x 70 cm strzykawka 10 ml z tłokiem, miniskalpel, rozszerzacz, rozmiar 12 FR x 11 cm, rozszerzacz, rozmiar 14 FR x 14 cm, rozszerzacz z zastawką i rozrywalną osłonką, rozmiar 17 FR, łącznik prowadzący typu Y, narzędzia do tunelizacji, przewody przedłużające do tętnic (czerwone), przewody przedłużające do żył (niebieskie), skrzydełko mocujące cewnik (na szwy), nasadki iniekcyjne, umocowanie cewnika warstwą przylepą, opatrunki, zaciski, łącznik do przepłukiwania?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1 do osobnego pakietu?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 9

Uprzejmie proszę o wyrażenie zgody na zaoferowanie w Pakiecie nr 4 linii krwi z workiem o pojemności o pojemności 2l, spełniających pozostałe wymagania zawarte w SIWZ.

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 4 linii krwi z workiem o pojemności 2l, spełniających pozostałe wymagania zawarte w SIWZ.

Pytanie nr 10

Uprzejmie proszę o wydzielenie z Pakietu nr 6 poz. 1 i 2 i utworzenie odrębnego pakietu.

Zamawiający wydziela z Pakietu nr 6 poz. 1 i 2 i utworzy z nich osobny pakiet.

W załączeniu pakiet nr 6 i 6a.

Zamawiający podaje wartości wadium dla tych pakietów:

Pakiet nr 6 – 787,00 zł

Pakiet nr 6a- 146,00 z

Jednocześnie Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 i ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r, poz. 2164 ze zm.), wydłuża termin składania i otwarcia ofert i wyznacza go na dzień 03.02.2017r.

Miejsce oraz godzina składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.

W związku z powyższym Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w rozdz. XI. pkt 1, 5 na następująca:

1. Ofertę, sporządzoną zgodnie z wymaganiami niniejszej SIWZ, należy przesać lub złożyć w Dziale Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a, Budynek nr 10 **do godziny 09:00 do dnia 03.02.2017 r.**
2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską.
3. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.
4. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.
5. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu **03.02.2017 r. o godz. 10:00** w Dziale Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych – Budynek nr 10 Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a.

Zmianie ulegają również zapisy SIWZ w rozdz. VII. pkt 1 na następujące:

1. Wykonawca zobowiązany jest wpłacić wadium w kwocie **41 286,00 zł** (słownie: czterdzieści jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt sześć złotych). Wadium dla ofert częściowych przedstawia się następująco:

Pakiet nr	Wysokość kwoty (zł)
1	322,00 zł
2	1 827,00 zł
3	12 700,00 zł
4	330,00 zł
5	14 330,00 zł
6	787,00
6a	146,00
7	1 836,00 zł
8	2 877,00 zł
9	3 403,00 zł
10	2 700,00 zł
11	28,00 zł

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

Z UPOWAŻNIENIEM DZIEKCIORA
Z-ca DYREKTORA
ds. Finansów i Administracji
mgr inż. Jadwiga Raziuk

.....
pieczęć nagłówkowa Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 6- igły do hemodializy jednorazowego użytku

Lp.	Przedmiot zamówienia	j.m	ilość	cena jedn netto	wartość netto	%vat	cena jedn brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	igła do hemodializy tętnicznej 15G;16G; 17G; długość igły 20mm i 25mm; długość drenu 150mm.Sterylna, apirogenna.		35000 szt.							
2	igła do hemodializy żyłnej 15G; 16G; 17G; długość igły 20mm i 25mm; długość drenu 150mm.Sterylna, apirogenna.		35000 szt.							

wartość pakietu brutto słownie

.....
(podpis i pieczęć imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

