



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

51-124 Wrocław, ul. H. Kamieńskiego 73a
telefony: centrala 71 32 70 100, fax 71 32 54 101
www.wssk.wroc.pl

Szp/FZ - 61/16 /2016

Wrocław, dnia 17.01.2017 r.

INFORMACJA NR 3 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73 a, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: „Dostawa akcesoriów zużywalnych do urządzeń medycznych oraz innych wyrobów medycznych”.

Znak sprawy: Szp/FZ - 61/2016

Pytanie nr 1 - Pakiet nr 1

- 1) poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw pakowany osobno?
- 2) poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści przestrzeń martwą rozciągliwą w zakresie 60-150 mm?
- 3) poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy pediatryczny o regulowanej długości rur 150cm? Reszta parametrów zgodna z SIWZ.
- 4) poz. 4 - Czy Zamawiający dopuści jako równoważny modyfikowany układ oddechowy noworodkowy Jacksona Reesa o dł. 140 cm, worek z zaworem 0,5 litra, czysty mikrobiologicznie?

Odpowiedź nr 1

- Ad.1) Poz.1 – Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w SIWZ.*
Ad.2) Poz.2 – Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w SIWZ.
Ad.3) Poz.3 – Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w SIWZ.
Ad.4) Poz.4 – Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w SIWZ.

Pytanie nr 2 - Pakiet nr 2

- 1) poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści maskę z nebulizatorem wykonaną z delikatnego PCV posiadającą metalową blaszkę, która umożliwi precyzyjne dopasowanie maski do nosa pacjenta, z możliwością jej wyciągnięcia w razie konieczności. Możliwość pracy nebulizatora w pozycji pionowej. Reszta parametrów zgodna z SIWZ.
- 2) poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści nebulizator o poj. 8 ml z podziałką co 2 ml. Możliwość pracy nebulizatora w pozycji pionowej. Reszta parametrów zgodna z SIWZ.
- 3) poz. 4 - Czy Zamawiający dopuści maskę z nebulizatorem wykonaną z delikatnego PCV posiadającą metalową blaszkę, która umożliwi precyzyjne dopasowanie maski do nosa pacjenta, z możliwością jej wyciągnięcia w razie konieczności. Możliwość pracy nebulizatora w pozycji pionowej. Reszta parametrów zgodna z SIWZ.

Odpowiedź nr 2

- Ad.1) Poz.1) - Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w SIWZ.*
Ad.2) Poz.2 – Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w SIWZ.
Ad.3) Poz.4 – Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w SIWZ.

Pytanie nr 3 - Pakiet nr 15 poz.3

Czy Zamawiający dopuści wazy tlenowe wykonane z bardzo delikatnego, medycznego PCV? Reszta parametrów zgodna z SIWZ.

Odpowiedź nr 3

Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w SIWZ.

Pytanie nr 4 - Pakiet nr 17 poz. 1 -2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie stabilizatorów do rurek intubacyjnych/tracheostomijnych jednokrotnego użytku, które nie podlegają sterylizacji oraz dostarczane są w wersji czystej mikrobiologicznie.

Odpowiedź nr 4

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie stabilizatorów do rurek intubacyjnych/tracheostomijnych jednokrotnego użytku w wersji czystej mikrobiologicznie. Pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie nr 5 - Pakiet nr 17 poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie stabilizatorów do rurek intubacyjnych zapinanych na rzepy posiadających w zestawie samoprzylepny rzep spełniający tą samą funkcję co silikonowy pasek mocujący rurkę.

Odpowiedź nr 5

Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w SWIZ.

Pytanie nr 6 - Pakiet nr 23 poz. 1

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie worków na wymiociny o pojemności 1500 ml?

Odpowiedź nr 6

Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w SIWZ.

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

Z UPOWIĄZNIENIEM
Z-ca DYREKTORA
ds. Finansów i Administracji

mgr inż. Jolanta Raziak