



# WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

51-124 Wrocław, ul. H. Kamińskiego 73a  
telefony: centrala 71 32 70 100, fax 71 32 54 101  
[www.wssk.wroc.pl](http://www.wssk.wroc.pl)

Szp/FZ - 61/18 /2016

Wrocław, dnia 18.01.2017 r.

## INFORMACJA NR 5 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamińskiego 73 a, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: „Dostawa akcesoriów zużywalnych do urządzeń medycznych oraz innych wyrobów medycznych”.

Znak sprawy: Szp/FZ - 61/2016

### Pytanie nr 1 - Pakiet nr 3

#### **Poz. 1 Układ oddechowy**

1) Czy Zamawiający dopuści układ o poniższych parametrach:

- odcinek wdechowy podgrzewany o dł. 120 cm
- niepodgrzewany odcinek przeznaczony do inkubatora o dł. ok. 30 cm
- odcinek wydechowy niepodgrzewany z pułapką wodną
- odcinek pomiarowy do proksymalnego pomiaru ciśnienia
- odcinek łączący nawilżacz z respiratorem
- komplet adapterów umożliwiających stosowanie do różnych typów respiratorów
- komora nawilżacza z automatycznym pobieraniem wody o konstrukcji zapobiegającej nadmiernemu zbieraniu się kondensatu w obwodzie, z pływakiem konwekcyjnym zaopatrzony w nakłuwacz z odpowietrznikiem
- mikrobiologicznie czysty
- układ posiada rury w dwóch różnych kolorach dla odróżnienia wdechu i wydechu
- część Y rozłączna z wejściem do podawania surfaktantu.

2) Czy Zamawiający wymaga, aby układ posiadał zabezpieczenie antybakteryjne oparte na działaniu jonów srebra i był przeznaczony do stosowania w okresie 14 dni?

3) Czy Zamawiający wymaga aby komora nawilżacza posiadała dren do podaży wody o dł. 1,2 m oraz była oznakowana datą ważności i numerem serii na opakowaniu indywidualnym?

#### **Poz. 2 Komora nawilżacza**

1) Czy Zamawiający dopuści komorę z jednym pływakiem zabezpieczającym przed przedostaniem się wody do układu oddechowego?

2) Czy Zamawiający wymaga komory nawilżacza o konstrukcji zapobiegającej nadmiernemu zbieraniu się kondensatu w obwodzie, z drenem do podaży wody o dł. 1,2 m?

3) Czy Zamawiający wymaga aby komora posiadała oznakowanie datą ważności i numerem serii na opakowaniu indywidualnym komory?

#### **Poz. 3 Układ oddechowy**

1) Czy Zamawiający wymaga aby zastawka PEEP oferowanego układu oddechowego posiadała zabezpieczenie przed przypadkowym odkręceniem pokrętki regulatora ciśnienia końcowo-wydechowego oraz podwójnie obrotową regulację układu przy zastawce?

2) Czy w zestawie z układem ma znajdować się zatyczka uszczelniająca?

3) Czy Zamawiający wymaga aby układ posiadał zabezpieczenie antybakteryjne oparte na działaniu jonów srebra?

#### **Odpowiedź nr 1**

##### **Poz. 1) Układ oddechowy**

1) Zamawiający dopuszcza układ o parametrach:

- odcinek wdechowy podgrzewany o dł. 120 cm,
- niepodgrzewany odcinek przeznaczony do inkubatora o dł. ok. 30 cm,
- odcinek wydechowy niepodgrzewany z pułapką wodną,

- odcinek pomiarowy do proksymalnego pomiaru ciśnienia,
  - odcinek łączący nawilżacz z respiratorem,
  - komplet adapterów umożliwiających stosowanie do różnych typów respiratorów,
  - komora nawilżacza z automatycznym pobieraniem wody o konstrukcji zapobiegającej nadmiernemu zbieraniu się kondensatu w obwodzie, z pływakiem konwekcyjnym zaopatrzonego w nakłuwacz z odpowietrznikiem
  - mikrobiologicznie czysty,
  - układ posiada rury w dwóch różnych kolorach dla odróżnienia wdechu i wydechu,
  - część Y rozłączna z wejściem do podawania surfaktantu. Pozostałe parametry bez zmian.
- 2) Zamawiający dopuszcza, aby układ posiadał zabezpieczenie antybakteryjne oparte na działaniu jonów srebra i był przeznaczony do stosowania w okresie 14 dni.
- 3) Zamawiający dopuszcza, aby komora nawilżacza posiadała dren do podaży wody o dł. 1,2 m oraz była oznakowana datą ważności i numerem serii na opakowaniu indywidualnym.

**Poz. 2) Komora nawilżacza**

- 1) Zamawiający dopuszcza komorę z jednym pływakiem zabezpieczającym przed przedostaniem się wody do układu oddechowego.
- 2) Zamawiający dopuszcza komory nawilżacza o konstrukcji zapobiegającej nadmiernemu zbieraniu się kondensatu w obwodzie, z drenem do podaży wody o dł. 1,2 m.
- 3) Zamawiający dopuszcza, aby komora posiadała oznakowanie datą ważności i numerem serii na opakowaniu indywidualnym komory.

**Poz. 3) Układ oddechowy.**

- 1) Zamawiający dopuszcza, aby zastawka PEEP oferowanego układu oddechowego posiadała zabezpieczenie przed przypadkowym odkręceniem pokrętła regulatora ciśnienia końcowo-wydechowego oraz podwójnie obrotową regulację układu przy zastawce.
- 2) W dopuszcza, aby w zestawie z układem znajdowała się zatyczka uszczelniająca.
- 3) Zamawiający dopuszcza, aby układ posiadał zabezpieczenie antybakteryjne oparte na działaniu jonów srebra.

**Pytanie nr 2 - Pakiet nr 6**

**Poz. 1 Układ oddechowy**

- 1) Czy Zamawiający wymaga aby układ oddechowy zawierał antybakteryjną powłokę z zawartością jonów srebra, która eliminuje bakterie na powierzchni układu i chroni go przed namnażaniem się mikroorganizmów?
- 2) Czy Zamawiający wymaga układu oddechowego o następującym składzie:
  - odcinek wdechowy podgrzewany o dł. 120 cm z niepodgrzewanym odcinkiem przeznaczonym do inkubatora o dł. ok. 30 cm
  - odcinek wydechowy
  - generator
  - odcinek pomiarowy do proksymalnego pomiaru ciśnienia dł. 2,1 m
  - odcinek łączący nawilżacz z respiratorem dł. 0,6 m
  - zestaw 3 końcówek donosowych o rozmiarach S, M, L?

**Poz. 2 Czapeczka**

Opisana przez Zamawiającego czapeczka wyposażona w rzep w kształcie litery T nie jest kompatybilna z układem opisany w poz. 1. Prosimy o skorygowanie tego zapisu.

**Poz. 3 Maski nosowa**

Czy Zamawiający dopuści maski w rozm. S, M, L?

**Odpowiedź nr 2**

**Poz. 1) Układ oddechowy.**

- 1) Zamawiający dopuszcza, aby układ oddechowy zawierał antybakteryjną powłokę z zawartością jonów srebra, która eliminuje bakterie na powierzchni układu i chroni go przed namnażaniem się mikroorganizmów.
- 2) Zamawiający dopuszcza zaoferowanie układu oddechowego o następującym składzie:
  - odcinek wdechowy podgrzewany o dł. 120 cm z niepodgrzewanym odcinkiem przeznaczonym do inkubatora o dł. ok. 30 cm
  - odcinek wydechowy
  - generator

- odcinek pomiarowy do proksymalnego pomiaru ciśnienia dł. 2,1 m
- odcinek łączący nawilżacz z respiratorem dł. 0,6 m
- zestaw 3 końcówek donosowych o rozmiarach S, M, L.

**Poz.2) Czapeczka**

Zamawiający wymaga zaoferowania czapeczek kompatybilnych z układem pacjenta (każda czapeczka z trzema rzepami).

**Poz. 3) Maska nosowa**

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie masek w rozm. S, M, L.

**Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmienia nazwę Pakietu nr 2 i nadaje mu nową nazwę „Pakiet nr 2 - Nebulizatory do inhalacji”.**

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

**Załącznik:**

Formularz – Pakiet Nr 2 ( po zmianie)

Z UPOWAŻNIENIEM WZROSTORA  
Z-ca DYREKTORA  
ds. Finansów i Administracji  
mgr inż. Jolanta Rozinek