



# WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

51-124 Wrocław, ul. H. Kamińskiego 73a  
telefony: centrala 71 32 70 100, fax 71 32 54 101  
[www.wssk.wroc.pl](http://www.wssk.wroc.pl)

Szp/FZ - 61/21 /2016

Wrocław, dnia 20.01.2017 r.

## INFORMACJA NR 6 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamińskiego 73 a, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: „Dostawa akcesoriów zużywalnych do urządzeń medycznych oraz innych wyrobów medycznych”.

Znak sprawy: Szp/FZ - 61/2016

### **Pytanie nr 1 - Pakiet nr 2**

#### **Poz. 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Nebulizatora Micromist producenta Teleflex Medical do podawania leku, z antyprzelewową konstrukcją pozwalającą na skuteczne działanie w zakresie 0-90 stopni, ze stabilną podstawką dyfuzora w zakresie 0-360 stopni, o pojemności 6 ml, skalowany z podziałką co 1 ml, z antyprzelewową konstrukcją, średnia średnica nebulizowanych cząstek(MMAD) 2,7 µm potwierdzona w katalogach producenta, czysty biologicznie. W zestawie standardowy dren 210 cm oraz maska pediatryczna wykonana z medycznego PCV z metalowym stabilizatorem na nos.

#### **Poz. 2**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Nebulizatora Micromist producenta Teleflex Medical do podawania leku, z antyprzelewową konstrukcją pozwalającą na skuteczne działanie w zakresie 0-90 stopni, ze stabilną podstawką dyfuzora w zakresie 0-360 stopni, o pojemności 6 ml, skalowany z podziałką co 1 ml, z antyprzelewową konstrukcją, średnia średnica nebulizowanych cząstek(MMAD) 2,7 µm potwierdzona w katalogach producenta, czysty biologicznie. W zestawie standardowy dren 210 cm oraz łącznik T.

#### **Poz. 3**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Nebulizatora Micromist producenta Teleflex Medical do podawania leku, z antyprzelewową konstrukcją pozwalającą na skuteczne działanie w zakresie 0-90 stopni, ze stabilną podstawką dyfuzora w zakresie 0-360 stopni, o pojemności 6 ml, skalowany z podziałką co 1 ml, z antyprzelewową konstrukcją, średnia średnica nebulizowanych cząstek(MMAD) 2,7 µm potwierdzona w katalogach producenta, czysty biologicznie. W zestawie standardowy dren 210 cm, uniwersalny ustnik, łącznik T.

#### **Poz. 4**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Nebulizatora Micromist producenta Teleflex Medical do podawania leku, z antyprzelewową konstrukcją pozwalającą na skuteczne działanie w zakresie 0-90 stopni, ze stabilną podstawką dyfuzora w zakresie 0-360 stopni, o pojemności 6 ml, skalowany z podziałką co 1 ml, z antyprzelewową konstrukcją, średnia średnica nebulizowanych cząstek(MMAD) 2,7 µm potwierdzona w katalogach producenta, czysty biologicznie. W zestawie standardowy dren 210 cm oraz maska dla dorosłych wykonana z medycznego PCV z metalowym stabilizatorem na nos.

### **Odpowiedź nr 1**

*Ad. Poz. 1 – 4.*

*Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w SIWZ.*

### **Pytanie nr 2 - Pakiet nr 10**

1) Jako wieloletni, autoryzowany dystrybutor czujników i urządzeń firmy Masimo w Polsce, informujemy, że od dnia 1 stycznia 2017 roku, firma Masimo zaprzestała produkcji i dystrybucji czujników oraz kabli połączeniowych „LNOP”. Zastąpiono je lżejszymi, delikatniejszymi, odpornymi na wilgoć i zalanie czujnikami o połączeniu „RD”. Dla potwierdzenia załączamy pismo producenta informujące o tej zmianie.

W związku z tym, mając na uwadze dobro Zamawiającego, chcąc zapewnić ciągłość dostaw oraz bezproblemową zmianę czujników z połączenia LNOP na RD, zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem czy będzie wymagał w Pakiecie nr 10 - Czujnik SpO<sub>2</sub> już do defibrylatorów typu Lifepak czujników z połączeniem RD o odpowiednio dedykowanej wadze: Pozycja nr 1 – neonatologiczny 3-20kg, Pozycja nr 2 – pediatryczny 10-50kg, Pozycja nr 3 – dla dorosłych >30kg. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

2) W związku z powyższym, Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem czy będzie wymagał od Oferentów jednorazowego dostarczenia kabli połączeniowych z wtyczką RD lub adapterów połączeniowych do kabli z wtyczką LNOP umożliwiających podłączenie czujników RD w ilości 5 sztuk?

#### **Odpowiedź nr 2**

*Ad.1. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 10 - Czujnik SpO<sub>2</sub> już do defibrylatorów typu Lifepak czujników z połączeniem RD o odpowiednio dedykowanej wadze: Pozycja nr 1 – neonatologiczny 3-20kg, Pozycja nr 2 – pediatryczny 10-50kg, Pozycja nr 3 – dla dorosłych >30kg. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.*

*Ad.2. W przypadku zaoferowania czujników z połączeniem RD Zamawiający wymaga zaoferowania kabli połączeniowych z wtyczką RD lub adapterów połączeniowych do kabli z wtyczką LNOP umożliwiających podłączenie czujników RD w ilości 5 szt.*

#### **Pytanie nr 3 - Pakiet nr 1**

##### **Pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy dla dorosłych mikrobiologicznie czysty, do użytku do wielu pacjentów, pojedynczo pakowany – w zestawie: 2 rury 190cm (po rozciągnięciu), 1 rura 92 cm (do worka), łącznik/kominek 22m/15F-15M z portem Luer-Lock o zatyczką, łącznik Y, łącznik prosty 22M/22M (do worka), bezlateksowy worek 2 L dodatkowo łącznik prosty 22M/19F-22M?

##### **Pozycja nr 2**

Czy Zamawiający dopuści łącznik typu martwa przestrzeń 22F/15F jednorazowego użytku z możliwością regulacji długości przestrzeni w zakresie 70-160 mm i pamięcią kształtu z podwójnym obrotowym krętlikiem oraz portem z zatyczką do odsysania i bronchoskopii, sterylny?

##### **Pozycja nr 3**

Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy jednorazowego użytku anestetyczny pediatryczny dwa ramiona 180cm Ø15mm z zakończeniami 22F/15F od strony pacjenta oraz zakończeniami 22 giętkie od strony aparatu, worek oddech. 2,0 L, ramię dodatkowe 60cm?

##### **Pozycja nr 4**

Obwody oddechowe z PVC o gładkim świetle, dla noworodków 150 cm, trójkąt bez portów, Ø 10mm ze złączami giętkimi 22mm, 22F/15F od strony pacjenta, worek 0,5 L?

#### **Odpowiedź nr 3**

*Ad. Poz. 1 – 4.*

*Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w SIWZ.*

#### **Pytanie nr 4 - Pakiet nr 15 poz. 1-2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie masek tlenowych o średniej koncentracji tlenu, wykonanych z czystego przezroczystego, miękkiego polichlorku winylu (nietoksyczne PCV), polepszającego samopoczucie pacjentów, z elastycznym paskiem mocującym, długość drenu 210 cm, spełniających pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?

#### **Odpowiedź nr 4**

*Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w SIWZ.*

#### **Pytanie nr 5 - Pakiet nr 1**

##### **Poz. 1.**

- 1) Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy dla dorosłych w zestawie: 2 rury 180 cm (po rozciągnięciu), 1 rura 180 cm do worka (po rozciągnięciu), przy spełnieniu pozostałych wymagań?
- 2) Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy dla dorosłych w zestawie z filtrem antybakteryjno-wirusowym pakowanym osobno?
- 3) Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy z bezlateksowym workiem 2 L?

##### **Poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści łącznik o regulowanej długości 8-18 cm?

**Odpowiedź nr 5**

**Ad. Poz. 1**

- 1) Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w SIWZ.
- 2) Zamawiający nie dopuszcza zestawu z filtrem pakowanym osobno.
- 3) Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w SIWZ.

**Ad. Poz. 2.** Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w SIWZ.

**Pytanie nr 6 - Pakiet nr 10 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści nowszy model czujników o nr ref. 1800, przeznaczone dla pacjentów o tym samym przedziale wagowym, co opisany w SIWZ?

**Odpowiedź nr 6**

Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w SIWZ.

**Pytanie nr 7 - Pakiet nr 15**

Czy Zamawiający dopuści maski tlenowe i cewniki wykonane z medycznej jakości PCV?

**Odpowiedź nr 7**

Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w SIWZ.

**Pytanie nr 8 - Dotyczy projektu umowy § 9 ust. 1**

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 9 ust. 1.

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne:

- 1) za opóźnienie w dostarczeniu partii towaru w wysokości 0,5 % wartości brutto partii towaru dostarczonej z opóźnieniem za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnionej w dostarczeniu partii towaru;
- 2) za opóźnienie w usunięciu wad powyżej terminu określonego w § 7 ust. 3 niniejszej umowy w wysokości 0,5% wartości brutto wadliwego przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwego przedmiotu umowy;
- 3) za opóźnienie terminu reklamacji jakości partii towaru określonego w § 7 ust. 6 w wysokości 0,5% wartości brutto reklamowanej partii towaru, której dotyczy opóźnienie za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto reklamowanej partii towaru.

**Odpowiedź nr 8**

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w § 9 ust.1

**Pytanie nr 9 - Dotyczy postanowień siwz i projektu umowy:**

1. Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie wysokości kar umownych w §9 ust. 1.1), 1.2) i 1.3) do 0,2% wartości brutto towaru dostarczonego ze zwłoką za każdy dzień zwłoki.
2. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, ceny netto pozostaną bez zmian, zmianie ulegną jedynie ceny brutto proporcjonalnie do wprowadzonych zmian stawki podatku VAT.

**Odpowiedź nr 9**

**Ad.1.** Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w § 9 ust. 1.

**Ad.2.** Zmianę stawki podatku VAT określa zapis zawarty w § 12 ust. 2 projektu umowy.

Jednocześnie **Zamawiający zmienia odpowiedź** zawartą w Informacji Nr 3 z dnia 17.01.2017r. dotyczącą pytania nr 1.2):

„ 2) poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści przestrzeń martwą rozciągliwą w zakresie 60-150 mm?”, która otrzymuje nowe brzmienie:

„**Ad. 2) poz. 2 - Zamawiający dopuszcza przestrzeń martwą rozciągliwą w zakresie 60 – 150mm**”.

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

Z UPOWAŻNIENIEM DYREKTORA  
Z-ca DYREKTORA  
ds. Finansów i Administracji

mgr inż. *Jadwiga Raziuk*