



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

51-124 Wrocław, ul. H. Kamińskiego 73a
telefony: centrala 71 32 70 100, fax 71 32 54 101
www.wssk.wroc.pl

Szp/FZ - 50/56/2016

Wrocław, dnia 03.02.2017 r.

INFORMACJA NR 4 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamińskiego 73 a, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: „Dostawa urządzeń medycznych różnych”.
Znak sprawy: Szp/FZ - 50/2016

Pytanie nr 1 - Zadanie nr 10

Czy Zamawiający dopuści pulsoksymetr stacjonarno – transportowy wyposażony w jednopacjentowe czujniki SpO2 dla noworodka kompatybilne z systemem BCI?

Odpowiedź nr 1

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pulsoksymetru stacjonarno – transportowego wyposażonego w jednopacjentowe czujniki SpO2 dla noworodka kompatybilne z systemem BCI

Pytanie nr 2 - Zadanie nr 15

1. Czy Zamawiający dopuści Resuscytator Ambu dla noworodków w i niemowląt

Waga pacjenta do 10 kg

Objętość zasobnika tlenu 1500 ml

Objętość silikonowego worka 220 ml

Objętość podawanego gazu do 150 ml

Wszystkie elementy resuscytatora podlegają wielokrotnej sterylizacji w autoklawie. w temp.

134 °C z rezerwuarem tlenu włącznie

Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ

2. Czy Zamawiający dopuści Resuscytator Ambu dla noworodków w i niemowląt

Waga pacjenta do 20 kg

Objętość zasobnika tlenu 1500 ml

Bez określonej objętość silikonowego worka ze względu na elastyczną powłoką

Objętość podawanego gazu do 300 ml

Wszystkie elementy resuscytatora podlegają wielokrotnej sterylizacji w autoklawie. w temp.

134 °C z rezerwuarem tlenu włącznie

Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ

Odpowiedź nr 2

Ad. 1. i Ad. 2

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie Resuscytatora Ambu dla noworodków i niemowląt o nw. parametrach:

- waga pacjenta do 10 kg

- objętość zasobnika tlenu 1500 ml

- objętość silikonowego worka 220 ml

- objętość podawanego gazu do 150 ml

Wszystkie elementy resuscytatora podlegają wielokrotnej sterylizacji w autoklawie. w temp. 134 °C z rezerwuarem tlenu włącznie.

Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 3 - Zadanie nr 16

Czy Zamawiający dopuści resuscytator wielorazowy dla noworodka Ambu

Objętość zasobnika tlenu 1500 ml

Objętość silikonowego worka 220 ml

Objętość podawanego gazu do 150 ml

Worek zbiorczy (rezerwuuar tlenu) wykonany z innego materiału niż silikon, ale nadający sterylizacji w autoklawie. w temp. 134 °C.

Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź nr 3

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie resuscytatora wielorazowego dla noworodka Ambu o parametrach:

- objętość zasobnika tlenu 1500 ml

- objętość silikonowego worka 220 ml

- objętość podawanego gazu do 150 ml

Worek zbiorczy (rezerwuuar tlenu) wykonany z innego materiału niż silikon, ale nadający sterylizacji w autoklawie. w temp. 134 °C.

Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 4 - Zadanie nr 16

- 1) Czy Zamawiający dopuści resuscytator wielorazowy dla noworodka o objętości silikonowego worka 250ml?
- 2) Czy Zamawiający dopuści resuscytator wielorazowy dla noworodka o objętości podawanego gazu 175 ml?
- 3) Czy Zamawiający dopuści resuscytator wielorazowy dla noworodka o maksymalnej częstotliwości wentylacji 180+ oddechów / min?
- 4) Czy Zamawiający dopuści resuscytator wielorazowy dla noworodka bez zastawki akumulatora tlenu?

Odpowiedź nr 4

Ad. 1. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie resuscytatora wielorazowego dla noworodka o objętości silikonowego worka 250ml.

Ad.2. Zamawiający nie dopuszcza resuscytatora wielorazowego dla noworodka o objętości podawanego gazu 175ml.

Ad. 3. Zamawiający nie dopuszcza resuscytatora wielorazowego dla noworodka o maksymalnej częstotliwości wentylacji 180+ oddechów / min.

Ad.4. Zamawiający nie dopuszcza resuscytatora wielorazowego dla noworodka bez zastawki akumulatora tlenu.

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

DYREKTOR SZPITALA

prof. dr hab. Wojciech Wildewicz

(3)