



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

51-124 Wrocław, ul. H. Kamińskiego 73a
telefony: centrala 71 32 70 100, fax 71 32 54 101

www.wssk.wroc.pl

Szp/FZ - 50/ 63 /2016

Wrocław, dnia 07.02.2017 r.

INFORMACJA NR 5 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamińskiego 73 a, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: „Dostawa urządzeń medycznych różnych”.
Znak sprawy: Szp/FZ - 50/2016

Pytanie nr 1 - Zadanie nr 12

- 1) Pkt. 2 i 3 - prosimy o dopuszczenie jednostki sterującej sieciowo-akumulatorowej o wadze 2,3 kg, obsługującej jeden element grzewczy jednocześnie, w przypadku zaoferowania 2 szt. jednostek kontrolnych w jednym zestawie lub dopuszczenie jednostki kontrolnej obsługującej dwa elementy grzewcze, ale o większej wadze tj. 5,8 kg (pkt. 8) i wyższej mocy nominalnej tj. 350W (pkt. 6),
- 2) Pkt. 9 - prosimy o dopuszczenie jednostki kontrolnej wyposażonej w wyświetlacz LCD, pokazujący zadaną i aktualną temperaturę, w której każdy kanał posiada swój przycisk wyboru co umożliwi niezależną regulację temperatury dla każdego z nich, a wyświetlacz podzielony jest na dwie części wyświetlające informacje dla poszczególnych kanałów wraz z informacją o podłączonym elemencie grzewczym – lub, jeśli Zamawiający dopuści kontroler grzewczy z możliwością jednoczesnego podgrzewania jednego elementu grzewczego, prosimy o dopuszczenie kontrolera wyposażonego w wyświetlacz LCD, pokazującego zadaną i aktualną temperaturę oraz posiadającego przyciski do obsługi,
- 3) Pkt. 10 - prosimy o dopuszczenie regulacji temperatury w zakresie 30-39°C, w krokach co 0,1°C,
- 4) Pkt. 11 - czy pod pojęciem alarm czasu należy rozumieć przekroczenie czasu niezbędnego do uzyskania przez element grzewczy zadanej temperatury?
- 5) Pkt. 14 - prosimy o dopuszczenie koca w rozmiarze 60x35x2 cm, lub 80x50x1 cm lub koca becikowego okalającego 65x70x1 cm, spełniającego pozostałe parametry SIWZ,
- 6) Pkt. 18 - w przypadku dopuszczenia koca w rozmiarze 50x50x1 cm prosimy o dopuszczenie mocy do 90W.

Odpowiedź nr 1

Zamawiający wymaga zaoferowania systemów ogrzewania noworodka spełniających wymagania SIWZ.

Pytanie nr 2 - Zadanie nr 10

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy pulsoksymetr stacjonarno-transportowy, z technologią ekstrakcji sygnału gwarantującą pomiar w ruchu i przy niskiej perfuzji, o następujących parametrach:

- Aparat prezentuje dane: Spo2, częstość pulsu, indeks perfuzji, komunikaty alarmowe,
- Zasilanie akumulatorowe z wewnętrznych akumulatorów, min. 48 godzin,
- Wymienialna osłona gumowa,
- Dwa niezależne wyświetlacze LED ,
- Wymiary urządzenia 157 x 76 x 36 mm,
- Waga urządzenia 320 g z baterią,
- Tryby uśredniania: 2, 4, 8, 10, 12, 14, lub 16 sekund,
- Czułość: APÓD, Normalna lub Maksymalna,
- Pomiar saturacji w zakresie (1-100)%,

- Dokładność pomiaru saturacji max. ± 2 cyfry w zakresie min. 70-100%,
- Rozdzielczość pomiaru saturacji min. 1%,
- Pomiar częstości pulsu w zakresie min (25-240) uderzeń/min.
- Dokładność pomiaru częstości pulsu max. ± 3 uderzenia/min.
- Rozdzielczość pomiaru częstości pulsu min. 1 uderzenia/min.
- Rozdzielczość pomiarów:
- Saturacja (%SpO₂): 1 %
- Częstość pulsu (BPM) 1 BPM
- Technologia umożliwiająca pomiar saturacji i tętna u pacjentów o niskiej perfuzji
- Zakres perfuzji 0,02-20,0%
- Dźwiękowa sygnalizacja częstości pulsu z możliwością ustawienia natężenia dźwięku i jego wyłączenia
- Eliminacja artefaktów ruchowych dzięki eliminacji sygnałów z krwi żyłnej
- Wyświetlanie wyników pomiaru saturacji i częstości pulsu w formie cyfrowej.
- Graficzny wskaźnik aktualnego poziomu naładowania akumulatora stale widoczny na ekranie urządzenia
- Alarmy dźwiękowe i świetlne pomiaru saturacji i częstości pulsu
- Indywidualne ustawienia granic alarmów i zapamiętywanie ich przez urządzenie
- Czasowe zawieszenie generowania sygnału alarmowego
- W zestawie kabel połączeniowy z czujnikiem wielorazowym oraz opakowanie (24 szt.) czujników jednopacjentowych w technologii Masimo SET

Odpowiedź nr 2

Zamawiający wymaga zaoferowania urządzenia spełniającego wymagania SIWZ.

Pytanie nr 3 - Dotyczy postanowień SIWZ i projektu umowy

- 1) Czy Zamawiający potwierdza, że gwarancja na urządzenia medyczne nie obejmuje przypadków naturalnego zużycia się (na skutek korzystania z nich przez użytkownika) akcesoriów, części i materiałów/elementów zużywalnych (eksploatacyjnych), a także wyrobów jednorazowego użytku wchodzących w skład przedmiotu umowy, a w szczególności, że nie znajdują do nich zastosowania zapisy dotyczące przedłużenia i odnowienia gwarancji?
Przy odmiennej niż wyżej zaproponowana interpretacji, nie będzie możliwe skalkulowanie ceny oferty na poziomie akceptowalnym dla Zamawiającego, bowiem nie jest możliwe przewidzenie, jaką ilość razy materiały eksploatacyjne będą wymienione – teoretycznie możliwa jest nieograniczona ilość wymian.
- 2) Zwracamy się z prośbą o dodanie do wzoru umowy zapisu o treści: „Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych strony w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT dopuszczają zmianę wartości umowy. W takim przypadku (ustawowej zmiany stawki podatku VAT mającej miejsce przed datą wystawienia faktury) wartość brutto umowy ulegnie automatycznie zmianie proporcjonalnej do wprowadzonych zmian.”
- 3) SIWZ, § 8 ust. 2 pkt. 4) projektu umowy
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w/w zapisu na następujący: „wymiany elementu/podzespołu na nowy w przypadku jego 3-krotnej awarii.”
Wymiana na nowe całego urządzenia, w przypadku trzykrotnej naprawy jednego z jego elementów, nie znajduje racjonalnego uzasadnienia. Powszechna praktyka postępowania w przypadku częstych napraw danej części, modułu, czy podzespołu obejmuje wymianę jedynie takiego elementu na nowy po wystąpieniu określonej liczby awarii.
Wymiana całego urządzenia na nowe, wydaje się być działaniem całkowicie niewspółmiernym w stosunku do zaistniałej szkody (wady podzespołu), tym bardziej biorąc pod uwagę fakt, że przedmiotem niniejszego postępowania są duże, bardzo skomplikowane technologicznie produkty, posiadające wyjątkowo dużą liczbę części i podzespołów. Również z finansowego punktu widzenia pozostawienie ww. zapisu w wersji niezmienionej musiałoby oznaczać wielokrotny wzrost ryzyka poniesienia wysokich kosztów przez Wykonawców, co zaskutkowało musiałoby znaczącym wzrostem cen oferowanych wyrobów. W efekcie będzie to więc niekorzystne także dla Zamawiającego.

- 4) Prosimy Zamawiającego o ujednolicenie zapisów §8 ust. 2 pkt 3) z zapisami Rozdziału III pkt 6 ppkt 3) SIWZ tj. zmianę ww. zapisu umowy na następujący: „naprawy urządzenia medycznego w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych (od poniedziałku do piątku) od daty zgłoszenia awarii, w przypadku konieczności importu części zamiennych lub konieczności naprawy urządzenia poza granicami kraju przy zapewnieniu urządzenia zastępczego na czas naprawy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu naprawy urządzenia do 14 dni roboczych.”
- 5) Prosimy Zamawiającego o ujednolicenie zapisów Rozdziału III pkt 6 ppkt 2) SIWZ z zapisami wzoru umowy §8 ust. 2 pkt 2) tj. zmianę ww. zapisów SIWZ na następujące: „przystąpienia do usunięcia awarii w terminie do 48 godzin w dni robocze (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00) od momentu (...)”.
- 6) Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów §11 ust. 1 pkt. 2) i 3) na następujące:
„2) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy określonego w danym zadaniu w wysokości 0,2% wartości sprzętu dostarczonego ze zwłoką, za każdy dzień zwłoki
3) za zwłokę w naprawie przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wartości brutto sprzętu którego zwłoka w naprawie dotyczy, za każdy dzień zwłoki. W przypadku dostarczenia sprzętu zastępczego kara umowna nie będzie naliczana.”

Odpowiedź nr 3

Ad.1.

Zamawiający potwierdza, że gwarancja na urządzenia medyczne nie obejmuje przypadków naturalnego zużycia się (na skutek korzystania z nich przez użytkownika) akcesoriów, części i materiałów/elementów zużywalnych (eksploatacyjnych), a także wyrobów jednorazowego użytku wchodzących w skład przedmiotu umowy.

Ad.2.

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanego zapisu.

Ad.3.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu zawartego w § 8 ust. 2 pkt. 4) projektu umowy.

Ad.4.

Zamawiający zmienia zapis zawarty w Rozdziale III pkt. 6 ppkt. 3) SIWZ i nadaje mu brzmienie zgodnie z § 8 ust. 2 pkt 3) projektu umowy, który brzmi:

„ 3)naprawy urządzenia w terminie nie dłuższym niż 6 dni roboczych od daty zgłoszenia awarii,”

Ad. 5.

Zamawiający zmienia zapis zawarty w Rozdziale III pkt. 6 ppkt 2 SIWZ i nadaje mu brzmienie zgodnie z § 8 ust. 2 pkt. 2 projektu umowy, który brzmi:

*„2) *)przystąpienia do usunięcia awarii w terminie do 48 godzin w dni robocze (od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00) od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego. Za przystąpienie do usunięcia awarii Zamawiający uzna działanie Wykonawcy, które ma doprowadzić do usunięcia usterki lub rozpoczęcia diagnozy uszkodzenia w drodze telefonicznego wywiadu technicznego, serwisu zdalnego lub wizyty osobistej pracownika działu serwisu Wykonawcy,”*

Ad.6.

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte § 11 ust. 1pkt. 2) i 3).

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

Z UPOMIENIENIEM DYREKTORA
Z-cel...
ds. Finansów i Administracji

mgr inż. J. Dawid Raziuk