



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

51-124 Wrocław, ul. H. Kamińskiego 73a
telefony: centrala 71 32 70 100, fax 71 32 54 101
www.wssk.wroc.pl

Szp/FZ -4 / 67 /2017

Wrocław, dnia 08.02.2017r.

INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamińskiego 73 a, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: „**Dostawa materiałów do badań diagnostycznych**” Znak sprawy: Szp/FZ-4/2017

Pytanie nr 1 dot. Pakietu nr 11, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pokryć higienicznych w rozmiarze 50 cm x 65 m, z przeliczeniem ilości tj. 1154 szt. ?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Wielkość wymaganych rolek dostosowana jest do potrzeb odbiorców i do posiadanych uchwytów.

Pytanie nr 2 dot. Pakietu 1 poz.6

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w powyższej pozycji żelu do ekg w op. po 0,5kg z przeliczeniem wymaganych ilości na 50 sztuk.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 3 dot. Pakietu nr 3 poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w powyższej pozycji elektrod radioprzeziernych do badań 24godzinnnych. Badanie RTG jest badaniem krótkookresowym i nie ma potrzeby utrzymywania elektrody na ciele pacjenta długoterminowo.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 4 dot. Pakietu nr 14 poz. 3

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie papieru przeznaczonego m.in. do aparatu Farum o rozmiarach 120mm x 30 metrów z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości na 33 sztuki. Zaproponowany Państwu papier różni się jedynie długością.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 5 dot. Pakietu nr 14 poz. 4

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie papieru przeznaczonego m.in. do aparatu Farum o rozmiarach 210 mm x 25 metrów z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości na 640 sztuk. Zaproponowany Państwu papier różni się jedynie długością.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 6 dot. Pakietu nr 14 poz. 9

Zwracamy się z prośbą o sprecyzowanie czy w powyższej pozycji wymaga się papieru oryginalnego czy też dopuszcza się papier kompatybilny?

Zamawiający w Pakiecie nr 14 poz. 9 dopuszcza papier kompatybilny.

Pytanie nr 7 dot. Pakietu nr 14 poz. 15

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie papieru przeznaczonego do programatora firmy St. Jude Medical o rozmiarach 210mm x 140mmx 250 kartek z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości na 6 sztuk. Zaproponowany Państwu papier różni się jedynie długością.
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 8 dot. Pakietu nr 14 poz. 17

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie papieru przeznaczonego do programatora firmy Biotronik EPR-1000 Plus o rozmiarach 112mm x 125mmx 200 kartek z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości na 15 sztuk. Zaproponowany Państwu papier różni się jedynie długością.

Zamawiający dopuszcza papier o rozmiarach 112mm x 125mmx 200 kartek z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości.

Pytanie nr 9 dotyczy SIWZ pkt. IX pkt..4

W związku z faktem, że złożenie oferty w postępowaniu przetargowym nie jest czynnością zobowiązującą w rozumieniu prawa cywilnego (a jest nią dopiero podpisanie umowy) chcielibyśmy potwierdzić, że Zamawiający uzna za wystarczające pełnomocnictwo do złożenia oferty przetargowej wskazujące, iż osoba w nim wskazana umocowana jest do przygotowania, podpisania i złożenia oferty przetargowej w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego ? Oczywiście umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie podpisana przez osobę umocowaną do zaciągania zobowiązań i składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Zamawiający uzna za wystarczające pełnomocnictwo do złożenia oferty przetargowej wskazujące, iż osoba w nim wskazana umocowana jest do przygotowania, podpisania i złożenia oferty przetargowej w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego.

Pytanie nr 10 dot. Projektu umowy- §12 ust. 1.1)

Zwracamy się z prośbą o sprecyzowanie zmiany postanowień umowy w przypadku zmiany stawki VAT. Czy w przypadku wzrostu stawki VAT zmianie ulegną ceny brutto przy stałości cen netto?

Zgodnie z zapisami wzoru umowy §12 ust. 2 .."W przypadku zmiany stawki podatku VAT o której mowa w ust 1 pkt 1 niniejszego paragrafu Wykonawca do ceny netto doliczy wysokość stawki podatku VAT obowiązującej w dniu wystawienia faktury.."

Pytanie nr 11 dot. ROZDZIAŁ III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – pkt 4:

Ze względu na specyfikę odczynnika, którego termin ważności określony przez producenta wynosi 12 miesięcy od daty produkcji prosimy o dopuszczenie probówko-strzykawek w pozycjach 1, 2, 5 i 12 formularza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 1.4 - Pakiet nr 4- Zamknięty aspiracyjno-próżniowy system do pobierania krwi, z terminem ważności wynoszącym minimum 6 miesięcy od daty produkcji.

Zamawiający dopuszcza w pakiecie nr 4 poz. 1, 2, 5, 12 termin ważności minimum 6 miesięcy od daty dostawy.

Pytanie nr 12 dot. Pakietu 11, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pokryć higienicznych w rozmiarze 50 cm x 65 m, z przeliczeniem ilości tj. 1154 szt. ?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Wielkość wymaganych rolek dostosowana jest do potrzeb odbiorców i do posiadanych uchwytów.

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

Z UPOWAŻNIENIEM
Z-04
ds. Firmo- i
ds. Firmy- i

mgr ... Jachyma Buziak