

# WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

51-124 Wrocław, ul. H. Kamieńskiego 73a  
telefony: centrala 71 32 70 100, fax 71 32 54 101  
[www.wssk.wroc.pl](http://www.wssk.wroc.pl)

Szp/FZ -4 / 70 /2017

Wrocław, dnia 08.02.2017r.

## INFORMACJA NR 4 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73 a, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: „**Dostawa materiałów do badań diagnostycznych**” Znak sprawy: **Szp/FZ-4/2017**

### Pytanie nr 1 Pakiet nr 11, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji pokrycia higienicznego na kozetkę lekarską o szerokości 50 cm i długości 50 m, z perforacją 38 cm. Dopuszczenie takiego rozwiązania pozwoli nam na złożenie korzystnej cenowo oferty.

**Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 11 poz. 2 pokrycia higieniczne na kozetkę lekarską o szerokości 50 cm i długości 50 m, z perforacją 38 cm**

### Pytanie nr 2 Pakiet nr 7

Czy Zamawiający oczekuje roztworu kontrolnego, który jest niezbędny przy monitorowaniu poprawności i dokładności działania systemu? Jeżeli tak to czy Zamawiający oczekuje roztworu kontrolnego na 3 poziomach (niski, normalny, wysoki)?

**Zamawiający wymaga w Pakiecie nr 7 roztworu kontrolnego na 3 poziomach (niski, normalny, wysoki).**

### Pytanie nr 3 Pakiet nr 7

Czy Zamawiający oczekuje by roztwór kontrolny był przydatny do użytkowania po otwarciu przez okres 6 miesięcy, co pozwoli Zamawiającemu w pełni wykorzystać zawartość fiołki oraz zabezpieczy przed szybkim przeterminowaniem się roztworu po otwarciu?

**Zamawiający wymaga, aby roztwór kontrolny był przydatny do użytkowania po otwarciu przez okres 6 miesięcy.**

### Pytanie nr 4 Pakiet 17 poz. 8:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie etykiet samoprzylepnych rozm.40mmx60mm na pojemniki z nadrukowanym zakresem danych do uzupełnienia tj. data, nr analiza nazwisko oraz linijka do wpisania innych przydatnych informacji?

**Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 17 poz. 8 etykiety samoprzylepne w rozm.40mmx60mm na pojemniki z nadrukowanym zakresem danych do uzupełnienia tj. data, nr analiza nazwisko oraz linijka do wpisania innych przydatnych informacji.**

### Pytanie nr 5 Pakiet 17 poz. 8:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie etykiet w op=1000szt. z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku tj. 2,60 lub przeliczenia ilości z zaokrągleniem do pełnego opakowania tj. 3 opakowań?

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 6 Pakiet 17 poz. 1, 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemników wykonanych z PP? Pozostałe parametry bez zmian.

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**


**Pytanie nr 7 Pakiet 17 poz. 8**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie etykiet samoprzylepnych o wymiarach 42mm x 59,4 mm lub 42,4 mm x 70 mm? Pozostałe parametry bez zmian.

**Zamawiający dopuszcza etykiety o rozmiarach 42mm x 59,4 mm. Pozostałe parametry bez zmian.**

Powyzsze zmiany są integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

Z UPOMIENIENIA  
Z-10-12  
ds. Płatności

mgr inż.  Rafał Białek