



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

51-124 Wrocław, ul. H. Kamińskiego 73a
telefony: centrala 71 32 70 100, fax 71 32 54 101
www.wssk.wroc.pl

Szp/FZ – 53A/ 95 /2016

Wrocław, dnia 13.02.2017 r.

INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamińskiego 73 a, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: „Dostawa implantów ortopedycznych”.
Znak sprawy: Szp/FZ – 53A/2016

Pytanie nr 1 - do Pakietu nr 2

Czy Zamawiający dopuści system endoprotezy bezcementowej z trzpieniem krótkim przynasadowym o następujących parametrach:

Pkt 1.

Trzpień bezcementowy krótki-przynasadowy, tytanowy, prosty, posiadający kształt klina, napyłany tylko w części bliższej okładziną tytanową typu Plasma Spray, w minimum 10 rozmiarach w wersji standardowej i High Offset. Stożek 12/14.

Pkt 2.

Głowa metalowa o średnicy 22mm, 28mm, 32mm i 36mm w minimum 4 długościach szyjki.

Pkt 3.

Głowa ceramiczna typu Biolox Delta o średnicy 28mm, 32mm i 36mm w minimum trzech długościach szyjki

Pkt 4.

Wkład panewki polietylenowy crosslink, mocowany z pomocą tytanowego pierścienia, średnica wewnętrzna 28mm, 32mm i 36mm. Wkład panewki antyluksacyjnej nie zatrzaszkujący się w czaszy panewki, polietylenowy o średnicy wewnętrznej 22mm i 28mm.

Pkt 5.

Wkład panewki ceramiczny typu Biolox Delta, średnica wewnętrzna 28mm, 32mm i 36mm.

Pkt 6.

Panewka bezcementowa typu press-fit wykonana ze stopu tytanu, pokryta tytanową okładziną porowatą napyłaną próżniowo i dodatkowo warstwą hydroksyapatytu, w wersji standardowej i w wersji z 15 stopniowym nawisem. Panewka umożliwiająca dodatkową stabilizację śrubami, z otworami na śruby zaślepionymi fabrycznie. Panewka w rozmiarach średnicy zewnętrznej od minimum 46mm do minimum 70mm ze skokiem co 2mm. Opcjonalnie do wyboru operatora panewka bezcementowa antyluksacyjna w rozmiarach od minimum 44mm do minimum 64mm.

Pkt 7.

Śruby panewkowe o średnicy 6,5mm i długości od 15 do 70mm

Odpowiedź nr 1

Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w SIWZ.

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

DYREKTOR SZPITALA

Prof. dr hab. Wojciech Witkiewicz

(4)