



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

51-124 Wrocław, ul. H. Kamińskiego 73a
telefony: centrala 71 32 70 100, fax 71 32 54 101
www.wssk.wroc.pl

Szp/FZ - 7/ 93 /2017

Wrocław, dnia 10.02.2017 r.

INFORMACJA NR 3 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamińskiego 73 a zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: „Dostawa implantów ortopedycznych stosowanych w chirurgii urazowo - ortopedycznej”

Pytanie nr 1 - dotyczy Pakietu nr 7

Czy zamawiający dopuści, bez zachowania wymagań pierwotnych, produkt o poniższych parametrach?

Czasza bipolarna w rozmiarach 40-60mm, co 1mm. Dostosowana do głów wewnętrznych 28mm; głowa wewnętrzna zatraskiwana dzięki wbudowanemu pierścieniowi polietylenowemu; mocowanie bez demontażu czaszy.

Głowa protezy ze stopu CoCr w minimum czterech wielkościach długości szyjki w średnicy 28mm.

Trzpień cementowany stalowy gładki, bezkołnierzowy w kształcie klina, z centralizerem w 6 rozmiarach do wyboru i 2 opcjach kąta szyjkowo-trzonowego (137,5 i 140st)

Korek dokanałowy wykonany z polietylenu w średnicach 8-16mm

Cement kostny 40g, średniej gęstości (czas wiązania w temp. 21°C - 9min)

Trzpień endoprotezy stawu biodrowego prosty, proporcjonalny, wykonany ze stopu tytanu, w części bliższej pokryty porowatym czystym tytanem i hydroksyapatytem. Dostępny w opcjach kąta szyjkowo-trzonowego (125 i 135st) w 8 rozmiarach dla każdego z kątów.

Pozostałe parametry SIWZ bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

DYREKTOR SZPITALA

Prof. dr hab. Wojciech Witkiewicz

(4)