



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

51-124 Wrocław, ul. H. Kamińskiego 73a
telefony: centrala 71 32 70 100, fax 71 32 54 101
www.wssk.wroc.pl

Szp/FZ -11 /194 /2017

Wrocław, dnia 13.03.2017r.

INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamińskiego 73 a, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: „**Dostawa materiałów do sterylizacji**”
Znak sprawy: Szp/FZ-11/2017

Pytanie nr 1 **Pakiet nr 2 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści wskaźniki typu 6 z punktowym ułożeniem substancji wskaźnikowej, zmieniającej barwę na kolor referencyjny?

Zamawiający podtrzymuje

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 2 **Pakiet nr 4 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści wsad wymienny składający się z 7 opakowań czyścików (miękkich, szorstkich) o wymaganych średnicach, ale w różnych długościach tj. 10mb, 100, 50, 20 szt?

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 4 poz. 1 wsad wymienny składający się z 7 opakowań czyścików (miękkich, szorstkich) o wymaganych średnicach, ale w różnych długościach tj. 10mb, 100, 50, 20 szt.

Pytanie nr 3 dot. projektu umowy § 9 pkt 1

Czy Zamawiający zechce zmniejszyć wysokość kar umownych za zwłokę w dostawie na 0,2% wartości brutto dostarczonej ze zwłoką partii towaru za każdy dzień zwłoki.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 4

W związku ze zmianą podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz polityką compliance koncernu BBraun, stosownie do art. 96 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwracamy się z prośbą o przekazanie danych figurujących w pkt. 4 protokołu tj. danych dotyczących osób wykonujących czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Zamawiający informuje, że osobami wykonującymi czynności w postępowaniu nr Szp/FZ-11/2017 po stronie Zamawiającego są:

1. **Wojciech Witkiewicz**
2. **Jadwiga Raziuk**
3. **Romana Komora**
4. **Monika Wadas**
5. **Mariola Stopka**
6. **Monika Świtoń**

Pytanie nr 5 **Pakiet 3, poz. 3:**

Czy Zamawiające dopuści wkładki zgodne z opisem przedmiotu zamówienia, w opakowaniu a' 64 sztuki, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

Prosimy również o informację, czy ilość opakowań należy zaokrąglić w górę do pełnego opakowania, czy należy zaokrąglić ilość opakowań zgodnie z zasadami matematyki?

Zamawiający dopuszcza w pakiecie nr 3 poz.3 wkładki zgodne z opisem przedmiotu zamówienia, w opakowaniu a' 64 sztuki, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań do 2 miejsc po przecinku np. 3,13 opak.

Pytanie nr 6 **Pakiet 14, poz. 1:**

Czy Zamawiające dopuści produkt zgodny z opisem przedmiotu zamówienia, w opakowaniu a' 100 szt., z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 14 poz. 1 produkt zgodny z opisem zamówienia w opakowaniu a' 100 szt., z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.

Pytanie nr 7 **Pakiet 18, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie równoważne, tj. szczotkę z włosiem wykonanym ze stali nierdzewnej?

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 18 poz. 2 rozwiązanie równoważne, tj. szczotkę z włosiem wykonanym ze stali nierdzewnej.

Pytanie nr 8 **Pakiet 18, poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści szczotkę zgodną z opisem przedmiotu zamówienia, o rozmiarach: dł. 23 cm, szer. 9 cm?

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 18 poz. 3 szczotkę zgodną z opisem przedmiotu zamówienia, o rozmiarach: dł. 23 cm, szer. 9 cm.

Pytanie nr 9 **Pakiet 2, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści testy kompatybilne z przyrządem PCD posiadającym kapsułę wykonaną ze stali kwasoodpornej oraz rurkę z wysokiej wytrzymałości plastiku. Takie wykonanie przyrządu gwarantuje Zamawiającemu większe bezpieczeństwo użytkowania niż w przypadku przyrządu z tworzywa sztucznego.

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 2 poz. 2 testy kompatybilne z przyrządem PCD posiadającym kapsułę wykonaną ze stali kwasoodpornej oraz rurkę z wysokiej wytrzymałości plastiku.

Pytanie nr 10 **Pakiet 10, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści testy mycia umieszczone na specjalistycznym, plastikowym podłożu zawierające mieszaninę odpowiednio dobranych komponentów, posiadające substancję wskaźnikową, umieszczoną w jednym miejscu na teście oraz badające procesy mycia w jednej płaszczyźnie, które pozwalają na sprawdzenie wszystkich czynników mających wpływ na skuteczność procesu mycia?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 11 **Pakiet 10, poz. 1-2**

Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniu po 200 szt? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona.

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 10 poz.1 - 2 testy w opakowaniu po 200 szt, z odpowiednim przeliczeniem wielkości zapotrzebowania.

Pytanie nr 12 Pakiet 13, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści testy kompatybilne z innymi niż wymagany inkubatorem, w przypadku bezpłatnego użyczenia sprzętu na czas trwania umowy?

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 13 poz.1 testy kompatybilne z innym niż wymagany inkubatorem, jedynie w przypadku bezpłatnego użyczenia inkubatora na czas trwania umowy.

Pytanie nr 13 Pakiet 13, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści poświadczenie zgodności wskaźnika z normą referencyjną potwierdzone przez producenta wyrobu?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 14 Pakiet nr 17 - Środki pielęgnacyjne

a) dot. Poz. 1 Czy Zamawiający dopuści olej o pojemności 300ml w ilości 48 sztuk?

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 17 poz. 1 olej o pojemności 300ml w ilości 48 sztuk.

b) dot. poz. 2 Prosimy o informację do prostnic i kątnic jakiego producenta ma być ten preparat i czy wszystkie są akceptowane?

Zamawiający w Pakiecie nr 17 poz. 2 - Preparat w aerozolu do konserwacji prostownic i kątnic - nie wskazuje producenta - wszystkie są akceptowane.

Pytanie nr 15 Pakiet nr 19 - Filtry do kontenerów ze wskaźnikiem procesu klasy I

Czy Zamawiający dopuści filtry w opakowaniach po 100 sztuk przy zachowaniu ogólnej ilości filtrów w ofercie (100 op.)?

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr filtry w opakowaniach po 100 sztuk przy zachowaniu ogólnej ilości filtrów w ofercie (100 op.)

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

Z UPOWAŻNIENIA DYREKTORA
Z-odd. DYREKTORA
ds. Finansów i Administracji

mgr inż. Jadwiga Raziuk