



# WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

51-124 Wrocław, ul. H. Kamińskiego 73a  
telefony: centrala 71 32 70 100, fax 71 32 54 101  
[www.wssk.wroc.pl](http://www.wssk.wroc.pl)

Szp/FZ – 18/274/2017

Wrocław, dnia 14.04.2017 r.

## INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamińskiego 73 a, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: „Dostawa soczewek hydrofobowych”.  
Znak sprawy: Szp/FZ – 18/2017

### Pytanie nr 1 - do Pakietu nr 1

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1 pozycja 1 soczewkę o podanych poniżej parametrach?  
Pozostałe pozycje w pakiecie bez zmian.

Soczewka hydrofobowa jednoczęściowa sferyczna	
Rodzaj soczewki	Jednoczęściowa, sferyczna – z jednorazowym kartridżem
Materiał części optycznej	akryl hydrofobowy jednorodny z filtrem pochłaniającym promieniowanie UV
Stopień uwodnienia materiału w całym przekroju soczewki	poniżej 1%
Średnica optyki	6mm (±0,5mm)
Średnica całkowita	13mm (±0,5mm)
Indeks refrakcji	1,47
Kształt krawędzi części optycznej	Ostro ścięte krawędzie
Zabezpieczenie przed PCO	Ciągła 360° ostra krawędź wyprofilowana na całej części optycznej soczewki
Ilość punktów podparcia soczewki w torbie	3 punkty podparcia
Zakres mocy soczewki	Od +6,0 D do 30,0 D w odstępach co 0,5 D
Angulacja	0 stopni

### Odpowiedź nr 1

Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w SIW w pakiecie nr 1 poz. 1.

### Pytanie nr 2 - do Pakietu nr 1

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1 pozycja 2 soczewkę o podanych poniżej parametrach?  
Pozostałe pozycje w pakiecie bez zmian.

Soczewka hydrofobowa jednoczęściowa sferyczna	
Rodzaj soczewki	Jednoczęściowa, sferyczna – z jednorazowym kartridżem
Materiał części optycznej	akryl hydrofobowy jednorodny z filtrem pochłaniającym promieniowanie UV
Stopień uwodnienia materiału w całym przekroju soczewki	poniżej 1%
Średnica optyki	6mm (±0,5mm)

SPECJALISTA  
ds. Zamówień Publicznych

Barbara Łukasik

Średnica całkowita	13mm ( $\pm 0,5$ mm)
Indeks refrakcji	1,47
Kształt krawędzi części optycznej	Ostro ścięte krawędzie
Zabezpieczenie przed PCO	Ciągła 360° ostra krawędź wyprofilowana na całej części optycznej soczewki
Ilość punktów podparcia soczewki w torbie	3 punkty podparcia
Zakres mocy soczewki	Od +5,0 D do 34,0 D w odstępach co 0,5 D
Angulacja	0 stopni

**Odpowiedź nr 2**

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w pakiecie nr 1 w poz. 2 soczewki o podanych wyżej parametrach.

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

Z UPWAŻNIENIA DYREKTORA  
Z-ca DYREKTORA  
ds. Finansów i Administracji

*mgr inż. Jacek J. Raziuk*

SPECJALISTA  
ds. Zamówień Publicznych

*Barbara Łukasik*  
Barbara Łukasik