

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

51-124 Wrocław, ul. H. Kamieńskiego 73a
telefony: centrala 71 32 70 100, fax 71 32 54 101
www.wssk.wroc.pl

Szp/FZ – 18/280 /2017

Wrocław, dnia 19.04.2017 r.

INFORMACJA NR 2 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73 a, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: „**Dostawa soczewek hydrofobowych**”.

Znak sprawy: Szp/FZ – 18/2017

Pytanie nr 1 – dot. Pakietu nr 1, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w tej pozycji soczewki firmy Hoya Corporation o długości całkowitej 12.5 mm, zakresie mocy od +6.0 do + 30.0 D co 0.5 D, posiadającej końcówki haptenów z PMMA (zapobiegają przyklejaniu się haptenów do optyki podczas implantacji), angulacji części haptycznych 5 stopni, współczynnika refrakcji 1.522, fabrycznie załadowanej w jednorazowy system implantacyjny tzw. preloaded, przy zachowaniu pozostałych parametrów? Jeżeli tak, to prosimy o odstąpienie od wymogu użyczenia injektora do implantacji soczewek.

Odpowiedź nr 1

Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w SIWZ.

Pytanie nr 2 - dot. Pakietu nr 1, poz. 2.

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w tej pozycji soczewki firmy Hoya Corporation o długości całkowitej 12.5 mm, posiadającej końcówki haptenów z PMMA (zapobiegają przyklejaniu się haptenów do optyki podczas implantacji), angulacji części haptycznych 5 stopni, współczynnika refrakcji 1.522, fabrycznie załadowaną w jednorazowy system implantacyjny tzw. preloaded, przy zachowaniu pozostałych parametrów? Jeżeli tak, to prosimy o odstąpienie od wymogu użyczenia injektora do implantacji soczewek.

Odpowiedź nr 2

Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w SIWZ.

Pytanie nr 3 – dot. Pakietu nr 1

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o możliwość składania w tym pakiecie ofert na poszczególne pozycje?

Odpowiedź nr 3

Zamawiający wydziela z Pakietu nr 1 poz. 2 i tworzy z poz. nr 2 Pakiet nr 2. Zamawiający tworzy dwa oddzielne Pakiety tj. Pakiet nr 1 – Soczewki hydrofobowe - MODYFIKACJA oraz Pakiet nr 2 – Soczewki hydrofobowe - MODYFIKACJA.

W związku z powyższym zmianie ulegają zapisy SIWZ i przyjmują brzmienie:

„ROZDZIAŁ III.

Pkt. 2. Rodzaj i minimalne parametry oraz ilości określają formularze asortymentowo – cenowe nr 1.1 i nr 1.2.

Pkt. 3. Przedmiot zamówienia obejmuje również powierzenie Zamawiającemu w depozyt przedmiotu zamówienia określonego w pakiecie nr 1 i w pakiecie nr 2 oraz jego sprzedaż w ilościach niezbędnych do uzupełnienia depozytu na zasadach określonych we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 2 do SIWZ

Pkt. 13. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych – 2 części. Za część należy rozumieć „pakiet”.

Pkt. 14. Wykonawca może złożyć ofertę w odniesieniu do jednej, kilku lub wszystkich części.

WZÓR UMOWY.

§ 1. ust. 1.

1. W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej w trybie przetargu nieograniczonego (sygnatura sprawy Szp/FZ – 18/2017) zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego soczewki hydrofobowe określone w pakiecie nr w asortymencie, ilości oraz cenach jednostkowych zgodnie z ofertą będącą załącznikiem nr 1 do umowy.

Pytanie nr 4 – dot. § 3 ust. 6 projektu umowy

Czy ze względu na fakt, że przedmiot przyszłej umowy stanowi zaledwie dwie pozycje asortymentowe i że Wykonawca nie dysponuje systemem umożliwiającym zapisywanie faktur w wersji elektronicznej w formacie „KAMSOFT-TEKST”, „DATA-FARM” ani też równoważnym, Zamawiający zgodzi się na dostarczenie faktur tylko w wersji papierowej?

Odpowiedź nr 4

Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie faktur w wersji papierowej.

Pytanie nr 5 - dot. Pakiet nr 1

Czy Zamawiający dopuszcza do dostawy soczewki:

Soczewka wewnątrzgałkowa zwijalna asferyczna jednoczęściowa, z materiału hydrofobowego. Filtr UV.

Średnica części optycznej 6,0 mm; długość całkowita 13,00 mm; stopień uwodnienia poniżej 1%; angulacja 0°; dioptraż od 0D do +9D (co 1D), od 10D do 30D (co 0,5D); od 31D do 35D (co 1D); dwie części haptyczne z otworem wzdłuż całego haptyka umożliwiające uzyskanie dużego kąta przylegania do ścianki torebki dla szerokiego zakresu wymiarowego torebki oraz uzyskanie dobrej centracji i stabilizacji soczewki. Zabezpieczenie przed PCO podwójna ostra krawędź na całym obwodzie soczewki 360o. Index refrakcji: 1,47. Implantacja przez cięcie od 2,4 mm.

Odpowiedź nr 5


Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w SIWZ.

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.


Załączniki:

- 1) Pakiet nr 1 – MODYFIKACJA
- 2) Pakiet nr 2 - MODYFIKACJA

SPECJALISTA
ds. Zamówień Publicznych.


Barbara Łukasik

DYREKTOR SZPITALA


Prof. dr hab. Wojciech Witkiewicz
(4)

Załącznik nr 1.1
do oferty na dostawę soczewek hydrofobowych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Szp/FZ-18/2017

pieczęćka nagłówkowa Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Pakiet nr 1 - Soczewki hydrofobowe - MODYFIKACJA

Lp	Asortyment	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	producent kod/nazwa własna
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
1	Soczewka akrylowa hydrofobowa jednoczęściowa z optyką sferyczną		szt.	1 200					

słownie brutto:

data:

Wymagane parametry techniczno - użytkowe:

Poz.1

Soczewki hydrofobowe jednoczęściowe z optyką sferyczną
Średnica części optycznej: 6,0 mm
Długość całkowita: 13,0 mm
Rodzaj części optycznej: dwuwypukła sferyczna część optyczna
Moce soczewek: +6,0 do +30,0 (co 0,5 D); +31,0 do +40,0 (co 1,0 D)
(równoważnik sferyczny w dioptriach)
Ukątownie części haptycznej: 0 Stopni
Współczynnik refrakcji: 1,55
Filtrowanie światła: ultrafiolet
Stopień uwodnienia: poniżej 0,5%
Kartridż do implantacji: tak

* Zamawiający wymaga użyczenia injektora do implantacji soczewek

.....
(podpis i pieczęćka imienna osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Pakiet nr 2 - Soczewki hydrofobowe - MODYFIKACJA

Lp	Asortyment	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	producent kod/nazwa własna
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Soczewka wewnątrzgałkowa, akrylowa hydrofobowa związana jednoczęściowa, tylnokomorowa wraz z kardridżem do implantacji		szt.	400						

słownie brutto:

data:

Wymagane parametry techniczno - użytkowe:
Poz.1

Soczewka wewnątrzgałkowa, akrylowa hydrofobowa związana jednoczęściowa, tylnokomorowa wraz z kardridżem do implantacji:

- Średnica części optycznej: 6,0 mm
- Długość całkowita: 13,0 mm
- Rodzaj części optycznej: asferyczna
- Moce soczewek: od +6,0 do +30,0 (co 0,5D) (równoważnik sferyczny w dioptriach)
- Ukątowanie części haptycznej: 0 stopni
- Współczynnik refrakcji: 1,55
- Stopień uwodnienia: poniżej 0,5%
- Filtrowanie światła: ultrafiolet
- Kartridż do implantacji: tak

* Zamawiający wymaga użyczenia injectora do implantacji soczewek

.....
(podpis i pieczęćka imienna osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)