



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

51-124 Wrocław, ul. H. Kamieńskiego 73a
telefony: centrala 71 32 70 100, fax 71 32 54 101
www.wssk.wroc.pl

Szp/FZ -4A /282/2017

Wrocław, dnia 19.04.2017r.

INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73 a, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: „Dostawa wyrobów medycznych różnych : Szp/FZ-4A/2017

Pytanie nr 1 dot. Pakietu nr 5 - elektrody do badań mózgowych

Prosimy o dopuszczenie specjalizowanej elektrody neurologicznej (służącej między innymi do badań mózgowych potencjałów wywołanych) podłoże wykonane z pianki PCV, wymiary powierzchni kontaktującej się ze skórą 3- x 22 mm.

Odpowiedź nr 1

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 2 dot. Pakietu nr 6 - elektrody radioprzezierne do EKG

Czy Zamawiający wymaga dołączenia oświadczenie producenta o warunkowym bezpieczeństwie oferowanych elektrod EKG w środowisku rezonansu magnetycznego?

Odpowiedź nr 2

Zamawiający dopuszcza dołączenia oświadczenie producenta o warunkowym bezpieczeństwie oferowanych elektrod EKG w środowisku rezonansu magnetycznego.

Pytanie nr 3 dot. Pakietu nr 7 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści pojemnik na kał o pojemności 18ml.?

Odpowiedź nr 3

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 4 dot. Pakietu nr 8 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści kieliszek o pojemności 25ml z podziałką co 5 ml?

Odpowiedź nr 4

Zamawiający dopuszcza kieliszki o pojemności 25ml z podziałką co 5 ml.

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

DYREKTOR SZPITALA

Prof. dr hab. Wojciech Witkiewicz

(4)

STROGIE ZACHOWAĆ
Dot. Zamówienia nr 282/2017
Gladey
M. Gladey