



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

51-124 Wrocław, ul. H. Kamińskiego 73a
telefony: centrala 71 32 70 100, fax 71 32 54 101
www.wssk.wroc.pl

Szp/FZ – 18/287/FZ17

Wrocław, dnia 24.04.2017 r.

INFORMACJA NR 4 DLA WYKONAWCÓW

Dotyczydo postępowania pn.: „Dostawa soczewek hydrofobowych”.
Znak sprawy: Szp/FZ – 18/2017

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamińskiego 73 a, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) jako kierownik Zamawiającego **koryguje treść pytania Nr 2** zadanego przez Wykonawcę do Pakietu nr 1 poz. 2 zamieszczonego w Informacji Nr 1 dla Wykonawców z dnia 14.04.2017r.

W Informacji Nr 1 w pytaniu nr 2 Zamawiający wystąpiła omyłka pisarska i zamiast soczewka sferyczna powinno być **soczewka asferyczna**. Odpowiedź pozostaje bez zmian.

Pytanie Wykonawcy powinno brzmieć:

Pytanie nr 2 - do Pakietu nr 1

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1 pozycja 2 soczewkę o podanych poniżej parametrach? Pozostałe pozycje w pakiecie bez zmian.

Soczewka hydrofobowa jednoczęściowa <u>asferyczna</u>	
Rodzaj soczewki	Jednoczęściowa, asferyczna – z jednorazowym kartridżem
Materiał części optycznej	akryl hydrofobowy jednorodny z filtrem pochłaniającym promieniowanie UV
Stopień uwodnienia materiału w całym przekroju soczewki	poniżej 1%
Średnica optyki	6mm (±0,5mm)
Średnica całkowita	13mm (±0,5mm)
Indeks refrakcji	1,47
Kształt krawędzi części optycznej	Ostro ścięte krawędzie
Zabezpieczenie przed PCO	Ciągła 360° ostra krawędź wyprofilowana na całej części optycznej soczewki
Ilość punktów podparcia soczewki w torbie	3 punkty podparcia
Zakres mocy soczewki	Od +5,0 D do 34,0 D w odstępach co 0,5 D
Angulacja	0 stopni

Odpowiedź nr 2 – bez zmian.

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w pakiecie nr 1 w poz. 2 soczewki o podanych wyżej parametrach.

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

Z UPOWAŻNIENIEM DYREKTORA
Z-ca Dyrektora ds. Finansowych

mgr inż. Michał Reduń