



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

51-124 Wrocław, ul. H. Kamieńskiego 73a
telefony: centrala 71 32 70 100, fax 71 32 54 101
www.wssk.wroc.pl

Szp/FZ – 5A/393/2017

Wrocław, dnia 30.05.2017r.

INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73 a zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) – dalej uPzp - jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: „Dostawa protez naczyniowych do przetok tętniczo-żylnych”

Prosimy o dopuszczenie w miejsce pierwotnych parametrów protezy PTFE do przetok tętniczo-żylnych o 2-warstwowej strukturze ściany, z warstwą elastomeru plus warstwa PTFE, umożliwiającego nakłucie protezy w 24 godziny po implantacji, bez GDS. Końce protezy z pojedynczą warstwą PTFE, celem ułatwienia tunelizacji protezy i szycia. Długość jak w siwz, średnica 6mm. Proteza dostępna w postaci prostej i w postaci pętli.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaferowanie protezy wyspecyfikowanej w zapytaniu.

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

Z UPOWAŻNIENIEM DYREKTORA
Z-ca DYREKTORA
ds. Finansów i Administracji

mgr inż. Jolanta Rozinek

KOORDYNATOR
SEKCJI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
mgr Marzena Paszulewicz