



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

51-124 Wrocław, ul. H. Kamińskiego 73a
telefony: centrala 71 32 70 100, fax 71 32 54 101
www.wssk.wroc.pl

Szp/FZ - 28/392/2017

Wrocław, dnia 31.05.2017r.

INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamińskiego 73 a zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) – dalej uPzp - jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: „Dostawa aparatu USG dla Oddziału Neonatologii”

1. Opis parametru – pkt. 2

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG renomowanego japońskiego producenta posiadający 21-calowy, kolorowy monitor LCD o rozdzielczości 1600x1200 pikseli?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza aparat USG posiadający 21-calowy, kolorowy monitor LCD o rozdzielczości 1600x1200 pikseli.

2. Opis parametru – pkt. 6

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG renomowanego japońskiego producenta posiadający panel dotykowy o wielkości 10,4" cała wspomagający obsługę aparatu oraz pozwalający na zmianę parametrów za pomocą dotyku?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę parametru określonego w zapytaniu.

3. Opis parametru – pkt. 7

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG renomowanego japońskiego producenta wyposażony w panel sterowania umieszczony na ruchomym wysięgniku zapewniającym regulację położenia góra/dół i obrót +/- 25°?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę parametru określonego w zapytaniu.

4. Opis parametru – pkt. 8

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat wyposażony w klawiaturę alfanumeryczną do opisywania badań i wprowadzania danych w systemie będącą integralną częścią panelu sterującego?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza klawiatury alfanumerycznej, która stanowi integralną część panelu sterującego.

5. Opis parametru – pkt. 23

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat posiadający funkcję Dopplera pulsacyjnego (PWD) umożliwiający rejestrowanie prędkości maksymalnej $\pm 7,65$ m/s (przy zerowym kącie bramki)?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę parametru określonego w zapytaniu.

6. Opis parametru – pkt. 28

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat posiadający funkcję Dopplera fali ciągłej umożliwiający rejestrowanie prędkości maksymalnej $\pm 15,92$ m/s (przy zerowym kącie bramki)?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza aparatu, który posiada funkcję Dopplera fali ciągłej o rejestrowanej prędkości maksymalnej na poziomie $\pm 15,92$ m/s (przy zerowym kącie bramki).

7. Opis parametru – pkt. 32

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat nie posiadający funkcji ciągłego automatycznego optymalizowania obrazu 2D uruchamianej przy pomocy jednego przycisku (m. in. automatyczne dopasowanie wzmocnienia obrazu)?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza aparatu, który nie posiada funkcji ciągłego automatycznego optymalizowania obrazu 2D uruchamianej przy pomocy jednego przycisku.

8. Opis parametru – pkt. 45

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat z możliwością rozbudowy o szerokopasmową głowicę convex zbudowaną z 960 elementów akustycznych o kącie skanowania równym 70° ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza aparatu z możliwością rozbudowy o szerokopasmową głowicę convex o kącie skanowania równym 70° .

9. Opis parametru – pkt. 48

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat z możliwością rozbudowy o głowicę przezprzełykową zbudowaną z 128 elementów akustycznych o zakresie pracy od 2.0 do 8.0 MHz?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę parametru określonego w zapytaniu.

10. Opis parametru – pkt. 50

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat z możliwością rozbudowy o szerokopasmową głowicę liniową zbudowaną z 192 elementów akustycznych o zakresie częstotliwości (emitowanych) od 3.0 do 13.0 MHz oraz długość czoła głowicy równym 50mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę parametru określonego w zapytaniu.

11. Opis parametru – pkt. 51

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat z możliwością rozbudowy o szerokopasmową głowicę convex o kącie skanowania równym 70° ?

Odpowiedź: vide odpowiedź na pytanie 8.

12. Opis parametru – pkt. 60

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat bez możliwość rozbudowy o funkcję automatycznego ustawienia parametrów bramki dopplerowskiej w naczyniu (wstawianie bramki, korekcja kąta i kierunku) za pomocą jednego przycisku?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza aparatu bez możliwości rozbudowy o funkcję automatycznego ustawienia parametrów bramki dopplerowskiej w naczyniu (wstawianie bramki, korekcja kąta i kierunku) za pomocą jednego przycisku.

13. Opis parametru – pkt. 64

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat z możliwością rozbudowy o głowicę objętościową typu convex zbudowaną z 192 elementów akustycznych o zakresie pracy od 2.0 do 9.0 MHz oraz endowaginalną zbudowaną z 192 elementów akustycznych o zakresie pracy od 3.0 do 10.0 MHz?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.

14. Opis parametru – pkt. 69

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat o wadze 115 kg?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

Z UPOWAŻNIENIEM DYREKTORA
Z-ca DYREKTORA
ds. Finansów i Administracji
mgr inż. Jadwiga Raziuk