

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

51-124 Wrocław, ul. H. Kamińskiego 73a
telefony: centrala 71 32 70 100, fax 71 32 54 101
www.wssk.wroc.pl

Szp/FZ - 30/ 410 /2017

Wrocław, dnia 12.06.2017 r.

INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamińskiego 73 a zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: „Dostawa łóżek szpitalnych i urządzeń medycznych”

Pytanie nr 1 - dotyczy Załącznika nr 1.1 do SIWZ – Zadanie nr 1 pkt. 3

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny defibrylator/monitor wyposażony w zintegrowany uchwyt do przenoszenia o wadze nie przekraczającej 8,9 kg?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 2 - dotyczy Załącznika nr 1.1 do SIWZ – Zadanie nr 1 pkt. 5

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny defibrylator/monitor wyposażony w metronom, CPR Feedback, wspomaganie wykonywania poprawnie ucisków klatki piersiowej, animacje wyświetlane na ekranie wskazujące działania ratownicze w trybie AED?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Zadaniu nr 1 defibrylatora wyposażonego w metronom, CPR Feedback, wspomaganie wykonywania poprawnie ucisków klatki piersiowej, animacje wyświetlane na ekranie wskazujące działania ratownicze w trybie AED. Pozostałe parametry zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 3 - dotyczy Załącznika nr 1.1 do SIWZ – Zadanie nr 1 pkt. 9

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny defibrylator/monitor posiadający 23 różne poziomy energii defibrylacji? 23 dostępnych poziomów energii zapewnia możliwość precyzyjnego dostosowania wartości energii w zależności od prowadzonej przez Użytkownika terapii.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Zadaniu nr 1 defibrylatora posiadającego 23 różne poziomy energii defibrylacji. Pozostałe parametry zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 4 - dotyczy Załącznika nr 1.1 do SIWZ – Zadanie nr 1 pkt. 17

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny defibrylator/monitor z funkcją automatycznego testu po każdym włączeniu urządzenia z możliwością wydruku wyniku?

Urządzenie posiada wskaźnik gotowości do pracy widoczny nawet przy wyłączonym urządzeniu.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 5 - dotyczy Załącznika nr 1.1 do SIWZ – Zadanie nr 1 pkt. 19

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny defibrylator/monitor z zakresem pomiaru częstości akcji serca w zakresie od 30 do 300 uderzeń/min?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Zadaniu nr 1 defibrylatora z zakresem pomiaru częstości akcji serca w zakresie od 30 do 300 uderzeń/min. Pozostałe parametry zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 6 - dotyczy Załącznika nr 1.1 do SIWZ – Zadanie nr 1 pkt. 20

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny defibrylator/monitor posiadający wzmocnienie sygnału w zakresie od 2,5 do 40 mm/mV (0,25 - 4,0 cm/mV), 5 poziomów?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 7 - dotyczy Załącznika nr 1.1 do SIWZ – Zadanie nr 1 pkt. 18

Czy zamawiający dopuści nowoczesny defibrylator/monitor wyposażony w 5 odprowadzeniowy kabel EKG umożliwiający jednoczesną obserwację (I, II, III, aVR, aVL, aVF i V)?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Zadaniu nr 1 defibrylatora wyposażonego w 5 odprowadzeniowy kabel EKG umożliwiający jednoczesną obserwację (I, II, III, aVR, aVL, aVF i V). Pozostałe parametry zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 8 - dotyczy Załącznika nr 1.1 do SIWZ – Zadanie nr 1

Czy Zamawiający będzie wymagał aby nowoczesny defibrylator/monitor wyposażony był w duży, kolorowy ekran o przekątnej minimum 8" z prezentacją minimum 3 krzywych dynamicznych? Pozwoli to na zdecydowanie łatwiejszą pracę przy pacjencie.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Zadaniu nr 1 defibrylatora wyposażonego w duży, kolorowy ekran o przekątnej minimum 8" z prezentacją minimum 3 krzywych dynamicznych. Pozostałe parametry zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 9 - dotyczy Załącznika nr 1.1 do SIWZ – Zadanie nr 1

Czy Zamawiający będzie wymagał aby nowoczesny defibrylator/monitor posiadał zakres defibrylacji półautomatycznej (AED) od 150 do 360 J dla osób dorosłych i 40 do 90 J dla dzieci - wartości energii dla 1, 2 i 3 defibrylacji programowane przez użytkownika w obu trybach? Oferowany sposób regulacji defibrylacji pozwala na defibrylację tak dorosłych jak również dzieci.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Zadaniu nr 1 defibrylatora z zakresem defibrylacji półautomatycznej (AED) od 150 do 360 J dla osób dorosłych i 40 do 90 J dla dzieci - wartości energii dla 1, 2 i 3 defibrylacji programowane przez użytkownika w obu trybach. Pozostałe parametry zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 10 - dotyczy Załącznika nr 1.1 do SIWZ – Zadanie nr 1


Czy Zamawiający będzie wymagał aby nowoczesny defibrylator/monitor był wyposażony w łyżki twarde ze wskaźnikiem poprawnego kontaktu z ciałem pacjenta?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Zadaniu nr 1 defibrylatora wyposażonego w łyżki twarde ze wskaźnikiem poprawnego kontaktu z ciałem pacjenta. Pozostałe parametry zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

Z UPOWAŻNIENIEM DYREKTORA
Z-ca Dyrektora
ds. Finansów i Administracji

mgr inż.  Marianna Raziuk