



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

51-124 Wrocław, ul. H. Kamińskiego 73a
telefony: centrala 71 32 70 100, fax 71 32 54 101
www.wssk.wroc.pl

Szp/FZ - 30/ 421 /2017

Wrocław, dnia 16.06.2017 r.

INFORMACJA NR 5 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamińskiego 73 a zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: „Dostawa łóżek szpitalnych i urządzeń medycznych”

Pytanie nr 1 - dotyczy Zadania nr 3 - Łóżko rehabilitacyjne – 16 szt.

1. Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem 4 segmentowym wypełnionym panelami tworzywowymi, po jednym panelu w każdym segmencie, panele gładkie, łatwo demontowalne, lekkie, waga pojedynczego panelu do 1 kg, nadające się do dezynfekcji?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 2 - dotyczy Zadania nr 6 – Wózek medyczny – 2 szt.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka (o przemyślanej konstrukcji, z rozwiązaniami użytkowymi stanowiącymi o jego wysokiej funkcjonalności i komforcie użytkownika) o następujących parametrach:

- Konstrukcja (szkielet) wózka z anodowanego wytłaczanego aluminium,
- Części boczne i tył wózka wykonane z tworzywa sztucznego o wysokiej trwałości,
- Błat wykonany z odpornego tworzywa ABS,
- Konstrukcja wózka wyposażona w centralny system zamknięcia szuflad na klucz,
- Wymiary zewnętrzne wózka: 662 x 594 x 1050 h mm (z wyposażaniem: uchwytem na pojemnik na odpady ostre i uchwytem na butlę z tlenem – szer. 800 mm),
- Wózek wyposażony w 5 szuflad:
 - 2 szuflady o wys. 76 h mm
 - 2 szuflady o wys. 156 h mm
 - 1 szuflada o wys. 236 h mm
- Szuflady wykonane w formie odlewu (z natryskowo formowanego tworzywa stanowiącego połączenie PC i ABS – łączącego zalety obu tych tworzyw, w tym wysokiej odporności na m.in. uszkodzenia mechaniczne), bez miejsc łączenia i składania gwarantujące łatwe utrzymanie w czystości,

- Szuflady z ergonomicznymi uchwytami na całej długości szuflady, czoła szuflad z miejscem na umieszczenie opisu zawartości, z całkowitym wysuwem, samo domykające się, wyjmowane bez użycia narzędzi,
- Pojemniki szuflad jednoczęściowe odlane z ABS – na wyposażeniu 4 szuflad,
- Układ jezdny wysoce mobilny: 4 obrotowe koła \varnothing 150 mm, w tym 2 z blokadą, nie brudzące podłoża, rozmieszczone w sposób zapewniający doskonałą zwrotność wózka,
- Wyposażenie wózka:
 - Błat zabezpieczony przed zsuwaniem się przedmiotów,
 - Ergonomiczne uchwyty do prowadzenia (przetaczania) wózka – zintegrowane z blatem,
 - Uchwyt na pojemnik na zużyte igły mocowany na szynie z boku wózka,
 - Otwieracz ampułek,
 - Przestrzeń na cewniki wbudowana w tylną konstrukcję wózka, przeznaczona do cewników o różnych długościach,
 - Przestrzeń na butelkę, z pasem mocującym, wbudowany w tylną konstrukcję wózka,
 - Dwie transparentne odchylane kieszenie,
 - Półka z boku wózka na żel,
 - Uchwyt na butlę z tlenem,
 - Wyposażenie wózka nie powodujące zwiększenia podanych gabarytów wózka,
 - Możliwość wyboru kolorystyki oznaczeń uchwytów szuflad (9 kolorów oznaczeń do wyboru),
 - Z tyłu wózka, wbudowana w jego konstrukcję, dodatkowa przestrzeń na np. pudełko z rękawiczkami,
 - Dół wózka zabezpieczony odbojem na całym obwodzie wykonanym z ABS,

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 3 - dotyczy Zadania nr 7 – Wózek anesteziologiczny zabiegowy reanimacyjny – 1 szt.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka (o przemyślanej konstrukcji, z rozwiązaniami użytkowymi stanowiącymi o jego wysokiej funkcjonalności i komforcie użytkowania) o następujących parametrach:

- Konstrukcja (szkielet) wózka z anodowanego wytłaczanego aluminium,
- Części boczne i tył wózka wykonane z tworzywa sztucznego o wysokiej trwałości,
- Błat wykonany z odpornego tworzywa ABS,
- Konstrukcja wózka wyposażona w centralny system zamknięcia szuflad na klucz,
- Wymiary zewnętrzne wózka: 662 x 594 x 1050 h mm (z wyposażaniem: uchwytem na butlę z tlenem szer. 740 mm, wysokość z nadstawką 1700 h mm),
- Wózek wyposażony w 5 szuflad:
 - 2 szuflady o wys. 76 h mm,
 - 2 szuflady o wys. 156 h mm,
 - 1 szuflada o wys. 236 h mm,

- Szuflady wykonane w formie odlewu (z natryskowo formowanego tworzywa stanowiącego połączenie PC i ABS – łączącego zalety obu tych tworzyw, w tym wysokiej odporności na m.in. uszkodzenia mechaniczne), bez miejsc łączenia i składania gwarantujące łatwe utrzymanie w czystości,
- Szuflady z ergonomicznymi uchwytami na całej długości szuflady, czoła szuflad z miejscem na umieszczenie opisu zawartości, z całkowitym wysuwem, samo domykające się, wyjmowane bez użycia narzędzi,
- Pojemniki szuflad jednoczęściowe odlane z ABS – na wyposażeniu 4 szuflad,
- Układ jezdny wysoce mobilny: 4 obrotowe koła Ø 150 mm, w tym 2 z blokadą, nie brudzące podłoża, rozmieszczone w sposób zapewniający doskonałą zwrotność wózka,
- Wyposażenie wózka:
 - Błat zabezpieczony przed zsuwaniem się przedmiotów,
 - Ergonomiczne uchwyty do prowadzenia (przetaczania) wózka – zintegrowane z blatem,
 - Uchwyt na pojemnik na zużyte igły mocowany do wysięgnika nadstawki,
 - Otwieracz ampułek,
 - Przestrzeń na cewniki wbudowana w tylną konstrukcję wózka, przeznaczona do cewników o różnych długościach,
 - Przestrzeń na butelkę, z pasem mocującym, wbudowany w tylną konstrukcję wózka,
 - Dwie transparentne odchylane kieszenie,
 - Półka z boku wózka na żel,
 - Uchwyt na butlę z tlenem,
 - Nadstawka z uchwytem na 3 pudełka na rękawiczki mocowanym, na szynie,
 - Półka ze stali nierdzewnej montowana na nadstawce, na szynie,
 - Półka tworzywowa z podziałką na 4 części montowana na nadstawce, na szynie,
 - Wyposażenie wózka nie powodujące zwiększenia podanych gabarytów wózka,
 - Możliwość wyboru kolorystyki oznaczeń uchwytów szuflad (9 kolorów oznaczeń do wyboru),
 - Z tyłu wózka, wbudowana w jego konstrukcję, dodatkowa przestrzeń na np. pudełko z rękawiczkami,
 - Dół wózka zabezpieczony odbojem na całym obwodzie wykonanym z ABS

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

Z UPOMIENIEM EMPREKATORA
Z-ca Dyrektora
ds. Finansów i Administracji

mgr inż. Jadwiga Rosalik

SPECJALISTA
ds. Zamówień Publicznych

inż. Monika Wejciechowska