



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

51-124 Wrocław, ul. H. Kamińskiego 73a
telefony: centrala 71 32 70 100, fax 71 32 54 101
www.wssk.wroc.pl

Szp/FZ - 19/ 458 /2017

Wrocław, dnia 04.07.2017 r.

INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamińskiego 73 a zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: „**Przebudowa części pomieszczeń budynku „B” na potrzeby Bloku Operacyjnego – Etap I – Sale operacyjne**”

Pytanie nr 1 – dotyczy Załącznika nr 10 – kolumna anestezyjologiczna – 5szt.

Czy Zamawiający dopuści powszechnie stosowaną kolumnę anestezyjologiczną z poziomą konsolą w której punkt odciągu gazów poanestetycznych - AGSS będzie umieszczony na dolnej ścianie konsoli. Powyższe rozwiązanie jest ergonomiczne i ułatwia podłączenie aparatu anestezyjologicznego z kolumną.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza do zaoferowania kolumnę anestezyjologiczną z poziomą konsolą w której punkt odciągu gazów poanestetycznych - AGSS będzie umieszczony na dolnej ścianie konsoli. Pozostałe parametry zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

Z UPOWAŻNIENIEM DYREKTORA
Z-za DYREKTORA
ds. Finansowo-Administracji

mgr inż. Jolanta Raziuk

SPECJALISTA
ds. Zamówień Publicznych
WV
inż. Monika Węclichowska