



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

51-124 Wrocław, ul. H. Kamieńskiego 73a
telefony: centrala 71 32 70 100, fax 71 32 54 101
www.wssk.wroc.pl

Szp/FZ -31.1 / 478 /2017

Wrocław, dnia 12.07.2017r.

INFORMACJA NR 7 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73 a, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: „**Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku – część II pakiety od 61 do 123.**” **Znak sprawy: Szp/FZ-31.1/2017**

Pytanie nr 1 Dotyczy pakietu nr 94, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści i wymaga poniższego rozwiązania w pakiecie nr 94:

Poz. 1 – worek laparoskopowy samorozprężalny 10 mm z metalową, automatycznie otwierana obręczą i rękojeścią nożycową z trzema zamkniętymi uchwytami na palec, wzmacniane dno, samozaciągająca nić, worek zsuwany z obręczy, rozmiar worka **14,5 x 9 cm** – 250 ml.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza worek laparoskopowy wyspecyfikowany powyżej w zapytaniu.

Pytanie nr 2 Dotyczy pakiet nr 94, pozycja 1

Poz. 2 – worek laparoskopowy samorozprężalny 10 mm z metalową, automatycznie otwierana obręczą i rękojeścią nożycową z trzema zamkniętymi uchwytami na palec, wzmacniane dno, samozaciągająca nić, worek zsuwany z obręczy, rozmiar worka **13 x18cm** – 600 ml.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.

Jednocześnie zamawiający prostuje omyłkę zaistniałą w Informacji nr 5 dla Wykonawców z dn. 06.07.2017 r. Odpowiedź na pytanie nr 11 dotyczące Pakietu 111 poz. 1 powinna brzmieć następująco:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 111 poz. 1 zaferowanie cewnika dufour wykonanego z półtwardego lateksu, trójdrożnego, balon o pojemności 50 ml lub 80 ml, sterylne z osobno pakowaną zatyczką.

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

mgr inż. Jadwiga Kaziuk
Z-CA DYREKTORA
Z-CA FINANSÓW I ADMINISTRACJI
Z UPOWAŻNIENIEM DYREKTORA