



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

51-124 Wrocław, ul. H. Kamińskiego 73a
telefony: centrala 71 32 70 100, fax 71 32 54 101

www.wssk.wroc.pl

Szp/FZ – 12A/481 /2017

Wrocław, dnia 14.07.2017 r.

INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamińskiego 73 a, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: „Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku stosowanych w Pracowni Naczyń Obwodowych”.

Pytanie nr 1 – dot. Pakietu nr 6 – balon uwalniający lek – DEB

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 6 – balon uwalniający lek – DEB – cewników balonowych o poniższych parametrach:

W pozycji nr 1:

- kompatybilne z przewodnikiem 0,014”
- cewnik balonowy pokryty Paklitakselem w technologii TransferTech
- antyłamliwe, równomierne, wielowarstwowe pokrycie
- dawka Paklitakselu 3 ug/mm²
- zapewniona stabilność pokrycia podczas doprowadzania
- system OTW
- długości balonu: 20 mm, 40 mm, 60 mm, 80 mm, 120 mm, 150mm, 200mm
- średnica balonu: 1,50 mm, 2,00 mm, 2,5 mm, 3,00 mm, 3,5 mm, 4,00 mm, 5,00 mm, 6,00mm, 7,00mm, 8,00 mm
- Długość cewnika 150 cm/140cm/100cm
- ciśnienie nominalne 6-7 atm
- RBP 14-16atm
- kompatybilny z introduktorem 4 F -5F(dla średnic 7-8mm)
- czas uwalniania leku 30-60sek

W pozycji 2

- kompatybilne z przewodnikiem 0,035”
- cewnik balonowy pokryty Paklitakselem w technologii TransferTech
- antyłamliwe, równomierne, wielowarstwowe pokrycie
- dawka Paklitakselu 3 ug/mm²
- zapewniona stabilność pokrycia podczas doprowadzania
- system OTW
- długości balonu: 20 mm, 40 mm, 60 mm, 80 mm, 120 mm, 150mm
- średnica balonu: 5mm, 6mm, 7mm
- Długość cewnika 80cm lub 140 cm
- ciśnienie nominalne 6-7 atm
- RBP 16atm
- kompatybilny z introduktorem 5F-6F(dla średnic 6-7mm)
- czas uwalniania leku 30-60sek

Odpowiedź nr 1

Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w SIWZ.

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

SPECJALISTA
ds. Zamówień Publicznych

Barbara Łukasik

Z UPOWIĄZNIENIA DYREKTORA
Za DYREKTORA
ds. Finansów i Administracji

mgr inż. Jadwiga Raziuk