



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

51-124 Wrocław, ul. H. Kamieńskiego 73a
telefony: centrala 71 32 70 100, fax 71 32 54 101
www.wssk.wroc.pl

Szp/FZ -33 / 678 /2017

Wrocław, dnia 08.08.2017r.

INFORMACJA NR 7 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73 a, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: „**Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku stosowanych w Pracowni Endoskopowej**” Znak sprawy: Szp/FZ-33/2017

Pytanie nr 1 Pakiet 4

Czy Zamawiający w ramach poprawy konkurencyjności dopuści: Pętla do polipektomii obrotowa, jednorazowego użytku, plecionka, owalna, śr. pętli 10mm; 15mm; 24mm; 36mm. Śr. osłonki 2,3mm. Funkcja rotacji. Dł. narzędzia 230cm. Min. Śr. kanału roboczego 2,8mm. Rękojeść skalowana co 5mm.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie nr 2 Pakiet 9

Czy Zamawiający w ramach poprawy konkurencyjności dopuści: Stent samorozprężalny nitinolowy do dwunastnicy, pokryty silikonem z dwóch stron, uwalniany rękojeścią dwuczęściową umożliwiającą pracę w dwie strony, możliwość uwalniania i chowania stentu do koszulki, repozycjonowanie w czasie uwalniania protezy, wymagane rozmiary: 6, 8, 10 i 12 cm. Cewnik wprowadzający 10Fr.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie nr 3 Pakiet 10

Czy Zamawiający w ramach poprawy konkurencyjności dopuści: cewnik balonowy trójkanałowy w zestawie 3 skalibrowane strzykawki. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie nr 4 Pakiet 21

Czy Zamawiający w ramach poprawy konkurencyjności dopuści: stent samorozprężalny nitinolowy do przełyku, pokryty silikonem z dwóch stron, uwalniany rękojeścią dwuczęściową umożliwiającą pracę w dwie strony, możliwość uwalniania i chowania stentu do koszulki, repozycjonowanie w czasie jak i po rozłożeniu protezy, wymagane rozmiary: 8, 10, 12 i 14cm. Cewnik wprowadzający 8mm.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie nr 5 Pakiet 25

Czy Zamawiający w ramach poprawy konkurencyjności dopuści: zestaw do opaskowania żyłaków przełyku, 6-gumkowy, przedostatnia gumka odróżniająca się kolorem od pozostałych.

Pytanie nr 6 Pakiet 29

Czy Zamawiający w ramach poprawy konkurencyjności dopuści: stent samorozprężalny nitinolowy jelitowy, dobrze widoczny w promieniach RTG, niepokrywany, zestaw wprowadzający o śr. 10Fr, średnica stentu: 25mm; długości stentu: 8, 10, 12cm, dł. zestawu wprowadzającego 230cm.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie nr 7 Pakiet 30

Czy Zamawiający w ramach poprawy konkurencyjności dopuści: balony trójstopniowe do poszerzania zwężeń przełyku, odźwiernika, jelita oraz brodawki Vater, kateter o średnicy 7Fr i długości 180 cm i 230cm (do wyboru), cewnik zawiera metkę z jednoznaczną informacją o średnicach i odpowiadającym im ciśnieniu. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie nr 8 Pakiet 37

Czy Zamawiający w ramach poprawy konkurencyjności dopuści: jednorazowa szczoteczka dwustronna do czyszczenia kanałów endoskopów; długość robocza 2300mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 37 jednorazową szczoteczkę dwustronną do czyszczenia kanałów endoskopów; długość robocza 2300mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Pytanie nr 9 Pakiet 40

Czy Zamawiający w ramach poprawy konkurencyjności dopuści: protezy dróg żółciowych typu podwójny pig tail o długości 5, 7, 9, 12, 15cm i średnicy 8.5, 10, 11,5Fr.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 40 protezy dróg żółciowych typu podwójny pig tail o długości 5, 7, 9, 12, 15cm i średnicy 8.5, 10, 11,5Fr.

Pytanie nr 10 Pakiet 58

Czy Zamawiający w ramach poprawy konkurencyjności dopuści: prowadnica do zabiegów endoskopowych, z hydrofilną końcówką o dł. 65mm, sztywność standardowa. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie nr 11 Pakiet 60

Czy Zamawiający w ramach poprawy konkurencyjności dopuści: sfinkterotom jednorazowego użytku, w zestawie z prowadnicą 0,035 o dł. 450 cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie nr 12 Pakiet 63

Czy Zamawiający w ramach poprawy konkurencyjności dopuści: proteza somorozprężalna do przetyku umieszczana w pobliżu UES, średnica 20, 24mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie nr 13 Pakiet 65

Czy Zamawiający w ramach poprawy konkurencyjności dopuści: koszyk trapezoidalny w teflonowym panczerzu do ekstrakcji złożeń, z funkcją awaryjnej litotrypsji, z zabezpieczeniem przed uwięzieniem złożeń wewnątrz kosza, rozmiar kosza: 3 x 5,5cm.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie 14 Pakiet 68

Czy Zamawiający w ramach poprawy konkurencyjności dopuści: pętle do polipektomii owalne jednorazowego użytku, wykonane z plecionego drutu o średniej sztywności, długość robocza 230cm, średnice otwartej pętli: 10, 15, 24, 36mm, rękojeść skalowana.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie nr 15 Pakiet 71

Czy Zamawiający w ramach poprawy konkurencyjności dopuści: klipsy hemostatyczne jednorazowego użytku o długości narzędzia 230 cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie nr 16 Pakiet 74 Poz. 1

Czy Zamawiający w ramach poprawy konkurencyjności dopuści:

Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku, łyżeczki z okienkiem typu szczęki aligatora, rozwarcie łyżeczek 6,7mm, pojemność łyżeczek 7,7mm³, w opakowaniu 10 sztuk oddzielnie zapakowanych, sterylizowane ETO. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie nr 17 Pakiet 74 Poz. 2

Czy Zamawiający w ramach poprawy konkurencyjności dopuści:

Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku rozwarcie łyżeczek 4,5mm, pojemność łyżeczek 2,7mm³; długość narzędzia, w opakowaniu 10 sztuk oddzielnie zapakowanych, sterylizowane ETO. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie nr 18 Pakiet 74 Poz. 3

Czy Zamawiający w ramach poprawy konkurencyjności dopuści:

Jednorazowy standardowy ustnik z gumką wykonaną z silikonu, 100 sztuk w opakowaniu. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 74 poz.3 jednorazowy standardowy usztywniacz z gumką wykonaną z silikonu, 100 sztuk w opakowaniu. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

Z UPoważNIENIA DyREKTORA
Z-ca DyREKTORA
ds. Finansów i Administracji

mgr inż. Jadwiga Raziuk

SPECJALISTA
ds. Zamówień Publicznych

Wadas
Monika Wadas