



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

51-124 Wrocław, ul. H. Kamińskiego 73a
telefony: centrala 71 32 70 100, fax 71 32 54 101
www.wssk.wroc.pl

Szp/FZ -33 / 683/2017

Wrocław, dnia 08.08.2017r.

INFORMACJA NR 3 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamińskiego 73 a, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: „Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku stosowanych w Pracowni Endoskopowej” Znak sprawy: Szp/FZ-33/2017

Pytanie nr 1 Pakiet nr 2

Czy Zamawiający dopuści igłę do ostrzykiwania o średnicy igły 0,7 mm, dł. ostrza 4 lub 6 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie nr 2 Pakiet nr 4

Czy Zamawiający dopuści pętle do polipektomii obrotowe, jednorazowego użytku, plecionka. Owalna. O średnicach 15 mm, 25 mm, 35 mm. Średnica osłonki 2,5 mm. Pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie nr 3 Pakiet nr 10

Czy Zamawiający dopuści cewnik balonowy trójkanałowy do usuwania złogów z dróg żółciowych; średnica balonu 9 mm, 13 mm, 16 mm, marker RTG pod balonem, ujście kontrastu powyżej lub poniżej balonu; zalecany przewodnik - .035". Cewnik z balonem o średnicy 7,5 Fr. Ramiona balonu zaokrąglone. Napętnianie balonu do różnych rozmiarów przy pomocy trzech strzykawek.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie nr 4 Pakiet 23

Czy Zamawiający dopuści sfinkterotom do zabiegów BII, cewnik 7,65 Fr dł. cięciwy 20 mm, na przewodnik 0,035

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie nr 5 Pakiet 27

Czy Zamawiający dopuści balon do rozszerzania dróg żółciowych, z zaokrąglonymi końcami, dł. balonu 2cm i 3cm, średnica balonu 4, 6, 8 mm (do wyboru), możliwość podania kontrastu z blokadą wypływu, współpracuje z przewodnikiem .035" o dł. 260 oraz 450 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie nr 6 Pakiet 30

Czy Zamawiający dopuści Balony trójstopniowe do poszerzania zwężeń przełyku, odźwiernika, jelita oraz brodawki Vatera z fabrycznie zmontowanym przewodnikiem, długości 230cm, z dwoma radiocieniującymi znacznikami, średnice balonów współpracują z kanałami roboczym endoskopu o śr. 2.8 mm, 3,2 mm, opakowanie sterylne.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie nr 7 Pakiet 35

Czy Zamawiający dopuści igłę biopsyjna do EUS'a ukierunkowana na zmiany podśluzówkowe żołądkowo-jelitowe, charakteryzuje się wysoką echogenicznością, średnica igły 22 G, koszulka 5.4 FR, minimalny kanał roboczy 2.0 mm, wysunięcie igły 0-8,5 cm, w zestawie strzykawka o objętości 10 cc, dł. 140mm.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie nr 8 Pakiet 36

Czy Zamawiający dopuści igłę biopsyjna do EUS'a ukierunkowana na zmiany podśluzówkowe, śródpiersiowe, wewnątrzotrzewnowe, węzły chłonne, igła o wysokiej rozdzielczości HD, średnica igły 22 G, koszulka 5.4 FR, minimalny kanał roboczy 2.0 mm, wysunięcie igły 0-8,5 cm, w zestawie strzykawka o objętości 10 cc, dł. 140mm.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie nr 9 Pakiet 37

Czy Zamawiający dopuści jednorazową szczoteczkę dwustronną do czyszczenia kanałów endoskopów; długość robocza 2300mm; posiada plastikową końcówkę zapobiegającą zarysowaniu kanałów endoskopowych; pasuje do kanałów endoskopów o średnicach 2,8 mm-6 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 37 jednorazowej szczoteczki dwustronnej do czyszczenia kanałów endoskopów; długość robocza 2300mm; posiada plastikową końcówkę zapobiegającą zarysowaniu kanałów endoskopowych; pasuje do kanałów endoskopów o średnicach 2,8 mm-6 mm.

Pytanie nr 10 Pakiet nr 40

Czy Zamawiający dopuści protezy dróg żółciowych typu podwójny pig tail 3, 5, 7, 9, 12, 15cm długości, 8.5, 10 Fr średnicy?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 40 zaoferowanie protez dróg żółciowych typu podwójny pig tail 3, 5, 7, 9, 12, 15cm długości, 8.5, 10 Fr średnicy.

Pytanie nr 11 Pakiet 62

Czy Zamawiający dopuści kotwica do chwytania twardych tkanek, jednorazowa, cztery wysuwane zagięte ostrza, min. Śrenica kanału endoskopu 2,8 mm, dł. robocza narzędzia 230 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie nr 12 Pakiet 74 poz. nr 1

Czy Zamawiający dopuści w opakowaniu 10 sztuk oddzielnie zapakowanych w sterylne pakiety szczypiec.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie nr 13 Pakiet nr 74 poz. nr. 2

Czy Zamawiający dopuści szczypce o długości narzędzia 1800mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,3 mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,5 mm; w opakowaniu 10 sztuk oddzielnie zapakowanych w sterylne pakiety szczypiec?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie nr 14 Pakiet nr 74 poz. nr 3

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy standardowy ustnik z gumką wykonaną z silikonu; do wszystkich endoskopów stosowanych w górnym odcinku przewodu pokarmowego; wymiary otworu głównego 18mmx26mm, wykonany z polipropylenu; 50 sztuk w opakowaniu, każdy ustnik zapakowany oddzielnie; nie zawiera latexu;

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie nr 15 Pakiet nr 22

Uprzejmie proszę Zamawiającego o dopuszczenie stentów plastikowych typu. Amsterdam w rozmiarach 7, 8.5, 10 i 12 F.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 22 stenty plastikowe typu Amsterdam w rozmiarach 7, 8.5, 10 i 12 F.

Pytanie nr 16 Pakiet nr 26

Uprzejmie proszę Zamawiającego o dopuszczenie zestawów z cewnikiem popychającym 8.5, 10, oraz 12 F.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 26 zestawy z cewnikiem popychającym 8.5, 10, oraz 12 F.

Pytanie nr 17 Pakiet nr 40

Uprzejmie proszę Zamawiającego o dopuszczenie protez do dróg żółciowych typ pigtail rozmiarach 5, 7, 8.5, 10 F i długości 5, 7, 9, 10, 12 i 15 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 40 protezy do dróg żółciowych typ pigtail rozmiarach 5, 7, 8.5, 10 F i długości 5, 7, 9, 10, 12 i 15 cm.

Pytanie nr 18 Pakiet 37 poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie jednorazowej szczoteczki dwustronnej do czyszczenia kanałów endoskopowych, szwajcarskiej firmy MDD Company GmbH, o długości roboczej 2300mm, pakowanej analogicznie jak ustniki w opakowaniach typu dispenser po 100 szt. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 37 poz.1 szczoteczki dwustronne do czyszczenia kanałów endoskopowych, o długości roboczej 2300mm, pakowanej analogicznie jak ustniki w opakowaniach typu dispenser po 100 szt. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

Z UPOWAŻNIENIEM DYREKTORA
Z-ca DYREKTORA
ds. Finansów i Administracji

mgr inż. Jadwiga Raziuk